



SZP-ET/229/2022

Złotów, dnia 15.04.2022 r.

Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

Dotyczy postępowania nr 9A/ZP/2022

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 9A/ZP/2022, którego przedmiotem jest: „**Dostawa środków dezynfekcyjnych - preparaty do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk oraz dezynfekcji skóry**”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pozycji 1 dopuści łagodną i delikatną i antybakteryjną emulsję przeznaczoną do mycia rąk oraz całego ciała. Bez zawartości barwników i kompozycji zapachowej. Nie podrażnia rąk, zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego, może być stosowana do codziennego mycia rąk. zalecana dla alergików. Zawiera w swoim składzie triclosan. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Przebadany zgodnie z normą PN-EN 1499:2013-07.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pozycji 2 dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w formie żelu, bez substancji zapachowych oraz barwników. Skład: etanol - 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g substancji czynnej w 100g produktu. Spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500: 2 x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sek, chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3 ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 sek.).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pozycji 6 dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Preparat w opakowaniu o pojemności 1l w formie woreczków do dozowników w systemie zamkniętym. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości opakowań zgodnie z wymaganymi ilościami przez Zamawiającego w przypadku dopuszczenia produktu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia, który jest pakowany przez producenta w innych ilościach niż to jest wpisane w załączniku nr 1a do SWZ. W takich sytuacjach cenę netto za oferowane opakowanie należy przemnożyć przez ilość oferowanych opakowań (wyliczenie z dokładnością nawet do 4 miejsc po przecinku). Wykonawca nie może wpisać większej ilości przedmiotu zamówienia niż jest wymagana w SWZ.

Np.

Zamawiający wymaga preparatu w op. jedn. 750 ml w ilości 20 op. tj. 15000 ml

Oferta Wykonawcy: op. jedn. 1000 ml w ilości 15 op.

W przypadkach, gdy wykonawca zaoferuje ilość przedmiotu zamówienia z dokładnością do ułamkowej części opakowania, co będzie konieczne ze względu na sposób pakowania oferowanego przedmiotu zamówienia, obowiązujące przy realizacji umowy będą ilości opakowań zaokrąglone „w dół” do całkowitej ich ilości. Zamawiający nie będzie wymagał rozkompletowania opakowania i realizacji niepełnego opakowania.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie ile dozowników w systemie zamkniętym, kompatybilnych z pozycją 6, wymaga dostarczenia i zamontowania Zamawiający w przypadku dopuszczenia preparatu z pozycji 6.

Odpowiedź: W opisanym powyżej przypadku Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie 6 szt. dozowników.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie preparatów z pytań 1, 2 i 3 oraz o wydzielenie pozycji 1, 2 oraz 6 jako osobny pakiet w postępowaniu. Umożliwi to złożenie większej liczby ofert konkurencyjnych cenowo, z korzyścią dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/600992>)

2. a/a

Sporządził: Bożena Schmidt – Dział Techniczno-Administracyjny,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl