



Znak: AE/ZP-27-42/22

Tarnów, 2022-06-17

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy cewników balonowych angioplastycznych.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników balonowych typu semi compliant RX o długości użytkowej kateteru 140cm i średnicy shaftu 2,55Fr. Cewnik balonowy typu semi-compliant:
 - średnice: 1,50 - 4,00 mm; średnice co 0,25mm
 - długości: 9-30 mm dla wszystkich średnic
 - ciśnienia nominalne 6 atm.;
 - ciśnienie RBP - 16 atm
 - hydrofilne pokrycie balonu, materiał balonu PEBAX
 - profil przejścia 0,017"
2. **Dotyczy części 9.** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników balonowych typu non compliant RX o poniższych parametrach
 - zakres średnic: 2,0 - 5,00 mm; (2.0, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm)
 - długości: 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm
 - ciśnienie nominalne 12 atm;
 - ciśnienie RBP 20atm dla średnicy 1,50-4,00 mm, dla 4,50-5,00 - RBP - 18 atm,
 - duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu);
 - przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP poniżej 4,4% dla wszystkich rozmiarów.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 2 cewniki balonowe angioplastyczne do twardych zmian i doprężania stentów o nieznacznie zmienionych parametrach : długość robocza cewnika 140 cm oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych o długościach: 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm oraz ciśnieniem RBP dla średnicy 3,0 mm wynoszącym 13,89 bar?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający pozwoli zaoferować cewniki balonowe o długości roboczej 140 cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający dopuszcza dla systemu o średnicy 3,0mm następujące wymiary: 8, 12, 15, 20 i 30mm?"
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** „Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający dopuszcza dla systemu o średnicy 3,0mm następujące wymiary: 6, 8, 12, 15, 20 i 30mm?"

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie **Pakiecie Nr 1** cewników balonowych opisanych w pytaniu.

Ad. 2 W wyżej wymienionym postępowaniu nie występuje część 9, a jedynie Pakiet Nr 1 i Nr 2. Jeżeli pytanie dotyczyło **Pakietu Nr 2** to Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w nim cewników balonowych opisanych w pytaniu.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** cewników balonowych angioplastycznych do twardych zmian i doprężania stentów o długości roboczej cewnika 140 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie **Pakiecie Nr 1** cewników balonowych opisanych w pytaniu.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** cewników balonowych o długości roboczej cewnika 140 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** cewników balonowych o długości: 8, 12, 15, 20 i 30 mm dla systemu o średnicy 3,0 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** cewników balonowych o długości: 6, 8, 12, 15, 20 i 30 mm dla systemu o średnicy 3,0 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

