

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/102/20

Sucha Beskidzka, dnia 08.01.2021r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.(ZOZ.V.010/DZP/102/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 22

Zwracam się z prośbą o wydzielenie do oddzielnego pakietu poz. 6, 7, 10 oraz 13.

Pozytywne rozpatrzenie prośby umożliwi przystąpienie do postępowania innym Wykonawcom oraz pakiet stanie się dla Zamawiającego korzystniejszy cenowo.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania układu oddechowego o poniższych parametrach:

Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP z generatorem mocowanym na zaczepie kotyiskowym, przeznaczony dla noworodków i wcześniaków.

Układ kompatybilny z aparatem Infant Flow SiPAP oraz nawilżaczem typu MR850 ARU.

Skład zestawu:

UKŁAD - Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane, kompatybilne z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 110 cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający zredukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie.

Etykieta układu zawierająca datę ważności produktu.

Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP, BPA

GENERATOR - wytwarzający i utrzymujący ciśnienie nCPAP oraz zmieniający kierunek gazów oddechowych zgodnie z wysiłkiem oddechowym noworodka. Generator zawierający dwa kanały oddechowe, posiadający port do zamocowania końcówki donosowej lub maski nosowej, łączący się z układem rur złączką dwudrożną, wykonany z przejrzystego tworzywa umożliwiającego obserwację jego wnętrza, mocowany poprzez zaczep w kształcie litery „T”- kotyiskowy do mocowania (uprząży), wykonany z materiału wolnego od ftalanów, lateksu i bisfenolu,

- wąż wydechowy o regulowanej długości pomiędzy 45-60 cm z zabezpieczeniami chroniącymi przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,

- wąż pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową o średnicy około 4-4,8 mm oraz długości minimum 175 cm,

- wąż łączący aparat z nawilżaczem o \varnothing wewnętrznej 10 mm oraz długości minimum 55 cm,

- końcówka donosowa wykonana z miękkiego silikonu w różnych rozmiarach S; M; L; oznaczone kolorami i literami. Kształt końcówki zapewniający szczelność oraz minimalizujący urazy i jej kontakt ze skórą.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 11

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania czapeczek zgodnych z poniższym opisem:
Czapeczki wykonane z bawełny, wyposażone w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Wielkość czapeczki oznaczona jest kolorem w sposób trwały. Czapeczkę można rozwinąć by uzyskać dostęp do ciemączka.

Rozmiary:

00 – 20-22 cm

0 – 22-24 cm

1 – 24-26 cm

2 – 26-28 cm

3 – 28-30 cm

4 – 30-32 cm

5 – 32-34 cm

6 – 34-36 cm

7 – 36-38 cm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 12

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania układu o poniższych parametrach:

Układ oddechowy jednorazowego użytku pasujący do aparatu do resuscytacji, wyposażony w:
ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii 183 cm, układ zaopatrzony w zatyczkę w postaci korka zapewniającego szczelność układu w trakcie przechowywania oraz zastępujący i pełniący funkcję płucka testowego, na końcu układu zastawka PEEP, wykonany z PCV, nie zawiera lateksu.

Zestaw mikrobiologicznie czysty, zapakowany w opakowanie foliowe.

Widoczna i czytelna data ważności. Pakowany pojedynczo.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 15

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania Maski twarzowej, okrągłej, silikonowej rozmiar 0 z kołnierzem 50mm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 16

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania Maski twarzowej, okrągłej, silikonowej rozmiar 1 z kołnierzem 65mm.

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 17

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania Maski twarzowej, okrągłej, silikonowej rozmiar 2 z kołnierzem 75mm.

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 62

Poz. 5

Zwracam się z prośbą o wydzielenie do oddzielnego pakietu poz. 5. Pozytywne rozpatrzenie prośby umożliwi przystąpienie do postępowania innym Wykonawcom oraz pakiet stanie się dla Zamawiającego korzystniejszy cenowo.

Jednocześnie przy wydzieleniu proszę o dopuszczenie okularków o poniższym opisie.

OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek

z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Szpitalu Powiatowym
mgr Józef Szałaszczyński