

Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „**WYPOSAŻENIE PRACOWNI FIZJOTERAPII**” wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 4

Zadanie 3 – Urządzenie do elektroterapii

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ile sztuk aparatów elektroterapii – 1 zestaw , natomiast w opisie poniżej

- aparat do elektroterapii, sonoterapii, magnetoterapii, terapii, skojarzonej
- elektrody silikonowo-węglowe z podkładami
- elektroda Bergoniego z podkładami - 6 szt.,
- elektrody punktowe - 6 szt. (różne rozmiary),
- taśmy elastyczne do mocowania elektrod -
- stół z regulowanymi półkami (2 półki) – 6 szt.

Czy w związku z nowszym Zamawiający punktowych oraz 6 stolików.

Czy w związku z zapytaniem przedłużą Państwa termin składania ofert?

Jeden zestaw ma składać się z 6 szt. urządzeń, dla których opisano parametry wraz z akcesoriami.

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.