

Konin, 05.08.2022 r.

WSZ-EP-24/1168/2022**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-24/2022****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 34**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pakiet 6

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów o poniższym składzie: cewnik double J CH4.8/CH6 skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą widoczną w RTG do 6 msc, dł. cewnika w części prostej 26/28/30cm, otwarty zamknięty, popychacz sterowalny połączony z cewnikiem umożliwiającą pozycjonowanie go nawet po usunięciu przewodnicy z układu moczowego o dł. min. 40 cm oraz min. 70 cm lub popychacz prosty o dł. min 40cm (do wyboru przez Zamawiającego), przewodnica o średnicy dopasowanej do rozmiaru cewnika o dł. min. 100 cm z powłoką teflonową z miękkim zakończeniem na jednym końcu a twardym na drugim, otwory drenażowe na pętlach i części prostej cewnika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 7

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów o poniższym składzie: cewnik double J CH4.8/CH6 skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą widoczną w RTG do 6 msc, dł. cewnika w części prostej 26/28/30cm, otwarty zamknięty, popychacz sterowalny połączony z cewnikiem umożliwiającą pozycjonowanie go nawet po usunięciu przewodnicy z układu moczowego o dł. min. 40 cm oraz min. 70 cm (do wyboru przez Zamawiającego), przewodnica o średnicy dopasowanej do rozmiaru cewnika o dł. min. 100 cm z powłoką teflonową z miękkim zakończeniem na jednym końcu a twardym na drugim, otwory drenażowe na pętlach i części prostej cewnika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 8

Poz.1:

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulki dostępu do URS giętkiego i średnicy 10/12CH oraz 12/14CH dł. 28/35/45/55 cm (do wyboru przez Zamawiającego) z powłoką hydrofilową wewnątrz i na zewnątrz koszulki, z pierścieniem w sydalnej części koszulki oraz blokadą wewnętrznego dylatora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby koszulka posiadała możliwość podania kontrastu przez otwory w dystalnej części rozszerzała z pozostawieniem przewodnicy w miejscu, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

5. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy koszulka powinna być dostarczona w aplikatorze ułatwiającym aktywację powłoki hydrofilowej, bez wykorzystania dodatkowych narzędzi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego.

Poz.2:

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie średnicy przewodnicy: 0.035", z miękką bezpieczną końcówką na dł. 3 cm, z powłoką hydrofilową na całości. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 9

7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z zakończeniem Nelaton z dwoma otworami drenującymi, wykonany z termoplastycznego materiału Neoplex, z mandrynem metalowym lub poliestrowym do wyboru przez Zamawiającego; rozmiar CH3/4/5/6/7 dł. 70cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 10:

8. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie i numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego.

9. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych ma posiadać wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego.

10. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki mają posiadać dwa otwory naprzeciwległe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego.

11. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego.

Pakiet 21

Poz.1:

12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii o składzie: cewnik CH8 dł. cewnika min.25 cm, z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz łącznikiem do worka na mocz, cewnik z nacięciami służącymi do fiksacji, igła 2częściowa 18G 20 cm skalowana co 1 cm widoczna w USG, prowadnick Lunderquist z końcówką typu J 85cm 0,035". Zestaw sterylny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii o składzie: 2częściowa igła Chiba 18G/20 cm skalowana co 1 cm, widoczna w USG; prowadnica z powłoką teflonową i bezpiecznym końcem J 0,035"/80cm, zestaw rozszerzań dopasowany do rozmiaru cewnika, cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnętrzna warstwa sztywna redukująca ryzyko zamknięcia drenażu podczas fiksacji, zewnętrzna warstwa miękka redukująca dyskomfort pacjenta) z pamięcią kształtu CH8/29cm z mandrynem prostującym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz.2:

14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ekstraktora kamieni bez powłoki antypoślizgowej, co pozwala na płynniejszą insercję koszyka do endoskopu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 25:

Poz.1:

15. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer. Wykonany z przezroczystego tworzywa medycznej jakości. Uchwyt jednolity z końcówką w postaci balonowego wygodnego szerokiego rozszerzenia. Całkowita długość końcówki 220-270mm, długość części roboczej około 5 cm-16cm. Końcówka zgięta z otworem umożliwiającym kontrolę siły odsysania, dwa rozmiary do wyboru Zamawiającego: na końcu ssącym cztery rozłożone równomiernie otwory odbarczające średnica wewnętrzna końcówki: 4- 4,6 mm, średnica zewnętrzna 5,6- 6,5 mm oraz końcówka bez otworów odbarczających na końcu ssącym średnica wewnętrzna końcówki: 4- 5,0 mm, średnica zewnętrzna 5,6- 7,5 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Poz.2:

16. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu medycznego o długości 2-2,1 m, średnica wewnętrzna 5,6-6mm, końcówki żeńskie doklejane zapewniające pewne połączenie ze ssakiem, z jednej strony drenu uniwersalna końcówka o śr. Od 8-18mm, dopasowywana poprzez obcięcie do każdego tytu ssaka a z drugiej – specjalny łącznik zapewniający dużą ruchomość i ułatwiający manipulowanie rączką, sterylne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

17. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu medycznego o długości 2-2,1 m, średnica wewnętrzna 5,6-6mm, końcówki żeńskie doklejane zapewniające pewne połączenie ze ssakiem, sterylne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 30

18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego Foley z balonem o pojemności 30-50ml, wykonany z lateksu silikonowanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

19. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego z zakończeniem Dufour, wykonanego w 100% przejrzystego silikonu, CH18-24, z balonem o pojemności 50ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 40

20. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii z cewnikiem 100% silikon z balonem 5ml, CH10/CH13 do wyboru przez Zamawiającego, dł. 40cm. Cewnik dostarczany w zestawie z rozrywalnym trokarem metalowym, skalpelem, silikonową tulejką fiskującą cewnik, zatyczką, zaciskiem oraz workiem na mocz 2000ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 45

21. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem 50ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 46

22. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik CH10/CH12 (do wyboru) dł. 29cm wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnętrzna warstwa sztywna redukująca ryzyko zamknięcia drenażu podczas fiksacji, zewnętrzna warstwa miękka redukująca dyskomfort pacjenta) z pamięcią kształtu, z lejkiem do podłączenia worka na mocz oraz kranikiem regulującym przepływ moczu, igła 2-częściowa 18G/20cm, skalowana co 1cm widoczna w USG, prowadnik z powłoką teflonową z końcówką J 0,035"/80cm, zestaw rozszerzeń dopasowany do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadzie, łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym, redukującym ryzyko zniszczenia cewnika podczas użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 49**Poz.2**

23. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min., objętość wypełnienia max.0,1ml, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

24. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór bezigłowy ma posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne (dołączone do oferty) potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku zaworami wykonanymi w technologii pojedynczej zastawki? Pragniemy nadmienić, iż mniej drobnoustrojów transferowanych do wnętrza zaworu i dalej do światła cewnika, a w konsekwencji do organizmu pacjenta z obniżoną odpornością, tym mniejsze ryzyko zakażenia odcewnikowego i możliwość dłuższego utrzymania drożnego wklucia oraz zmniejszenie kosztów leczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego.

Poz.3

25. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania płynów i leków z opakować z filtrem przeciwbakteryjnym z automatyczną zastawką otwierającą drogę płynu tylko w momencie podłączenia strzykawki miejsce podłączania nie wymagające koreczka i bez zatyczki i osłony.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 51

26. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby cewniki w rozmiarach 14-22 posiadały dwie pojemności balonu do wyboru przez Zamawiającego 5-10ml oraz 30-50ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 55

27. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje bezigłowych portów na drenie z płaską membraną łatwą do dezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

28. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii bez możliwości zakupu z filtrem 0,2mikrometra?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 56

29. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje bezigłowych portów na drenie z płaską membraną łatwą do dezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

30. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii bez możliwości zakupu z filtrem 0,2mikrometra?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 57

31. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie korka dezynfekcyjnego do łączników bezigłowych typu żeński luer (zaworów bezigłowych), w kolorze pomarańczowym pakowanego pojedynczo. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

32. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie korka dezynfekcyjnego do łączników bezigłowych typu żeński luer (zaworów bezigłowych), w kolorze pomarańczowym pakowanego pojedynczo. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

33. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga koreczków całkowicie sterylnych umożliwiających aplikację bez ryzyka skażenia koreczka przed zaaplikowaniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 63:

Poz.1:

34. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski tlenowej z nebulizatorem lekowym i drenem dla dzieci/novorodki w jednym uniwersalnym rozmiarze dedykowanym dla pacjentów pediatrycznych, spełniających pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz.2:

35. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski tlenowej z nebulizatorem lekowym i drenem dla dorosłych w jednym uniwersalnym rozmiarze dedykowanym dla pacjentów dorosłych, spełniające pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz.1-2:

36. Prosimy o doprecyzowanie czy dren tlenowy w zestawie ma być o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 64

37. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemności balonów: CH6 -1,5ml, CH8/10 3ml, CH12-24 15ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 69:

38. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania obwodu oddechowego o następujących parametrach: Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y bez portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

39. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania obwodu oddechowego o następujących parametrach: Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 m wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 70:

Poz.1:

40. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w

rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z Uniwersalnym adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobstugową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz.2:

41. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek tracheostomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z Uniwersalnym adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobstugową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz.1 - 2:

42. Prosimy o zgodę na możliwość przeliczenia użycia adaptera do 7 dni, tj. jeden adapter zabezpieczający dwa cewniki do odsysania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 73:**Poz.1:**

43. Prosimy o sprecyzowanie czy bezigłowy port do pobierania próbek moczu ma być wyposażony przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

44. Prosimy o sprecyzowanie czy worek ma posiadać zintegrowany wieszak, dla ułatwienia mocowanie worka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz.2:

45. Prosimy o sprecyzowanie czy bezigłowy port do pobierania próbek moczu ma być wyposażony przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 77

46. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu o parametrach wyższych, tj. ilość aktywacji 700, neutralne ciśnienie, długość zestawu około 10 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,35 ml, średnica drenu 1,2 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

47. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór bezigłowy ma posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne (dołączone do oferty) potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku zaworami wykonanymi w technologii pojedynczej zastawki? Pragniemy nadmienić, iż mniej drobnoustrojów transferowanych do wnętrza zaworu i dalej do światła cewnika, a w konsekwencji do organizmu pacjenta z obniżoną odpornością, tym mniejsze ryzyko zakażenia odcewnikowego i możliwość dłuższego utrzymania drożnego wklucia oraz zmniejszenie kosztów leczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 78

48. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy koreczek powinien być całkowicie sterylny uniemożliwiający skażenie korka przed aplikacją.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 91:

49. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania układu oddechowego z workiem 0,5l, spełniającego pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 95:

Poz. 1

50. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym, zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez lateksu i ftalanów. Maską o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiznie rurki oddechowej z wbudowanym

blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski. Kopała maski o budowie chroniącej przed wkliniowaniem nagłośni. Wzmocniona grzbietowa część mankieta chroniąca przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania. Maski wyposażona w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Rozmiar sondy 14Fr (dla rozmiarów maski 3-5). Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej. Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej. Na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankieta. Rozmiar maski kodowany kolorem mankieta i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Maski w rozmiarach: 3 / 4 / 5 i zakresach wagowych odpowiednio: 30-50kg; 50-70 kg; 70-100kg;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

51. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankiem powietrznym. Maski o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiznie rurki oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu. Maski wyposażona w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka. Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej. Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej. Maski w rozmiarach: 1/1,5/2/2,5/3 / 4 / 5/6

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

52. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza maskę wykonaną z materiału zawierającego szkodliwe składniki w postaci bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Poz. 2

53. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylnej, rurka i mankiety wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wkliniowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10-20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

54. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza maskę wykonaną z materiału zawierającego szkodliwe składniki w postaci DEHP oraz bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Poz. 3

55. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 4

56. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,9 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą 1,9 m z 2L workiem bezlateksowym. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 116:

Poz. 2

57. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu zapewnienia najlepszej opieki pacjentom wymaga, aby zamykane opakowanie posiadało dodatkową warstwę termoizolacyjną która tak jak opisał Zamawiający pomaga utrzymać temperaturę podgrzanych myjek? Jedyne dodatkowa warstwa termoizolacyjna ma realny wpływ na utrzymanie temperatury myjek i zapobiega ich wcześniejszemu wychłodzeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.