

Bielsko-Biała dn. 21. 01.2022 r.

DZP.271.4.2022 - 5...

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych i innych materiałów przeznaczonych do zabiegów chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.4.2022**

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

Działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami Wykonawca informuje, że wnosi zapytanie:

**1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9:**

Taśmy urologiczne jednorazowe, jednorodne, sterylne, niewchłaniające, z polipropylenu monofilamentowego, do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, przeznaczone do implantacji metodą zarówno TOT jak i TVT przy użyciu prowadnic wielorazowych, z plastikową osłonką na ramionach zapobiegającą zakażeniom (brak osłonki w środku na odcinku min 1,5 cm), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości maksymalnej 2314 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, zwężane na końcach, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

**Uzasadnienie**

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

**ODPOWIEDŹ:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Z poważaniem

Naczelną Pielegniarkę  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr Barbara Frymorgen