

Sochaczew, dnia 21.11.2024 r.

Nr Sprawy: EK-ZZ/ZP.261.65.D.2024

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowych na „**dostawę jednorazowego sprzętu i wyrobów medycznych**” odpowiadamy na zapytania Wykonawców:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający w zadaniu 8 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych, o średnicy Średnica 13 FR - długość – 25 cm; Średnica 11 FR - długość – 25 cm. Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex; - radiocieniujący szaft cewnika; - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu; - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów; - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry; - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się; - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość; - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowo komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg; - igła wprowadzająca 18G; - rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr; - nasadki iniekcyjne Luer Lock - opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 2:** Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 8 poz. 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 4: Zadanie 4, pozycja 1 – 3 -** Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’1 z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 5: Zadanie 4, pozycja 1 – 3 -** Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną wykonaną z poliuretanu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry bez zmian.



**Pytanie 6: Zadanie 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 55cm x 55 cm o powierzchni klejącej 55cm x 51 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 7: Zadanie 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 84cm x 56 cm o powierzchni klejącej 50cm x 84 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 8: Zadanie 4, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 30cm x 40 cm o powierzchni klejącej 30cm x 36 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 9: Zadanie 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 40cm x 42 cm o powierzchni klejącej 40cm x 36 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Z poważaniem