



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 425/09/2023

Chrzanów, 01.09.2023r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania na: **Dostawa sprzętu jednorazowego cz. II dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 88/2023.**

- Pakiet 4 poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga, aby odpowietrznik był zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,9999941% oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą minimum 99,99964% tworzący system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH (poświadczone badaniem dołączonym do oferty)?

Odp.: Zamawiający wymaga, aby odpowietrznik był zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,9999941% oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą minimum 99,99964% tworzący system zamknięty.

Z poważaniem

