



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna dn. 26.01.2021

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej 214.000 euro** którego przedmiotem jest **Dostawa wyrobów medycznych (rękawice diagnostyczne)**
Ogłoszenie nr 2020/S 242-596542 z dnia 2020-12-11 r. **Znak sprawy – PN 80/2020**
Do Działu Handlowego wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania n/w pytania z prośbą o wyjaśnienie, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1- Pakiet 1

Pozycja 2- po modyfikacji pakiet 2

Proszę o doprecyzowanie udzielonych odpowiedzi z dnia 19.01.2021 r. w zakresie Pakietu nr 1 pozycja 2 (po modyfikacji pakiet nr 2).

Zamawiający wycofał dopuszczenie rękawic jako ŚOI kategorii I.

Natomiast czy odpowiedzi z dnia 04.01.2021 r. w zakresie parametrów naszych rękawic są obowiązujące?

Parametry rękawic:

- a) w rozmiarach S, M, L, XL;
 - b) rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, oznakowane znakiem CE;
 - c) teksturowane na końcówkach palców;
 - d) z poziomem szczelności AQL 1,5 jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa;
 - e) grubość na palcu 0,09 – 0,10 mm, na dłoni 0,06 – 0,07 mm, na mankiecie 0,05 – 0,06 mm;
 - f) spełniająca wszystkie części normy EN 455 (1 – 4);
 - g) pozbawione dodatków chemicznych tiuramów, ftalanów, tiazolu oraz MBT potwierdzone deklaracją producenta - z odstępniem od ZMBT, BHT, BHA, TMTD;
 - h) przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671;
 - i) przebadanie na przenikanie 31 substancji cytostatycznych zgodnie z normą ASTM D 6978;
- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza rękawice z powyższymi parametrami.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.