



BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej ^A

43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Wyzwolenia 18

Centrala ul. Wyzwolenia 18 tel. 33 498 40 01 Sekretariat tel. 33 816 43 70 fax. 33 816 44 01

Centrala ul. Wyspiańskiego 21 tel. 33 827 25 00 Sekretariat 33 827 25 01 fax. 33 8272505

Centrala ul. Emilii Plater 17 tel. 33 819 87 60

DZP.271.50.2022-2

Bielsko-Biała dn. 15.11.2022 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę myjki ultradźwiękowej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej (znak sprawy: DZP.271.50.2022).

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ o treści :

Pytanie 1:

Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5

Czy dopuszczają Państwo wymiary zewnętrzne długość x szerokość x głębokość 380mmx272mmx323mm i wymiary wewnętrzna długość x szerokość x głębokość 297mmx238mmx200mm przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5

Czy dopuszczają Państwo częstotliwość pracy 37 kHz przy zwiększonej mocy grzania 800 W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pełnomocnik Dyrektora
ds. rozbudowy i nowych technologii
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
mgr inż. Andrzej Wiórkowski



KRS 0000412996 NIP 9372662340 REGON 242865296 BDO 000043647

ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała Nr konta 68105010701000000106298375

www.onkologia.bielsko.pl

email: szpital@onkologia.bielsko.pl

