

FZ-2380/38/23/RK

**WYKONAWCY,
KTÓRZY POBRALI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu specjalistycznego realizowana na podstawie projektu współfinansowanego w ramach Programu Komisji Europejskiej Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego pn. „Prosperes – system ochrony dużych zgromadzeń ludzkich w miejscach kultu religijnego”

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 i art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605) odpowiada na pytania Wykonawców:

PYTANIA 1 dotyczy zadania nr 1 Wideoendoskop /2 zestawy/

Zamawiający wymaga w punkcie 14, aby urządzenia były dedykowane również do inspekcji baków paliwowych, jednak nie przedstawił wymogu, aby źródło światła sondy było prowadzone w światłowodzie - rozwiązanie to zapewnia zwiększone bezpieczeństwo dla Operatora.

Standardowe oświetlenie LED generuje ciepło na końcu sondy i może stworzyć zagrożenie dla Operatora przeprowadzającego inspekcję baku samochodu, proszę o uwzględnienie tego wymogu,

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w treści SWZ – urządzenie musi umożliwiać bezpieczną dla użytkownika/Operatora inspekcję baków paliwowych.

PYTANIE 2 dotyczy zadania nr 1 Wideoendoskop /2 zestawy/

Zamawiający w punkcie 13 wymaga, aby urządzenie miało możliwość zapisu obrazu w pamięci urządzenia oraz na karcie pamięci. Uprzejmie proszę o zmianę zapisu na:

"możliwość zapisu obrazu w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci o zwiększonej pojemności do 32GB.

Wymóg posiadania pamięci wewnętrznej jest wymogiem nadmiernym, ogranicza możliwość zaoferowania modeli dedykowanych dla tego typu inspekcji, a jednocześnie zwiększa ryzyko utraty części/wszystkich danych zawartych na wewnętrznym dysku. Zapis danych wyłącznie na kartach zewnętrznych zapewnia maksimum bezpieczeństwa dla materiałów dowodowych i nie wpływa w negatywny sposób na funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza możliwość by urządzenie zapisywało dane w pamięci wewnętrznej **lub** karcie pamięci nie mniejszej niż 8 gb.

Wobec powyższego zmianie ulega treść pkt 13 i 14 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji – zadanie nr 1

Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/ insp. Tomasz Jędrzejowski

