



Olsztyn, dnia 09.11.2023 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

ZPZ-59/09/23 Przetarg nieograniczony pn.: *Dostawa różnego sprzętu medycznego i urządzeń do Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu React EU.*

W związku z zapytaniami uczestników postępowania na ***Dostawę różnego sprzętu medycznego i urządzeń do Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu React EU*** Zamawiający Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt 1-2:

Strony uzgadniają następujące kary umowne:

- 1.) W przypadku, gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w dostawie sprzętu, jego instalacji i szkolenia personelu Zamawiającego poza termin określony w § 2 ust. 1 i ust. 5, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia brutto, za każdy dzień zwłoki w dostawie i instalacji sprzętu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.
- 2.) W przypadku, gdy w okresie gwarancji termin wykonania naprawy przekroczy liczbę dni określoną w § 5 ust. 3 pkt. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia. Zamawiający nie naliczy kary, o której mowa powyżej, jeżeli Wykonawca na czas usuwania awarii dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności odpowiadającej naprawianemu urządzeniu.
- 4.) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez każdą ze stron od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2

Wnosimy o zmianę zapisów § 5 ust. 3 pkt. 9, tj.:

- 9.) Dotyczy części 1 – czas reakcji serwisu do 48 godzin (dni robocze), przy czym czas reakcji oznacza przyjęcie i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, w przypadku braku możliwości ustalenia usterki przez Zamawiającego czas reakcji serwisu na zgłoszenie do 72 godzin (dni robocze) – przyjazd do klienta, zdiagnozowanie usterki i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Dotyczy, części 2, pozycja 28: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach zasilania: prąd jednofazowy, 230V 50-60Hz, 7A?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe zapisy oraz modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy do części 2.

Pytanie nr 4

Dotyczy część 2, punkt VI, podpunkt a) termin realizacji zamówienia:

Czy Zamawiający zgodzi się na realizację zamówienia w terminie do 16 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy & 1 punkt 2 w zakresie części 2,

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do katalitycznego spalania tlenu etylenu, które nie jest wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i modyfikuje treść SWZ.

Pytanie nr 6

Pytanie dot. pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuści narzędzia alternatywne do wymienionych w zadaniu:

AD18. Haczyk, 3-zębny, ostry, sztywny, dł. 160 mm



AD21. Kleszcze do gięcia drutu, proste, dł. 190 mm



09-935
190 mm (7 1/2")

AD23. Kleszcze do trzymania drutu, dł. 180 mm



Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7

Część 5 – Formularz oferty:

Rozdz. III , pkt. 7 (oraz wzór umowy rodz. II §2 pkt. 2B) - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu fotografii pojedynczych narzędzi oraz całych zestawów narzędziowych na rzecz przedstawienia ich na stronach katalogowych?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu oraz modyfikuje treść SWZ.

Pytanie nr 8

Część 5 – Formularz oferty:

Rozdz. III , pkt. 12 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia informacji o wadze każdego z narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu oraz modyfikuje treść SWZ.

Pytanie nr 9

Część 5 – Formularz oferty:

Rozdz. VII pkt. a (oraz SWZ rozdz. IV i wzór umowy rozdz. II §2 pkt.1) - Czy zamawiający wydłuży termin dostawy narzędzi Części 5 do 31.01.2024 r. ? Z uwagi na szerokie spektrum tych wyrobów, nie są one na stanach magazynowych lecz produkowane są na konkretne zamówienia, stąd termin z SWZ jest trudny do dochowania.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10

Wzór umowy do części 5

Rozdz. II §2, pkt. 2 A (a-e) - Czy Zamawiający doda zapis przy normach „lub równoważna”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11

Wzór umowy do części 5

Rozdz. II §2, pkt. 4 - Czy Zamawiający odstąpi od daty ważności na opakowaniu? Wyroby wielorazowego użytku nie mają określanych dat ich ważności na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu oraz modyfikuje treści SWZ.

Pytanie nr 12

Wzór umowy do części 5

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 13

Wzór umowy do części 5

Czy Zamawiający dookreśli w §11, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe odpowiedzi Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy składaniu ofert.

Komisja Przetargowa

.....