

## WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na dostawę

### **Dostawa mikrotomu rotacyjnego z łaźnią wodną i płytą chłodzącą - 1 kpl. (ID 690476)**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

#### **Pytanie 1.**

#### **II Łaźnia wodna z płytą grzewczą**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga płyty grzewczej wyposażonej w trzy poziomy (na różnych wysokościach, typu „schodkowego”) zapewniająca łatwość układania i zdejmowania szkiełek

**Odpowiedź : Zamawiający wymaga płyty grzewczej wyposażonej w trzy poziomy oraz dopuszcza, aby poziomy były na różnych wysokościach - tzw. typu "schodkowego"**

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)