

Wołów, 11.09.2024 r.

15/PCM/2024/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 24

Dotyczy: postępowania nr 15/PCM/2024/ZP/A **Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1 – Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 40cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - Pakiet 1, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania posiadający jeden otwór centralny oraz dwa otwory boczne naprzemianległe, z nieprzeźroczystym konektorem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 - Pakiet 1, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści cewnik o twardości ok 78° ShA?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 - Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik pakowany w pojedyncze opakowanie foliowe?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze S dla noworodków oraz M dla dzieci?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza maskę w rozmiarze M.

Pytanie 6 - Pakiet 2, pozycja 15-18

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemana z przeźroczystym drenem umożliwiającym kontrolę wzrokową, oraz z nieprzeźroczystym konektorem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 - Pakiet 3, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie o następujących właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Igiła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 5 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 - Pakiet 3, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 - Pakiet 3, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 - Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie w rozmiarze 0,9x25mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 - Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie w rozmiarze 1,1x32mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 - Pakiet 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie o następujących właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG
- Kaniula wyposażona w skrzydełka mocujące oraz w domykany ręcznie koreczek portu górnego, kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 26 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardej blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 - Pakiet 3, pozycja 8-9

Czy Zamawiający dopuści koreczki do wenflonów z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 14 - Pakiet 3, pozycja 10

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 - Pakiet 3, pozycja 10

Czy Zamawiający wykreśli pozycję z pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 - Pakiet nr 3, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z ujściami zabezpieczonymi koreczkami luer-lock z trzpieniem wewnętrznym powyżej własnej krawędzi?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 17 - Pakiet 3, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 - Pakiet 3, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści kaniule o następujących właściwościach:

- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR) posiadający 2 paski kontrastujące w RTG
- Zawór odcinający „on/off” w kolorze czerwonym umożliwia zamknięcie lub otwarcie światła kaniuli
- Specjalnie zaprojektowany przesuwany zawór odcinający, minimalizuje utratę krwi i zapobiega wypływowi wstecznemu, zmniejszając ryzyko potencjalnej ekspozycji na materiał zakaźny
- Skrzydełka w kształcie „motyla” ułatwiają bezpieczne mocowanie przy pomocy opatrunku
- Skrzydełka dodatkowo wyposażone w 3 oczka umożliwiające opcjonalne przyszycie do skóry
- Ostre ścięcie igły umożliwia płynne oraz atraumatyczne umieszczenie kaniuli w naczyniu tętnicznym pacjenta
- Komora wypływu wyposażona w filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi i ryzykiem infekcji
- Koreczek Luer-Lock pozwala na zamknięcie portu głównego zaraz po założeniu
- Kaniula bezpieczna wyposażona w pasywne zabezpieczenie, które automatycznie osłania ostrze mandrynu, minimalizując ryzyko zakłucia oraz zranienie igłą
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Indywidualnie pakowana: blister papier/ folia

?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 - Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o następujących właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kołec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) kłapką
- elastyczna część komory kroplowej o długości 5 cm
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml
- Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- miękki elastyczny dren o długości 150 cm lub 180 cm
- uniwersalne zakończenie drenu luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- nie posiada lateksu
- produkt dostępny: z ftalanami i bez ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- pakowanie: 1 sztuka/opakowanie foliowe

?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w wersji bez ftalanów.

Pytanie 20 - Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o następujących właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) kłapką
- elastyczna komora kroplowa
- kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200µm
- miękki elastyczny dren o długości min. 150cm
- uniwersalne zakończenie drenu tuer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
- na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- nieapirogenny, nieszkodliwy
- dostępny w wersji bez ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (czerwonym) identyfikującym rodzaj przyrząd

?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 - Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o następujących właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z wysokiej jakości bezbakteriowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjną, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- Dwukanałowy, ostry kolektor komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- Odpowietrzalik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) kłapką
- Elastyczna komora kroplowa
- Kroplicznik komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- Specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200µm
- Miękką elastyczny dren o długości min. 150cm
- Uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock zabezpieczone korkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochawkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
- Na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
- Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- Jednoczasowego użytku
- Niepiropagenny, nietoksyczny
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe typu blister-pack z kolorowym kodem (czerwonym) identyfikującym rodzaj przyrządu
- Zgodność z normą techniczną:
- EN ISO 1135-4
- Okres trwałości: 5 lat

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 - Pakiet 6, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali, białym/mlecznym kontrastującym tłokiem, pojedynczą kryzą, pojedynczą i jednostronną skalą?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 - Pakiet 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dopakowaną igłą 0,45x13mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 - Pakiet 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 26G 0,45x13mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 - Pakiet 6, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą jednostronną skalą?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 - Pakiet 6, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 - Pakiet 7, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści igłę ściętą pod kątem 40 stopni bez otworu bocznego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 28 - Pakiet 7, pozycja 16-17

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 - Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga papierów oryginalnych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 30 - Pakiet 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 152x100x150 tzw. składka?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 - Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32 - Pakiet 15, pozycja 8-9

Czy Zamawiający dopuści maseczki chirurgiczne o poziome filtracji bakterii BFE 98,24%?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33 - Pakiet 17, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści szkiełka z obustronnym matowym polem do opisu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 - Pakiet 17, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów bez zastawki zabezpieczającej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 35 - Pakiet 17, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 - Pakiet 17, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 42x56mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37 - Pakiet 17, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki foliowe pakowane a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38 - Pakiet 17, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39 - Pakiet 17, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu wykonany z PCV z zaworem z PP+PE?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40 - Pakiet 21, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę szczoteczek pakowanych indywidualnie w opakowaniu zbiorczym a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41 - Pakiet 23, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniuła wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka = twardej blister (PVC + TYVEC) z kolorowym nadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 42 - Pakiet 23, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,3x45mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43 - Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15 cm x 21 cm, gramatura 90g/m, pakowana a`10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44 - Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m², pakowaną a`12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.


Pytanie 45 - Pakiet 25 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a`100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46 - Pakiet 25 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy jak na zdjęciu:



ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 47 - Pakiet 27 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondę o następujących właściwościach:

- **Wykonana z silikonu**
Wyjątkowa elastyczność i miękkość sondy zapewnia łatwe zakładanie oraz wyjmowanie bez zagrożenia uszkodzeniem błony śluzowej przełyku
- **4-światłowa**
Możliwość odessania oraz usunięcia zawartości żołądka dzięki dużemu światłu kanałów
- **Prowadnica**
Istotnym jest, aby utrzymywać kinetykę krążenia i przepływu krwi w wątrobie, gdy nagle wystąpi krwawienie. Szczególnie trudno jest zlokalizować miejsce krwawienia, dlatego też musi ono zostać zastopowane za pomocą sondy Sengstakena
Sonda Sengstakena wyposażona jest w prowadnicę, dzięki czemu jej założenie jest znacznie szybsze w porównaniu do standardowych sond.
- **Balon przełyku zapewnia bezpieczną i szybką hemostazę**
Niskociśnieniowy balon o wewnętrznym ciśnieniu nie przekraczającym 40mm Hg, o średnicy 32mm. Jeśli długość całkowita balonu jest mniejsza niż 140mm
- **Wyposażona w gąbkową podkładkę**
Sondy wyposażone są w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie oraz zamykanie linii do manometru
- **Znaczniki głębokości**
numeryczne na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm od początku balonu przełykowego
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-foła

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48 - Pakiet 32 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49 - Pakiet 32 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nerkę o pojemności maksymalnej 900ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50 - Pakiet 32 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51 - Pakiet 32 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści miskę z temperaturą odporności 45 stopni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52 - Pakiet 32 , pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53 - Pakiet 32 , pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności maksymalnej 875ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54 - Pakiet 32 , pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę basenu płaskiego o pojemności 2l za opakowanie a'120 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55 - Pakiet 32 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę nocnika o pojemności 1l za opakowanie a'200 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

Bartosz Granat

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: annachechelska@pcm-wolow.pl

