



Opole, 27.02.2023 r.

L.dz. 300/DO/2023

Numer postępowania: **ZP 2/2023**

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi.**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 2

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że opis dotyczy pojemników poczwórnych składających się z pojemnika macierzystego głównego zawierającego płyn CPD w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami do pobierania 450 ml /+ 10% krwi, pustego pojemnika górnego á 400-600ml do produkcji FFP oraz pojemnika dolnego á 400-600 ml na KKCz, połączonego z układem filtrującym (filtr typu „soft”) i pojemnikiem odbiorczym na ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych (przeznaczony do przechowywania UKKCz/RW przez 42 dni), zawierającym RW w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

ODP.: Tak, opis dotyczy pojemników poczwórnych.

Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby pojemniki poczwórne zawierały zabezpieczenie przed niekontrolowanym przepływem RW do układu filtrującego poprzez zastosowanie u wyjścia drenu pojemnika na UKKCz/RW kaniuli z łatwo łamiącą membraną?

ODP.: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 3

Zamawiający wymaga aby filtry miały bardzo wysoką skuteczność usuwania leukocytów (po filtracji zawartość leukocytów musi wynosić $< 1 \times 10^6$), strata erytrocytów była mniejsza niż 15%, czas



filtracji wynosił poniżej 15 minut. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie próbek dostarczonych wraz z ofertą.

ODP.: Nie, Zamawiający nie będzie wykorzystywał dostarczonych próbek do badań.

Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 4

Zamawiający wymaga pojemnika odbiorczego na UKKP o pojemności nie mniejszej niż 1000 ml umożliwiającego przechowywanie otrzymanego składnika nie krócej niż 5 dni (tzw. pojemnik oddychający). Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że wymaga pojemników nie zawierających w swoim składzie plastyfikatora ftalanowego DEHP, tylko dedykowany do przechowywania preparatów płytkowych plastyfikator BTHC lub TOTM.

ODP.: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 6

Zamawiający wymaga aby na drenie pojemnika pustego transferowego o pojemności 600ml znajdował się plastikowy zacisk umożliwiający natychmiastowe zatrzymanie przepływu. Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 600 ml, z drenem o długości ok. 85 cm zakończony igłą plastikową typu „spike”, bez plastikowego zacisku umożliwiającego natychmiastowe zatrzymanie przepływu? Powyższe rozwiązanie jest z powodzeniem stosowane w wielu Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce.

ODP.: Tak, Zamawiający dopuści pojemnik z drenem o długości 85 cm – tym samym zmienia zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 6 dotyczy Zadania nr 7

Zamawiający wymaga pojemnika transferowego o objętości nie mniejszej niż 1000 ml z drenem o długości minimalnej 30 cm, wykonanego z tworzywa umożliwiającego wymianę gazową pomiędzy jego wnętrzem, a środowiskiem („pojemnik oddychający”). Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że wymaga pojemników nie zawierających w swoim składzie plastyfikatora ftalanowego DEHP, tylko dedykowany do przechowywania preparatów płytkowych plastyfikator BTHC lub TOTM.

ODP.: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 7 dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści projektu umowy zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach?



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU

45 - 372 Opole, ul. Kośnego 55
tel. centrala 77 4410 600, 774410700
sekretariat 77 4410 820, fax 774410821

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000009878 Regon: 000292103 NIP: 754-25-54-112

ODP.: Nie, Zamawiający będzie zamawiał pełne opakowania pojemników. Sytuacja, w której Zamawiający zamówi niepełne opakowanie może wystąpić raz – przy ostatnim zamówieniu.

Pytanie nr 8 dotyczy Zadania nr 1, 2 oraz 4

Czy Zamawiający zaakceptuje dla Zadania 1, 2 oraz 4 pojemniki posiadające kaniule, które są przełamywane automatycznie podczas procesu separacyjnego przy użyciu pras CompoMat G5? Takie rozwiązanie niweluje konieczność ręcznego przełamywania króćców i zwiększa komfort pracy operatora. Pojemniki są z powodzeniem stosowane w wielu Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce.

ODP.: Tak, Zamawiający dopuści pojemniki posiadające kaniule.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest 27.02.2023 ZMIENIONY Załącznik nr 1 do SWZ – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia ZP 2-2023.

Powyzsza treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i należy ją uwzględnić w dalszym przebiegu postępowania.

Z poważaniem

Sporządziła : Hanna Siuta
Tel. 77 44 13 808