



SŁUŻBA
WIĘZIENNA

Zakład Karny w Rzeszowie
35 – 322 Rzeszów, ul. Załęska 76
tel. 17 858 07 00, fax 17 853 54 20, email: zk_rzeszow@sw.gov.pl

Rzeszów, 07.06.2024 r.

Nr sprawy: 2232/1/UE/24

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne pn.

DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DO APTEKI ZAKŁADU KARNEGO W RZESZOWIE

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 z dnia 03.06.2024 r.:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 3 (ABILIFY MAINTENA 400 mg - zestaw) celem złożenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 z dnia 03.06.2024 r.:

Czy w Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy poz. 285 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt posiadał w opakowaniu proszek do sporządzania roztworu oraz rozpuszczalnik? Mając na uwadze specyfikę produktu i konieczność szybkiego podania leku, dostępność rozpuszczalnika w jednym opakowaniu z proszkiem do sporządzania roztworu ogranicza ryzyko związane ze zwłoką w podaniu co w bezpośredni sposób przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3 z dnia 06.06.2024 r.:

Czy w Pakiecie 22 poz. 6 Zamawiający dopuści produkt o takim samym statusie rejestracyjnym (wyrób medyczny), maść hemostatyczną wskazaną w zapobieganiu i powstrzymywaniu epizodów krwawienia ze skóry i błon śluzowych. Wyrób przeznaczony do stosowania przy podrażnieniu i suchości okolicy okołonosowej oraz wspomagająco przy leczeniu krwawień z nosa. Skład: woda, pantenol, hiarulonian sodu, witamina E, octan tokoferylu, roztwór cytrynianu srebra, gliceryna, arginina, 1,2-heksadienol, tropolon, karbomer, kopolimer kwasu akrylowego, EDTA disodowy. Preparat charakteryzuje się łatwą aplikacją (konstrukcja zapobiega osadzeniu się produktu wewnątrz aplikatora), plastikowa i odkształcalna tuba umożliwia cofanie się maści z końcówki aplikatora.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4 z dnia 06.06.2024 r.:

Czy z uwagi na podanie w Pakiecie zbiorczym poz. 345, 516, 884-890, 1106 i 1107 nazw własnych pasków testowych do glukometrów, Zamawiający postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99 ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się równoważnymi parametrami, tj.: enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, stabilność pasków 12 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5 z dnia 06.06.2024 r.:

Czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie w Pakiecie zbiorczym poz. 345, 516, 884-890, 1106 i 1107 konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujących się równoważnymi parametrami, tj.: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, stabilność 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6 z dnia 06.06.2024 r.:

Czy w Pakiecie zbiorczym poz. 643 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 2 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC53103 i *Lactobacillus helveticus* w identycznym stosunku ilościowym jak w przypadku produktu opisanego w SIWZ w poz. 553? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7 z dnia 06.06.2024 r.:

Czy w Pakiecie zbiorczym poz. 643 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8 z dnia 07.06.2024 r.:

Prosimy o określenie przez Zamawiającego do których wielkości opakowań odnieść się przy przeliczaniu ilości, do wielkości zawartych w kolumnie „Nazwa Handlowa”, czy w kolumnie „Wielkość opakowania”? Ponieważ istnieją rozbieżności pomiędzy obiema kolumnami.

Odpowiedź: Ilość opakowań należy przeliczać wg kolumny G „Wielkość opakowania”.

Pytanie 9 z dnia 07.06.2024 r.:

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ? W sytuacji gdy aktualnie tylko takie są dostępne?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10 z dnia 07.06.2024 r.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie maści, kremów, płynów, żeli i syropów o innych pojemnościach niż podane w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Tak.

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Rzeszowie

ppłk Konrad Łożański

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu

Wyk. w 1 egz.:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
aa/DKw
JW.