



Bydgoszcz, dnia 05 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: WZR-IV.604.61.2020

Wg załącznika

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuitska 1, 85-102 Bydgoszcz

Wydział przeprowadzający postępowanie:

Wydział Zintegrowanego Rozwoju

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostawa wraz z montażem analizatora do ciągłych pomiarów odoru - 1 szt. oraz monitora LED - 1 szt. wyświetlającego informacje dotyczące mierzonych analizatorem związków.

Wyposażenie analizatora:

- sensor do pomiaru H_2S z minimalnym progiem detekcji na poziomie nie wyższym niż wynikającym z średniogodzinnej wartości odniesienia określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87),
- sensor do pomiaru NH_3 z minimalnym progiem detekcji na poziomie nie wyższym niż wynikającym z średniogodzinnej wartości odniesienia określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87).

Analizator powinien być umieszczony w obudowie wszechpogodowej, charakteryzującej się odpornością na warunki IP 34. Obudowa powinna umożliwiać montaż na stojaku wolnostojącym lub montaż na stelażu do słupa. Obydwie opcje montażu należy uwzględnić w ofercie.

Analizator umieszczony w obudowie, na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego będzie definiowany jako stacja pomiarowa. Stacja pomiarowa ma być połączona komunikacyjnie z tablicą informacyjną. Tablica informacyjna powinna przedstawiać średniogodzinne wyniki pomiaru w $\mu g/m^3$ i dopuszczalne normy dla mierzonych substancji wynikające z ww. rozporządzenia oraz temperaturę, datę, godzinę, prędkość wiatru.

Lokalizacja stacji pomiarowej i tablicy informacyjnej: ul. Toruńska 185 (siedziba Rady Osiedla, teren ogrodzony).

Stacja pomiarowa powinna być wyposażona w ruter LTE/3G lub GSM do transmisji danych pomiędzy stacją a tablicą informacyjną. Tablica informacyjna powinna być wyposażona w ruter LTE/3G lub GSM do transmisji danych w sieci pomiarowej. Oferta powinna uwzględniać kartę SIM do stacji pomiarowej oraz kartę SIM do tablicy informacyjnej, aktywowane i opłacone na 2 lata przesyłu danych w sieci pomiarowej.

Powinna istnieć możliwość odczytu i edycji danych na stacji pomiarowej, poprzez serwer www. Jednocześnie serwer www, powinien także umożliwiać prezentowanie wyników ze stacji pomiarowej na stronie internetowej wskazanej przez Zamawiającego oraz na tablicy informacyjnej.

2. Oferta powinna uwzględniać również:

- montaż stacji pomiarowej wraz z prezentacją działania,
- montaż tablicy informacyjnej na budynku wraz z prezentacją działania,
- gwarancję na okres minimum 2 lat,
- przeglądy stacji pomiarowej minimum raz w roku wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych, wynikających z normalnego użytkowania stacji,
- materiały eksploatacyjne na 2 lata (proszę wskazać jakie),
- szkolenie z obsługi serwera www, umożliwiającego odczyt, edycję i prezentację danych z sieci, dla minimum 2 osób wskazanych przez Zamawiającego,
- podstawowe szkolenie z obsługi stacji pomiarowej, dla minimum 2 osób wskazanych przez Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia:

30.11.2020 r.

IV. Wymagania dodatkowe:

1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie montażu stacji pomiarowej oraz tablicy informacyjnej, co najmniej na 6 dni roboczych przed planowanym terminem oraz wskaże osoby, które będą wykonywały prace montażowe.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w prowadzonych pracach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

V. Warunku udziału w postępowaniu:

1. O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu sieci/stacji pomiarowej w minimum jednej lokalizacji w Polsce.
2. Złożenie oferty w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
3. Złożenie oferty w pełni zgodnej z wymogami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

VI. Kryteria oceny ofert:

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według kryterium:
Cena oferty - 100 %

VII. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

1. Termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2020 r.
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS. Oferty złożone poza platformą zakupową nie będą rozpatrywane.

3. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anita Marcinkiewicz, inspektor - tel. 52 58 58 308, a.marcinkiewicz@um.bydgoszcz.pl
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Aleksandra Kowalska


INSPEKTOR

Anita Marcinkiewicz
05.06.2020

KIEROWNIK REFERATU


Renata Flizikowska

05.06.2020 r.

