



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Dział Zamówień Publicznych

Łódź, dnia 15.11.2023 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywne dostawy optyk w okresie 24 m-cy dla USK im. WAM - CSW w Łodzi - nr sprawy 50/TP/ZP/D/2023

I. W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 – tj. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dot. Pakietu nr 2, pkt. 3

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania optyki o poniższych parametrach:

Optyka 30° o średnicy 4 mm, długości 180 mm, z system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, potwierdzonym certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach.

Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki.

Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego

światłowod. Oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki – 6 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 2:

Dot. Pakietu nr 2, pkt 5

2. Z uwagi na fakt, że okular optyki w standardzie C-mount jest kompatybilny z głowicami kamery różnych producentów, również głowic kamery firmy Olympus, czy Zamawiający odstąpi od wymogu autoryzacji producenta?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie: SWZ rozdz. II.I ust.1 pkt c. oraz Załącznik nr 1b do SWZ i 1b do umowy - Parametry techniczne i wymagania sterylizacyjne

Pytanie 3:

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wielorazowych płaszczy ssąco-płuczających do użycia z optyką 30°, kształt owalny, autoklawowalnych, o wymiarach zewnętrznych 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm - 6szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli zaproponowane rozwiązane zapewni potwierdzoną kompatybilność optyk ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.

Pytanie 4:

Pakiet nr 1 i 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, aby w kodzie Data Matrix zawarte były informacje o terminie gwarancji i nazwie Oddziału, gdyż nie są to standardowe pola takiego kodu? W umieszczonym na narzędziu kodzie Data Matrix znajduje się informacja o unikalnym numerze narzędzia i numerze seryjnym lub numerze partii. Dodatkowo na narzędziu w formie słownej umieszczona jest nazwa producenta, numer katalogowy, numer partii lub numer seryjny.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu informacji o terminie gwarancji i nazwie Oddziału w kodzie Data Matrix. Pozostałe parametry bez zmian.

Zmodyfikowany Załącznik nr 1b do SWZ i 1b do umowy - Parametry techniczne i wymagania sterylizacyjne w załączeniu.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Dostarczenie autoryzacji producenta potwierdzającej kompatybilność oferowanego asortymentu z posiadanym przez Zamawiającego” z uwagi na fakt, iż nie wiemy dokładnie jaki asortyment Zamawiający posiada na wyposażeniu szpitala?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie: SWZ rozdz. II.I ust.1 pkt c. oraz Załącznik nr 1b do SWZ i 1b do umowy - Parametry techniczne i wymagania sterylizacyjne

Pytanie 6:

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na przedmiot zamówienia nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) materiałów /elementów zużywalnych (pętle, elektrody), a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu dostawy przedmiotu umowy z 7 dni na 21 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Niniejsza prośba wynika z faktu iż optyki muszą posiadać naniesione napisy ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji nawiązujące do nazwy Oddziału i terminu gwarancji, co wymaga dodatkowych działań logistycznych i czasu, w związku z czym spełnienie świadczenia przez Wykonawcę w pierwotnie wskazanym terminie nie jest możliwe.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8:

Prosimy o skrócenie terminu okresu zagwarantowania dostępności odpłatnych części zamiennych od momentu końca gwarancji do 5 lat, licząc od momentu końca gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zmodyfikowany Załącznik nr 1a do SWZ i nr 1a do umowy – Warunki gwarancji i serwisu w załączeniu.

Pytanie 9:

dot. zał. nr 1b do SWZ, Parametry techniczne i wymagania sterylizacyjne dla Pakietu nr 2, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie optyk z rokiem produkcji nie starszym niż 2022?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10:

dot. zał. nr 1b do SWZ, Parametry techniczne i wymagania sterylizacyjne dla Pakietu nr 2, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania optykę sinuskopową o średnicy 4 mm, kącie widzenia 30° i długości roboczej 176,9 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 11:

dot. zał. nr 1b do SWZ, Parametry techniczne i wymagania sterylizacyjne dla Pakietu nr 2, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania optykę opatrzoną słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność, numer katalogowy, numer seryjny optyki kompatybilną ze światłowodem oraz głowicą kamery posiadanymi przez Zamawiającego (wymienionymi w poz. 3) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 12:

dot. zał. nr 1b do SWZ, Parametry techniczne i wymagania sterylizacyjne dla Pakietu nr 2, poz. 5 oraz zapisów SWZ w pkt. II.I.1.c.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty „oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela producenta”, potwierdzającego kompatybilności oferowanego sprzętu z posiadanym przez szpital, zamiast wymaganych: Oświadczeń producenta/Autoryzacji ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie: SWZ rozdz. II.I ust.1 pkt c. oraz Załącznik nr 1b do SWZ i 1b do umowy - Parametry techniczne i wymagania sterylizacyjne

Pytanie 13:

dot. zał. nr 4 do SWZ, Projekt umowy, §3 ust. 2 w odniesieniu do Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy do 28 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia na koszt Wykonawcy do Magazynu Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14:

Parametry techniczne i wymagania sterylizacyjne (dotyczy Pakietu nr 1):

Załącznik nr 1b do SWZ i 1b do umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i włączy do osobnego pakietu asortyment z poz. 6 tabeli i tym samym zmieni tabelę „I. Parametry techniczne (dot. Pakietu nr 1)“:

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany/oczekiwany	Potwierdzenie warunku
1	Rok produkcji min. 2023	TAK, PODAĆ	
2	Sprzęt nowy fabrycznie, niekondycjonowany, nie powystawowy, nieregenerowany.	TAK, PODAĆ	
3	Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kącie patrzenia 30°, średnicy 4 mm, długości 30 cm, autoklawowalna. Autoklawowalna. Dedykowana do zabiegów endourologicznych, współpracująca z cystoskopami i resektoskopami mono i bipolarnymi. Kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego tj. 27050D,27040BO prod. STORZ. – 8 szt.	TAK, PODAĆ	
4	Dedykowany kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania jednej optyki cystoskopowej z uchwytem na adaptery przyłącza światłowodu, silikonowymi zapinkami, z pokrywą – 8 szt. Dedykowany kosz z tworzywa sztucznego do mycia, sterylizacji i przechowywania jednej optyki cystoskopowej z miejscem na przechowanie adapterów światłowodowych, z pokrywą przezroczystą, wanna i pokrywa perforowana, boczne metalowe zapięcia w pokrywie, silikonowe uchwyty w wannie i pokrywie dla optyki, wym. 457x70x35mm – 8 szt.	TAK, PODAĆ	
5	Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki, nazwę oddziału, termin gwarancji. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej lub cyfrowej średnicy kompatybilnego światłowodu.	TAK, PODAĆ	
6	Zestaw startowy do zabiegów resektoskopii składający się z pętli tnącej monopolarnej, wdużnej do płaszczyzny w rozmiarze 24/26 Fr, 1 drut prowadzący, jednorazowa, sterylna opak. 10 szt. – 1 op. Elektroda koagulacyjna monopolarna, kulka średnicy 3 mm, do płaszczyzny w rozmiarze 24/26 Fr, 1 drut prowadzący, jednorazowa, sterylna opak. 10 szt. – 1 op. Zestaw startowy dostarczony w całości jednorazowo wraz z pierwszym zamówieniem optyk.	TAK, PODAĆ	
7	Dostarczenie autoryzacji producenta potwierdzającej kompatybilność oferowanego asortymentu z posiadanym przez Zamawiającego.	TAK, PODAĆ	
8	Deklaracja zgodności UE dla sprzętu oraz oznakowanie CE.	TAK, PODAĆ	

Asortyment wskazany przez Zamawiającego w poz. 6 jest charakterystyczny i dostarczany tylko przez jedną firmę na rynku medycznym w Polsce, a jego wyłączenie umożliwi otrzymanie przez Zamawiającego więcej niż jedną konkurencyjną pod względem finansowym ofertę w przedmiotowym postępowaniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji.

Ponadto prosimy o uszczegółowienie opisu kosza do przechowywania zgodnie z powyższym zapisem – tego typu kosz jest dedykowany do optyk cystoskopowych, a proponowany opis nie powoduje ograniczenia konkurencyjności.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, j.t. ze zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ **w zakresie:** SWZ rozdz. II.I ust.1 pkt c. **oraz** Załącznik nr 1b do SWZ i 1b do umowy - Parametry techniczne i wymagania sterylizacyjne **oraz** Załącznik nr 1a do SWZ i nr 1a do umowy – Warunki gwarancji i serwisu,
Na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy PZP **zmodyfikowaną SWZ oraz zmodyfikowane załączniki tj.** Załącznik nr 1b do SWZ i 1b do umowy - Parametry techniczne i wymagania sterylizacyjne **oraz** Załącznik nr 1a do SWZ i nr 1a do umowy – Warunki gwarancji i serwisu **Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

III. Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, j.t. ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 22.11.2023 r. godz. 10:00.

Nowy termin otwarcia ofert: 22.11.2023 r. godz. 10:05.

Działając w oparciu o art. 271 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający w dniu 15.11.2023 r. zmienił w Biuletynie Zamówień Publicznych treść ogłoszenia.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu – stosownie do regulacji zawartej w art. 271 ust. 4 PZP została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem