

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia do dezynfekcji powierzchni suchą mgłą

Lp.	Opis przedmiotu
1	Urządzenie do dezynfekcji powierzchni suchą mgłą - fumigator
2	Urządzenie przenośne posiadające rękojeść
3	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym z dokumentacją potwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania
4	Wydajność urządzenia od 10m ³ do 1000m ³
5	Urządzenie fabrycznie nowe
6	Panel sterujący umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia
7	Waga maksymalna 10 kg
8	komputerowa archiwizacja danych
9	Możliwość zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia dezynfekcji
10	Możliwość ustawienia opóźnienia czasu startu
11	Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji miejsc trudnodostępnych
12	Kompatybilne środki dezynfekcji oparte na nadtlenku wodoru, wraz z dokumentacją potwierdzającą skuteczność dezynfekcji
13	Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz
14	Gwarancja 24 miesiące
15	Serwis na terenie Polski
16	Termin dostawy 4 tygodnie
17	W cenie dostawa, pierwsze uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi
18	Instrukcja obsługi w języku polskim