



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Katowice, dn. 12.06.2023

Znak sprawy: TZ.251.1.12.2023

l.dz. TZ.251.1.12.2023-1

Numer postępowania: WPR/TZ/252/ZP/12/2023

Uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. postępowania na **przeglądy i naprawy sprzętu medycznego wraz z dostawą akcesoriów i części zamiennych.**

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań skierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytania do zadania nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego zadania defibrylatorów LIFEPAK15, ładowarek do akumulatorów LIFEPAK15 oraz urządzeń LUCAS (pozycja 35,36,37 wg załącznika nr 1 do SIWZ)? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK oraz urządzeń LUCAS zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga autoryzacji producenta.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga użycia dedykowanego przez Producenta smaru, który jest niezbędny o prawidłowego przeprowadzenia przeglądu technicznego w urządzeniu LUCAS? Nienasmarowanie śruby poruszającej tłokiem może doprowadzić do zatarcia silnika.

Odpowiedź:


Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga używania dedykowanego oprogramowania służącego do przeprowadzenia prawidłowo procesu kalibracji położenia tłoka w urządzeniu LUCAS? Pozwala to na odczyt danych z urządzenia, takich jak liczba użyć akumulatora.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga



40-024 Katowice
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40
mail: wpr@wpr.pl
www.wpr.pl

NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Pytania do zadania nr 2

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych oraz zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania w defibrylatorach LIFEPAK15 oraz urządzeniach LUCAS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw urządzeń LIFEPAK oraz LUCAS w siedzibie Wykonawcy? Ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności korzystania ze specjalnie wyposażonego stanowiska pracy i narzędzi większość napraw musi być wykonywana w siedzibie autoryzowanego serwisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza - zgodnie z §5 ust. 5 propozycji umowy (załącznik nr 5a do SWZ).

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z użytku defibrylatorów LIFEPAK15 oraz urządzeń LUCAS2 w przypadku braku możliwości naprawy? Wsparcie techniczne dla najstarszych wersji tych urządzeń zostało już zaprzestane i nie gwarantujemy dostępności wszystkich części zamiennych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do zadania nr 1

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do odrębnego zadania produktów marki Weinmann. Jako autoryzowany serwis producenta posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, narzędzia pomiarowe oraz zestawy przeglądowe wymagane przez producenta do wykonania przeglądów urządzeń. Ponad to wskazane w zadaniu nr 1 (poz. 4-6, 23-24) urządzenia są sprzętem medycznym bezpośrednio ratującym życie i zdrowie pacjenta. Aparatura medyczna niewłaściwie serwisowana jest zagrożeniem dla życia i zdrowia pacjenta, a także personelu medycznego. Korzystanie z usług autoryzowanego serwisu czy też firmy posiadającej uprawnienia producenta do wykonywania przeglądów danych urządzeń chroni przed ewentualnymi incydentami medycznymi, za które ponoszą Państwo odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do odrębnego zadania produktów marki Medirol. Jako autoryzowany serwis producenta posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu konserwacji sprzętu. Konserwacja jest bardzo ważnym elementem długotrwałej poprawności pracy noszy oraz krzesełek kardiologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i będą wiążące podczas terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania udzielił: Jarosław Domański

Pismo sporządziła: Karina Przybyła

KIEROWNIK
Działu Logistyki i Zaopatrzenia

Jarosław Domański

Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Technicznych

Dariusz Krawczyk
tel. (32) 609 31 40
mail: wpr@wpr.pl
www.wpr.pl

NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Karina Przybyła
Śląskie.

40-024 Katowice
ul. Powstańców 52

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000