



EZ.272.028.2024

Wrocław, dnia 13.11.2024r.

EZ/941/24

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów do sterylizacji (sygnatura sprawy: **EZ/782/416/24**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ:

Pytanie nr 1

Dot. Zadania nr 8, poz.1

„Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne o odczycie 3h kompatybilne z innym autoczytnikiem niż Smart Read. Wykonawca zoferuje kompatybilny autoczytnik w pozycji nr 2”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 2

Dot. Zadania nr 8, poz.2

„Czy Zamawiający dopuści autoczytnik do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 3 godzinach zgodny z opisem poniżej:

„Autoczytnik bez wyświetlacza LCD, posiadający 12 okrągłych studzienek. Wynik inkubacji widoczny poprzez zapalenie się lampki zielonej lub czerwonej oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Autoczytnik posiada wbudowaną drukarkę, rejestrującą oraz drukującą wszystkie wyniki, co eliminuje konieczność podłączania oddzielnych urządzeń”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 3

Dot. Zadania nr 8, poz.2

„Asortyment ujęty w Pakiecie nr 8, pozycja 2 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił powyższą kwestię w Rozdz. VII pkt 2 ppkt b), w Zał. nr 2 „Formularz cenowy” oraz w Zał. nr 6 do SWZ „Oświadczenie wykonawcy dotyczące wyrobów medycznych” i jej nie zmienia.

Pytanie nr 4

Dot. pakiet 9, umowa § 4 ust. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę towaru z terminem ważności wynoszącym 9 miesięcy?”

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

1) Załącznik Nr 3 do SWZ “Wzór umowy” § 4 ust. 2

Było: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż **12 miesięcy** od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Jest: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż **12 miesięcy** od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego – **dotyczy wszystkich Zadań za wyjątkiem Zadania 9.**
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż **9 miesięcy** od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego – **dotyczy Zadania 9.**

Pytanie nr 5

Dot. pakiet 9, umowa § 8 ust. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przesłania faktury drogą elektroniczną oraz o wskazanie adresu mailowego, na który należy dostarczyć fakturę w formie pdf?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy” i jej nie zmienia.

Pytanie nr 6

Dot. pakiet 9, umowa § 11 ust. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę postanowienia § 11 ust. 1 projektu umowy do poniższego brzmienia?

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
- 2) w wysokości 0,3% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy;
- 3) w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 3 ust. 10, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Dot. pakiet 9

„Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli dodając zapis: „Wykonawca pokrywa koszty walidacji urządzeń do zaoferowanych produktów”? Prosimy o potwierdzenie, że walidacja nie wchodzi w zakres zamówienia”

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie Załącznik Nr 2 do SWZ “Formularz cenowy” dla Zadania 9 poprzez usunięcie zapisu: „Wykonawca pokrywa koszty walidacji urządzeń do zaoferowanych produktów”.

Pytanie nr 8

Dot. Zadania nr 8, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści test w postaci fiolkowego wskaźnika o szybkim odczycie do pary wodnej? Opakowanie zawiera 50 szt. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego zabicie bakterii po 20 minutach inkubacji. Wykrycie poprzez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik kruszony w osobnej celi inkubatora nie wymagający użycia dodatkowego zewnętrznego kruszera. Na fiolece repozycjonowania nierwaca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 9

Dot. Zadania nr 8, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści inkubator do testów biologicznych posiadający 8 cel pomiarowych, czytelny kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 6” z wbudowaną drukarką przeprowadzonych procesów oraz skanerem kodów kreskowych umieszczonych na opakowaniu wskaźników?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY ŚLĄSK



Pytanie nr 10

Dot. Zadania nr 1, poz.1-8

„Czy Zamawiający dopuści rękawy o temperaturze zgrzewania laminatu z papierem medycznym 180-220°C, zgodnym z normą PN-EN 868-3, dopuszcza się możliwość uzyskania prawidłowego zgrzewu zamykającego w temperaturze od 160°C, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 11

Dot. Zadania nr 2, poz.1-3

„Czy Zamawiający dopuści papier zapakowany w karton plus wewnętrzne opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 12

Dot. Zadania nr 3, poz.1

„Czy Zamawiający dopuści włókninę celulozową w arkuszach do sterylizacji o gram. 57g/m². Kolor zielony. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 215µm. Zawartość chlorków max. 0,03% i siarczanów max. 0,12%. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 180 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż 2,1kN/m, poprzek 0,9kN/m; na mokro: wzdłuż 1,7kN/m, poprzek 0,7kN/m. Wewnętrzne opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 13

Dot. wzoru umowy § 11 ust. 1 pkt 1)

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

"Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 11 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 11 ust. 1 pkt 1)?" Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliża jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednak

że określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto Zamawiający dokonał poniższych modyfikacji:

1. Rozdz. VII pkt 1b) SWZ

Było: aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie o wyrobach medycznych** potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ (dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 8 poz. 2, Zadania 10 "Formularza cenowego" Załącznika nr 2);

Jest: aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie o wyrobach medycznych** potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ (dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 8, Zadania 10 "Formularza cenowego" Załącznika nr 2);

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





2. Rozdz. VII pkt 1c) SWZ

Było: aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** potwierdzające, że zaoferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z załącznikiem nr 6a do SWZ (dotyczy Zadania 5, Zadania 6, Zadania 7, Zadania 8 poz. 1, Zadania 9, Zadania 11, Zadania 12, Zadania 13 „Formularza cenowego” Załącznika nr 2).

Jest: aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** potwierdzające, że zaoferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z załącznikiem nr 6a do SWZ (dotyczy Zadania 5, Zadania 6, Zadania 7, Zadania 9, Zadania 11, Zadania 12, Zadania 13 „Formularza cenowego” Załącznika nr 2).

3. Zał. nr 6 do SWZ „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrobów medycznych”

Było: Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne dla **Zadania** (wskazać numer Zadania i numer pozycji jeśli dotyczy) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone są do obrotu i stosowania na terenie RP i będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu i stosowania na każdy oferowany produkt (dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 8 poz. 2, Zadania 10).

Jest: Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne dla **Zadania** (wskazać numer Zadania i numer pozycji jeśli dotyczy) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone są do obrotu i stosowania na terenie RP i będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu i stosowania na każdy oferowany produkt (dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 8, Zadania 10).

4. Zał. nr 6a do SWZ „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące asortymentu”

Było: Oświadczam, że oferowane asortyment dla **Zadania** (wskazać numer Zadania i numer pozycji jeśli dotyczy) dopuszczony jest do obrotu i stosowania na terenie RP i będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu i stosowania (dotyczy Zadania 5, Zadania 6, Zadania 7, Zadania 8 poz. 1, Zadania 9, Zadania 11, Zadania 12, Zadania 13).

Jest: Oświadczam, że oferowane asortyment dla **Zadania** (wskazać numer Zadania i numer pozycji jeśli dotyczy) dopuszczony jest do obrotu i stosowania na terenie RP i będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu i stosowania (dotyczy Zadania 5, Zadania 6, Zadania 7, Zadania 9, Zadania 11, Zadania 12, Zadania 13).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że w związku z zadanymi pytaniami Zamawiający w oparciu o art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 20.11.2024r., miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 19.12.2024r. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

1. Zał. nr 2 do SWZ Formularz cenowy – po modyfikacji (dot. Zadania 9)
2. Zał. nr 3 do SWZ Wzór umowy – po modyfikacji
3. Zał. nr 6,6a Oświadczenia - po modyfikacji

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

