

Wrocław, dnia 15.07.2021r.

Dotyczy: PN 25/21- dostawa środków do dezynfekcji

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.
Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1- dotyczy zapisów SWZ Rozdz. XIII pkt. 14.1 pkt. g) - Pakietu nr 34

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania wykonania analizy poprawności (walidacji) procesów mycia i dezynfekcji zgodnie z zapisami wskazanymi przez normę PN-EN ISO 15883-1:2010 oraz PN-EN ISO 15883-2:2010. oraz wymogu by w zakresie badań znalazły się: badanie dozowania środków chemicznych, badanie skuteczności czyszczenia testem białkowym, badanie termometryczne min. 1 czujnikiem, badanie pozostałości chemii procesowej w przypadku, gdy w zadaniu 34 zaproponowane zostaną preparaty pochodzące od producenta myjni, które są wymienione w instrukcji obsługi, oraz posiadają badania potwierdzające pełną kompatybilność z będącą na gwarancji myjnią wg wskazanych norm ?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.