



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.08.2019 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 20/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1

1. Dotyczy załącznika nr 1, zadanie 8

Pytanie 1 (dot. Pkt. 40 i 41)

Prosimy o potwierdzenie, że w punktach 40 i 41 wymagane wartości minimalne zostały omyłkowo zamienione miejscami i powinno być odpowiednio:

JEST:

40. Szybkość chłodzenia anody min. 150 kHU/min

41. Szybkość chłodzenia kołpaka min. 90 kHU/min

POWINNO BYĆ:

40. Szybkość chłodzenia anody min. 90 kHU/min

41. Szybkość chłodzenia kołpaka min. 150 kHU/min

Odp.: Zamawiający potwierdza omyłkową zamianę pozycji.

2. Pytanie 2 (dot. Pkt. 119 i 120)

Z uwagi na wycofanie z rynku materiału bezołowiowego Xenolite NL do szycia materiałów ochronnych, takich jak fartuchy, garsonki, ochrony tarczycy, itp., zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania:


- Fartuchy ochronne operatora typu garsonka wykonane z materiału ochronnego – dwuwarstwowego materiału bezołowiowego (Edge bilayer)

- Fartuch ochronny na szyję Ochrona Tarczycy Wykonana w formie stójki ze "śliniakiem" i zapięciem typu "rzep". Fartuch wykonany z materiału ochronnego – dwuwarstwowego materiału bezołowiowego (Edge bilayer)

Jest to materiał o lekkiej konstrukcji zapewniający pełną ochronę przez promieniowaniem

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

KOMENDANT


płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82