

Z A M A W I A J Ą C Y:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
w Opolu

ul. Katowicka 66A
45-061 Opole
NIP 754-25-57-814
REGON 531420768

tel. 077/441 63 01
fax. 077/441 60 03
sekretariat@onkologia.opole.pl
www.onkologia.opole.pl

Opole, 12.11.2020r.

Wyjaśnienia treści SIWZ
Przetarg nieograniczony nr 35/PN/2020

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) zwanej w treści pisma PZP, podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pakiet nr 1 Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 24 i 25 i dopuści:

Poz. 24

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, z możliwością wykonania biopsji stycznej; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1800mm, maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą ETO

Poz. 25

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki z możliwością wykonania biopsji stycznej; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą ETO.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody, oczekujemy oferty zgodnej z SIWZ

Pakiet 2 Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 3 i dopuści

Poz. 3

Klipsownica z klipssem załadowanym do zestawu, sterylna, jednorazowego użytku, bez osłonki, szerokość rozwarcia ramion klipsa 16mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, płynna rotacja 1:1, dostępne w długości 230cm, z możliwością wykonania MRI, możliwość zastosowania do klipsowania profilaktycznego (średnica kanału endoskopowego 2.8mm)

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody, oczekujemy oferty zgodnej z SIWZ

Pakiet 3 Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 4,5,6,7 i dopuści

Poz. 4

wymagane rozmiary 8,10,12 i 14 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody, oczekujemy oferty zgodnej z SIWZ

Poz. 5

średnica 20-26 lub 24-30 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody, oczekujemy oferty zgodnej z SIWZ

Poz. 6

Elastyczny, samorozprężalny stent, wykonany z pojedynczego plecionego drutu nitinolowego, uwalniany z rękojeści stosowany do paliatywnego leczenia zwężeń ujścia żołądka lub dwunastnicy, powodowanych przez nowotwory złośliwe. Stent zamontowany w cewniku wewnętrznym z cieniodajnymi znacznikami, zakładany przez kanał endoskopu min. 3,7 mm. Możliwość otwierania i zamykania stentu do 80%. Rozmiar cewnika 10 Fr, Średnica kołnierza 26 mm, Średnica trzonu 20 mm, długości stentu 6, 8, 12 cm. Całkowita długość systemu 230 cm. Na prowadnik 0,035". Do użytku jednorazowego.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody, oczekujemy oferty zgodnej z SIWZ

Oprac.

Ewa Dyktyńska
Anna Gąska