



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 07.03.2025 r.

DZP-5/2025

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
pn. Dostawa materiałów szewnych oraz wyrobów medycznych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 1, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści szew pętlowy z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 - dot. Pakietu nr 1, poz. 13, 18

Czy Zamawiający wykreśli, wydzieli ww. pozycje z pakietu lub umożliwi złożenie oferty z pominięciem tych pozycji ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie poz. 13 i 18 z Pakietu nr 1.

Pytanie nr 3 - dot. Pakietu nr 1, poz. 35-37

Czy Zamawiający wykreśli, wydzieli ww. pozycje z pakietu lub umożliwi złożenie oferty z pominięciem tych pozycji ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie poz. 35 i 37 z Pakietu nr 1.

Pytanie nr 4 - dot. Pakietu nr 1, poz. 38-41

Czy Zamawiający dopuści nić monofilamentową, syntetyczną, z polidioksanonem, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach, okres wchłaniania 180-210 dni?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 - dot. Pakietu nr 1, poz. 39

Czy Zamawiający dopuści szew pętlowy z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 - dot. Pakietu nr 1, poz. 82-89

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną bez dodatku substancji antybakteryjnej, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 7 - dot. Pakietu nr 1, poz. 90-92

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, monofilamentową, wchłaniającą, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40% i okresie wchłaniania 90-120 dni?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 - dot. Pakietu nr 1, poz. 120-121

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną polioesterową powlekaną silikonem, nierozpuszczalną?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 - dot. Pakietu nr 1, poz. 120-121

Czy Zamawiający dopuści nić monofilamentową, syntetyczną poliamidową, nierozpuszczalną?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 - dot. Pakietu nr 1, poz. 122-142

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 - dot. Pakietu nr 2, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną o długości 6 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, jeśli pozostałe parametry będą zgodne z SWZ.

Pytanie nr 12 - dot. Pakietu nr 2, poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną o długości 6,5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 - dot. Pakietu nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną o długości 6 mm lub 6,19 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 - dot. Pakietu nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze fioletowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 - dot. Pakietu nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrótnie tnącą bez określenia „kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16 - dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści niewchłaniającą, makroporowatą, polipropylenową siatkę z włókna monofilamentowego polipropylenowego bez wplecionej niebieskiej nici, o gramaturze implantu 55 g/m² (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,55 mm (+/- 10%); wielkość porów 1,3x2,0 mm; nić o grubości 0,15 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 - dot. Pakietu nr 8, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści siatkę:

Niewchłaniałna, makroporowa siatka przepuklinowa wytwarzana techniką dziewiarską monofilamentowej przędzy polipropylenowej, gramatura 60,0÷85,0 g/m², średnica makroporów ok. 2,7 mm, powierzchnia makroporów min. 3,3 mm², grubość siatki 0,65±0,15 mm. Siła zrywająca min. 100N (kierunek poprzeczny), min. 150 N (kierunek wzdłużny). Wyrób jałowy, jednorazowego użytku. Nie może być poddawany powtórnej sterylizacji.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 - dot. Pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 10x16 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Równocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia treść SWZ w Rozdziale X pkt. 1 ppkt. 2), który otrzymuje brzmienie:

„2) materiały producenta dotyczące przedmiotu zamówienia (np. foldery, opisy techniczne, oświadczenia producenta, wyciągi z katalogów itp. materiały) – ze wskazaniem części i pozycji, której dotyczą. Dokumenty winny w sposób jednoznaczny potwierdzić spełnianie wymagań postawionych przez Zamawiającego – dot. Pakietów Nr 1 – 13”.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

- Ofertę należy złożyć **do dnia 17.03.2025 r. do godziny 09:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 17.03.2025 r. o godzinie 09:05.**
- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia 15.04.2025 r.**

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**