



uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym nr 411/2023/TP/DZP pt. „Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej do jednostek UW-M w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Części 3:

Pytania nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza udźwig maksymalny 150 lub 300 kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytania nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zasilanie akumulatorem zewnętrznym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytania nr 3:

Prosimy by Zamawiający rozwinął parametr "Płaska waga".

Odpowiedź:

Płaska, czyli powierzchnia ważąca musi być płaską/gładką platformą, niską (do 10 cm od podłoża), o powierzchni ważenia ok. 50x110 cm.



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Części 5:

Pytania nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający, pisząc "Waga na baterie alkaliczne AA 1,5V lub AAA lub /1 zasilanie sieciowe," wymaga tylko jednego z trzech wskazanych rodzajów zasilania?

Odpowiedź:

Niezbędne jest zasilanie sieciowe. Bateria może stanowić element dodatkowy.

Łączę wyrazy szacunku

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Anna Opalach

Tel. 89/524 52 39

e-mail:anna.opalach@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl

fax (89) 523 43 66

www.uwm.edu.pl