



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki 11.04.2023 r.

SPS – V. 262.25.2023

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, art. 275 ust. 1 bez przeprowadzania negocjacji na dostawę dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. (Nr procedury SPSSZ/16/D/23).**

**Niniejszym Zamawiający, przekazuje treść zapytań o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego i udziela na nie odpowiedzi.**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 3**

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycji nr 1:  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie rozmiaru włókniny.  
Czy Zamawiający dopuści włókninę pakowaną w innej ilości niż 150 szt.?

**Odpowiedź:** Włóknina PLAS, S, EO rozm. 90 cm x 90 cm - 150 szt. w opakowaniu.

*Jednocześnie Zamawiający informuje, że terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania pozostają bez zmian tj.:*

Termin składania ofert - 14.04.2023 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert - 14.04.2023 r. godz. 10:05

Termin związania ofertą - 13.05.2023 r.

*Treść wyjaśnień jest obowiązująca i staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążąca przy sporządzaniu i składaniu ofert.*

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego  
*Krzysztof Płukis*

Podpis