



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 14.11.2024
EZ/350/99/2024/... 814.....

Wg rozdziałnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne
Dotyczy: 99/2024 **Zakup i dostawa urządzeń medycznych 2 pakiety**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.), udziela odpowiedzi na pytania:

PYTANIE

Dot. Pakiet nr 2 Urządzenie do defibrylacji

dot. Zestawienie Wymaganych Parametrów Pkt. 20

Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z docelowym umieszczeniem urządzeń na terenie szpitala, Zamawiający dopuści zaoferowanie szafki wewnętrznej z alarmem 3 sztuki?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt. 20 pismem z dnia 12.11.2024 nr EZ/350/99/2024/800.

W opisie jest zapis- szafka wewnętrzna z alarmem.

PYTANIE

Dot. Pakiet nr 2 Urządzenie do defibrylacji

dot. Wzór Umowy § 2 ust. 14 pkt. b i c

Czy Zamawiający potwierdzi, iż w związku z tym, że Producent nie wymaga przeglądów okresowych w okresie gwarancji, Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu, co znacznie obniży wartość oferty? Aparat wyposażony jest we wskaźnik sprawności aparatu i automatycznie przechodzi codzienne autotesty.

ODPOWIEDŹ

Jeśli producent nie wymaga przeglądów w okresie gwarancji Zamawiający nie wymaga przeglądu pod warunkiem przedstawienia w ofercie potwierdzenia w stosownych dokumentach braku konieczności wykonywania przeglądu (dokumenty Producenta- np. instrukcja obsługi).

Z poważaniem,

Pracownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Marcel Schneider

8567804 | Alina Paszkowska
Specjalista anestezjologii
i intensywnej terapii
Poznań, os. Czecha 88/5