



Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu  
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
RPWP.01.01.00-30-0009/19

L. dz. DZP- 728/22

Poznań, dnia 30.09.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy- platforma zakupowa**

**Dotyczy: TPM-102/22** postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **dostawa wraz z transportem i wniesieniem oraz instalacją 3 sztuk wirówek laboratoryjnych oraz 3 sztuk zamrażarek, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w podziale na 2 części**

I. W związku z wpływem pytania dotyczącego prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie 25:**

**dotyczy - zamrażarka laboratoryjna 3 szt.**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną o czynniku chłodniczym R-290 oraz R170 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

**Pytanie 26:**

**dotyczy - zamrażarka laboratoryjna 3 szt.**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez określonej przez Producenta wartości - emisji ciepła wynoszącej 720 W ?

Parametr ten ogranicza możliwość złożenia ofert innym dystrybutorom, wpływa na zmniejszenie konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** zamrażarki z proponowanym rozwiązaniem.

**Pytanie 27:**

**dotyczy - zamrażarka laboratoryjna 3 szt.**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z 5 drzwiami wewnętrznymi ze stali nierdzewnej, dzielącymi komorą na 5 sekcji, oraz 4 półkami ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

**Pytanie 28:**

**dotyczy - zamrażarka laboratoryjna 3 szt.**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o maksymalnym poborze mocy oraz średnim dziennym zużyciu wynoszącym 14,4 kwh/24 h w przypadku pracy urządzenia w temperaturze -80 st. C ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

**Pytanie 29:**

**dotyczy - zamrażarka laboratoryjna 3 szt.**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wadze netto 293 l (bez akcesoriów), oraz wadze do wysyłki 324 kg ?



Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu  
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
RPWP.01.01.00-30-0009/19

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

**Pytanie 30:**

**dotyczy - zamrażarka laboratoryjna 3 szt.**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o zakresie temperatury od -55°C do -86 °C ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

**Pytanie 31:**

**dotyczy wirówka**

Czy zamawiający dopuści wirówkę o prędkości 500-1500rpm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

**Pytanie 32:**

**dotyczy wirówka**

Czy zamawiający dopuści wirówkę o czasie rozpędzania 60s i hamowania 50s?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

**Pytanie 33:**

**dotyczy wirówka**

Czy zamawiający dopuści wirówkę o czasie rozpędzania 30s i hamowania 40s?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

**Pytanie 34:**

**dotyczy wirówka**

Czy zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach 19,0x12,0x27,0 cm(WxDxH)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

**Pytanie 35:**

**dotyczy wirówka**

Czy zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach 26,2x23,0x13,1?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

**Pytanie 36:**

**dotyczy wirówka**

Czy zamawiający dopuści wirówkę z poziomem hałasu 60dB?

**Odpowiedź:**



Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu  
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
RPWP.01.01.00-30-0009/19

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

**Pytanie 37:**

**dotyczy wirówka**

Czy zamawiający dopuści wirówkę z zegarem od 1 min do 99min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** wirówki z proponowanym rozwiązaniem.

**Pytanie 38:**

**Dotyczy: części 2 - dostawa 3 zamrażarek**

W p. 2 OPZ Zamawiający wymienił kilka czynników chłodniczych jako wymaganych. Jak rozumiemy, są to tylko przykłady czynników wymaganych a dopuszczone są także inne czynniki chłodnicze klasyczne, komercyjne dostępne np. R290, R170, R134a. Prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że dopuszczone są także inne czynniki chłodzące.

**Pytanie 39:**

**Dotyczy: części 2 - dostawa 3 zamrażarek**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę z 4 przedziałami i 2 drzwiczkami wewnętrznymi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** zamrażarki z proponowanym rozwiązaniem.

**Pytanie 40:**

**Dotyczy: części 2 - dostawa 3 zamrażarek**

W p. 12 oraz 13 Zamawiający określił wymóg średniego dziennego zużycia energii z tolerancją +/- 5%. Jak rozumiemy, Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę z mniejszym zużyciem energii niż wymagana wartość z tolerancją? Prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

**Pytanie 41:**

**Dotyczy: części 2 - dostawa 3 zamrażarek**

W p. 15 Zamawiający określił ciężar zamrażarki 250 kg +/- 5%. Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę o wadze 300 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o podanych wyżej parametrach.

**Pytanie 42:**

**Dotyczy: części 2 - dostawa 3 zamrażarek**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę o pojemności 578 litrów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** zamrażarki z proponowanej pojemności.



Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu  
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
RPWP.01.01.00-30-0009/19

**Pytanie 43:**

**Dotyczy: części 2 - dostawa 3 zamrażarek**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę o szerokości zewnętrznej 953 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** zamrażarki z o podanej w pytaniu szerokości ze względu na wymiary pomieszczenia.

**Pytanie 44:**

**Dotyczy: części 2 - dostawa 3 zamrażarek**

Zamawiający w pkt 14 OPZ określił zajmowaną powierzchnię z dopuszczalną tolerancją +/-5% szer. max. 90 cm x głęb. max. 100. Czy pod pojęciem zajmowana powierzchnia Zamawiający rozumie powierzchnię zajmowaną przez zamrażarkę na podłożu, tzw. footprint, bez uwzględnienia wystających elementów, np. klamki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w pkt 14 OPZ określił zajmowaną powierzchnię z dopuszczalną tolerancją +/-5% szer. max. 90 cm x głęb. max. 100, z uwzględnieniem wystających elementów.

**II. Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 Ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:**

- 1) jako termin składania ofert wskazuje się: 05.10.2022 r. godz.: 10:00,
- 2) jako termin otwarcia ofert wskazuje się: 05.10.2022 r. godz.: 11:00.
- 3) jako termin związania ofertą wskazuje się 03.11.2022 r.

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.**