



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 04 października 2022 r.

Wykonawcy, którzy pobrali SWZ

Dotyczy: „**Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123**”

Znak sprawy: **4/ZP/PN/2022**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia – bez ujawnienia źródła zapytań:

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 2A – ANGIOGRAF WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ

W związku z omyłką pisarką w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 25 i 26 w piśmie dot. udzielenia wyjaśnień na pytania Wykonawców opublikować w dniu 19.09.2022 r. Zamawiający zamieszcza poniżej prawidłowe odpowiedzi na ww. pytania:

Pytanie nr 25

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. A.16

Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (minimalny zakres: LAO/RAO, CRANIAL / CAUDAL, SID) oraz wyświetlanie bieżącej dawki sumarycznie	Tak, podać	
---	------------	--

W obecnym brzmieniu parametr jest nie jednoznaczny

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymaga automatycznego eksportu tych danych do pliku DICOM i przyporządkowanie do danych pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 16 załącznika nr 2a do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

16	Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (minimalny zakres: LAO/RAO, CRANIAL / CAUDAL, SID) oraz wyświetlanie bieżącej dawki sumarycznie/ automatyczny eksport tych danych do pliku DICOM i przyporządkowanie do danych pacjenta	Tak, podać	
----	---	------------	--

Pytanie nr 26

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. A. 80

Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego serwera aplikacyjnego o możliwość jednoczesnego korzystania min. 5 użytkowników wraz z dostarczeniem min. dwóch stanowisk przeglądowych spełniających wymogi dla monitorów medycznych	Tak	
---	-----	--

W obecnym brzmieniu parametr (w połączeniu z innymi) uniemożliwia firmie TMS złożenie ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy prosimy o podanie typu, modelu, konfiguracji i producenta systemu do rozbudowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zakupu licencji do integracji nowego urządzenia z posiadanymi systemami firmy Pixel Technology (Exhibeon, Chazon, ExPacs), oraz rozbudowy macierzy dyskowej Fujitsu DX200 S4 o 5 dysków SSD o pojemności 1.92TB każdy.

Pytanie nr 27

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt 102

„Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczeni angiograficznego, automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego z menu w języku polskim?”

Odpowiedź: Zamawiający określił wymogi w tym zakresie w SWZ.

Pytanie nr 28

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt 102

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

„Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczeni angiograficznego, automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego wyposażonego w wyświetlany na panelu sterującym przewodnik dla użytkownika typu „krok po kroku?”

Uzasadnienie: Przewodnik wyświetla komunikaty w języku polskim umożliwiające zaprogramowanie i wykonanie iniekcji oraz komunikaty ostrzegawcze co ma bezpośrednio przełożenie na bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy ze wstrzykiwaczem podczas badania.

Odpowiedź: Zamawiający określił wymogi w tym zakresie w SWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt 102

„Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością objęcia go zdalnym nadzorem serwisowym poprzez łącze VPN?”

Odpowiedź: Zamawiający określił wymogi w tym zakresie w SWZ.

Pytanie nr 30

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt 102

„Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością pracy w trybie „zmiennego przepływu środka kontrastowego”, który umożliwi operatorowi dozowanie kontrastu w zależności od potrzeb za pomocą kontrolera ręcznego?”

Odpowiedź: Zamawiający określił wymogi w tym zakresie w SWZ.

Pytanie nr 31

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. 12, 13

Prosimy o potwierdzenie, że przez ustawianie w pozycji parkingowej Zamawiający rozumie połączenie ruchów obrotowych statywu oraz stołu pacjenta pozwalających na swobodny dostęp do pacjenta?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przez ustawianie w pozycji parkingowej rozumie połączenie ruchów obrotowych statywu oraz stołu pacjenta pozwalających na swobodny dostęp do pacjenta.

Pytanie nr 32

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. 24, 25, 26, 27

Prosimy o potwierdzenie, że, poprzez warunek w punktach 24, 25, 26 oraz 27, Zamawiający będzie wymagał dostarczenie modułów sterujących wykonanych w standardzie IPX4?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby moduły sterujące w pkt. 24, 25, 26 oraz 27 wykonane były w standardzie IPX4. **Zamawiający zmienia treść pkt. 24, 25, 26 oraz 27 załącznika 2a zmiana do SWZ, która otrzymuje brzmienie:**

24	Sterowanie wszystkimi ruchami ramienia C, stołu i kolimatora możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. Moduły sterujące wykonane w standardzie IPX4	Tak	
25	Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii i akwizycji możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. Moduły sterujące wykonane w standardzie IPX4	Tak	
26	Sterowanie zapisem obrazów fluoroskopowych możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. Moduły sterujące wykonane w standardzie IPX4	Tak	
27	Sterowanie funkcjami angiografu z panelu dotykowego z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów. Moduły sterujące wykonane w standardzie IPX4	Tak	

Pytanie nr 33

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. 74, 75

Prosimy o potwierdzenie, że, poprzez warunek w punktach 74 oraz 75, Zamawiający będzie wymagał dostarczenie modułów sterowania wykonanych w standardzie IPX4?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby moduły sterujące w pkt. 74 oraz 75 wykonane były w standardzie IPX4. **Zamawiający zmienia treść pkt. 74 oraz 75 załącznika 2a zmiana do SWZ, która otrzymuje brzmienie:**

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

74	Realizacja funkcji analiz i sterowanie aplikacjami (analiza stenoz) przy stole badań. Moduły sterujące wykonane w standardzie IPX4	Tak	
75	Ustawianie parametrów akwizycji i fluoroskopii z panelu dotykowego zainstalowanego w Sali badań przy stole pacjenta. Moduły sterujące wykonane w standardzie IPX4	Tak	

Pytanie nr 34

[Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. A.2](#)

Pakiet specjalistycznych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, optymalizujących stosunek kontrastu do szumu i umożliwiający obrazowanie z obniżoną dawką lub technologia sztucznej inteligencji (AI) sterująca algorytmami	Tak, Podać	
---	---------------	--

W obecnym brzmieniu parametr jest nie jednoznaczny

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymaga najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych algorytmów dla danego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ.

Pytanie nr 35

[Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. A.3](#)

Pozycjoner jednopłaszczyznowy, o zmotoryzowanych ruchach we wszystkich 3 osiach.	Tak	
--	-----	--

W obecnym brzmieniu parametr (w połączeniu z innymi) uniemożliwia firmie TMS złożenie ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści (w konsekwencji wymogu z pkt A.12) aparat z ręcznym zbalansowanym ruchem aparatu w osi pionowej?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu z ręcznym zbalansowanym ruchem aparatu w osi pionowej.

Pytanie nr 36

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. A.13

Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej	Tak	
--	-----	--

W obecnym brzmieniu parametr (w połączeniu z innymi) uniemożliwia firmie TMS złożenie ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający (w konsekwencji wymogu z pkt A.12) zrezygnuje z tego wymogu?

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymogi w tym zakresie w SWZ i tym samym nie rezygnuje z wymogu silnikowego ustawiania statywu w pozycji parkingowej.

Pytanie nr 37

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. A.15

Konturując pacjenta – zapewnienie utrzymywania stałej odległości detektora od ciała pacjenta w czasie zmian położenia pozycjonera realizowanych ruchem statywu i stołu lub polegający na automatycznym odjechaniu i dojechaniu detektora do ciała pacjenta w momencie wykonywania automatycznych zmian pozycji pozycjonera z wykorzystaniem czujników pojemnościowych	Tak, podać	
---	------------	--

W obecnym brzmieniu parametr (w połączeniu z innymi) uniemożliwia firmie TMS złożenie ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający w konsekwencji wymogu z pkt 14 zrezygnuje z narzucenia systemu pojemnościowego i zmieni wymóg na:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Konturing pacjenta – zapewnienie utrzymywania stałej odległości detektora od ciała pacjenta w czasie zmian położenia pozycjonera realizowanych ruchem statywu i stołu lub polegający na automatycznym odjechaniu i dojechaniu detektora do ciała pacjenta w momencie wykonywania automatycznych zmian pozycji pozycjonera	Tak, podać	
---	------------	--

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 15 załącznika 2a zmiana do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

15	Konturing pacjenta – zapewnienie utrzymywania stałej odległości detektora od ciała pacjenta w czasie zmian położenia pozycjonera realizowanych ruchem statywu i stołu lub polegający na automatycznym odjechaniu i dojechaniu detektora do ciała pacjenta w momencie wykonywania automatycznych zmian pozycji pozycjonera z wykorzystaniem czujników pojemnościowych / Dopuszcza się urządzenie, które posiada Konturing pacjenta – zapewnienie utrzymywania stałej odległości detektora od ciała pacjenta w czasie zmian położenia pozycjonera realizowanych ruchem statywu i stołu lub polegający na automatycznym odjechaniu i dojechaniu detektora do ciała pacjenta w momencie wykonywania automatycznych zmian pozycji pozycjonera.	Tak, podać	
----	--	------------	--

Pytanie nr 38

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. A.42

Lampa rentgenowska z wirującą anodą	Tak, podać producenta i model	
-------------------------------------	-------------------------------	--

W obecnym brzmieniu parametr jest nie jednoznaczny

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymaga lampy ułożyskowanej łożyskiem typu „ciekły metal”??

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymagania w tym zakresie w SWZ.

Pytanie nr 39

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. A.52

Pojemność cieplna kołpaka $\geq 3,0$ MHU	Tak, podać	
--	------------	--

W obecnym brzmieniu parametr (w połączeniu z innymi) uniemożliwia firmie TMS złożenie ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści lampę w kołpaku o pojemności 2,9 MHU - zapewniającą bezprzerwową pracę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lampę w kołpaku o pojemności 2,9 MHU - zapewniającą bezprzerwową pracę. **Zamawiający zmienia treść pkt. 52 załącznika 2a zmiana do SWZ, która otrzymuje brzmienie:**

52	Pojemność cieplna kołpaka $\geq 3,0$ MHU / Dopuszcza się lampę w kołpaku o pojemności 2,9 MHU - zapewniającą bezprzerwową pracę.	Tak, podać	
----	---	------------	--

Pytanie nr 40

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. A.60

Płaski detektor cyfrowy o przekątnej nie większej niż 39 cm i maksymalnym rozmiarem krótszego boku detektora 25 cm	Tak, podać oba boki rejestratora (wielkości dla trybu obrazowania)	
--	---	--

W obecnym brzmieniu parametr (w połączeniu z innymi) uniemożliwia firmie TMS złożenie ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści detektor o polu obrazowania 20 x 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 41

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. A.96

Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab'u – jeden system jednego producenta moduł zintegrowany cathlabu zamocowany do angiografu	Tak, podać producenta	
---	-----------------------	--

W obecnym brzmieniu parametr jest nie jednoznaczny i uniemożliwia firmie TMS złożenie ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający potwierdzi, dopuści system hemodynamiczny innego producenta niż angiograf?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 42

Dotyczy pakiet nr 1 – Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń; załącznik 2a – formularz asortymentowy – pkt. A.106-110

Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego. Zewnętrzny system zarządzania dawką pacjenta, pozwalające na zbieranie kompletnej informacji o dawkach, jakie zostały zarejestrowane w system w czasie wykonywania wszystkich procedur oraz przetwarzanie tych informacji.	Tak	
Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego, pozwalające na przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: - pacjentów, - regiony anatomiczne,	Tak	

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

<ul style="list-style-type: none">- rodzaje badań RTG,- osobę przeprowadzającą badanie,- zmiany pracy zespołu diagnostyki obrazowej (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.)		
<p>Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalające na generowanie ostrzeżenia o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które jest:</p> <p>wysyłane w czasie rzeczywistym w trakcie badania na adresy poczty elektronicznej wpisane na listę mailingową oprogramowania,</p> <p>możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum</p>	Tak	
<p>Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalające na generowanie zautomatyzowanych raportów dla użytkownika:</p> <ul style="list-style-type: none">- tygodniowych,- miesięcznych,- w zadanym okresie.	Tak	
<p>Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalające na Zdefiniowanie poziomów alarmów dla każdego wskaźnika:</p> <ul style="list-style-type: none">- poziom RPAK (mGy),	Tak	

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

- Czas fluoroskopii Fluoroscopy (min),		
- Poziom DAP (Gy.cm).		

W obecnym brzmieniu parametr jest nie jednoznaczny i uniemożliwia firmie TMS złożenie ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający opisał wymagania w tym zakresie w SWZ.

Ponadto, Zamawiający dokonuje **zmiany treści nagłówka załącznika 2a zmiana 2 _ANGIOGRAF na następujący nagłówek: Nr sprawy 4/ZP/PN/2022**

ZMIANY DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 4 ORAZ 4A – WZÓR UMOWY

Zamawiający zmienia treść w §16 pkt. 5 załącznika nr 4a w zakresie pakietu 1 – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.”

Zamawiający zmienia treść w §8 pkt. 5 załącznika nr 4 w zakresie pakietu 2-5 – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.”

ZMIANA SWZ - TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT **/ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTA**

Zamawiający zgodnie, z art. 135 ust. 1 oraz 3 ustawy Pzp, przedłuża **termin składania ofert do dnia 14.10.2022 r. godz. 10:00** oraz wyznacza **termin otwarcia ofert na dzień 14.10.2022 r. godz. 10:45.**

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania modyfikację w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Zamawiający **zmienia treść w rozdziale III ust. 1 pkt 1 SWZ, która odpowiednio otrzymuje odpowiednio brzmienie:**

- 1) szczegółowym opisem wymaganych parametrów technicznych sprzętu medycznego objętego zamówieniem, który Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować/zainstalować oraz uruchomić - *Załącznik nr 2a zmiana 2, 2b zmiana, 2c zmiana, 2d, 2e – Wymagane parametry techniczne, do SWZ;*

Zamawiający **zmienia treść w rozdziale XVI ust. 1 lit. a) SWZ, która odpowiednio otrzymuje odpowiednio brzmienie:**

- a) **wypełniony formularz wymaganych parametrów technicznych** – przedmiot zamówienia sporządzony wg załącznika nr 2a zmiana 2, 2b zmiana, 2c zmiana, 2d, 2e do SWZ;

Zamawiający **zmienia treść w rozdziale XVII ust. 1 i 3 SWZ, która odpowiednio otrzymuje odpowiednio brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć do dnia **14.10.2022 r.** do godz. 10:00 pod rygorem nieważności na adres Platformy zakupowej. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.”

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.10.2022 r.** do godz. 10:45”

Zamawiający **zmienia treść w rozdziale XV ust. 1 SWZ, która otrzymuje brzmienie:**

„Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. **do dnia 11.01.2023r.**”

Zamawiający zastępuje SWZ, **SWZ (zmiana 5).**

Zamawiający **zmienił ogłoszenie o zamówieniu** w zakresie wyżej wymienionych zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert podyktowane jest niezbędnym dla Wykonawców dodatkowym czasem na przygotowanie ofert.

Zamawiający zastępuje:

- SWZ, SWZ zmiana 5,

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

- Załącznik nr 2a zmiana ANGIOGRAF do SWZ, Załącznikiem nr 2a zmiana 2_ANGIOGRAF do SWZ
- Załącznik nr 4a zmiana wzór umowy dotyczy Pakietu nr 1 do SWZ, Załącznikiem nr 4a zmiana 2 wzór umowy dotyczy Pakietu nr 1
- Załącznik nr 4 wzór umowy dotyczy Pakietu nr 2-5 do SWZ, Załącznikiem nr 4 zmiana wzór umowy dotyczy Pakietu nr 2-5
-
- Zamawiający **zmienia treść w rozdziale XXVI SWZ, która odpowiednio otrzymuje odpowiednio brzmienie:**
 - Załącznik nr 1 zmiana do SWZ: Formularz oferty,
 - Załącznik nr 2a zmiana 2, 2b zmiana, 2c zmiana, 2d, 2e do SWZ: Przedmiot zamówienia – wymagane parametry techniczne,
 - Załącznik nr 2f do SWZ: Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami
 - Załącznik nr 3 do SWZ: JEDZ,
 - Załącznik nr 3a do SWZ: Oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z *art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*,
 - Załącznik nr 4a zmiana 2 do SWZ: Wzór umowy dot. Pakietu nr 1,
 - Załącznik nr 4 zmiana do SWZ: Wzór umowy dot. Pakietu nr 2-5,
 - Załącznik nr 5 do SWZ: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 - Załącznik nr 6 do SWZ: Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (...),
 - Załącznik nr 7 do SWZ: Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - Załącznik nr 8 do SWZ: Wykaz dostaw.
 -

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SWZ.

Z poważaniem,

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS Nr 0000507870
Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)
Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Sylwia Frąckowiak

/opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

