



Znak: AE/ZP-27-84/20

Tarnów, 2020-12-17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawy: sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę oraz niesterylnych jednorazowych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny ochraniaczy na obuwie, pokrowców na zwłoki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści furażerkę z warstwą wchłaniającą pot, związaną z tyłu na troki?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 200 szt. w rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Fartuchów barierowych niesterylnych będących wyrobem medycznym zgodnym z EN 13795, wykonanych z laminatu włóknin spunbond PP-film mikroporowaty PP/PE o gramaturze 53 g/m<sup>2</sup> – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej maski ochronnej na twarz FFP3 będącej środkiem ochrony indywidualnej, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 o niżej opisanych właściwościach:  
Pięciowarstwowa struktura filtrująca  
Wysokiej jakości i przyjazne dla skóry materiały z włókniny  
Komfortowy nosek i wygodna opaska na głowę  
Bez zaworu oddechowego  
Elastyczna i miękka opaska na głowę  
Ochrona przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu, zanieczyszczeniami, pyłami, itp.  
Lekka, oddychająca, hipoalergiczna, o wysokiej wydajności filtracji  
Kolor: biały  
Wymiary: 159,99mm\*104,44 jeden rozmiar  
Materiały: Włóknina polipropylenowa  
Zgodna z normą: EN149:2001+A1:2009  
Klasa ochronna: FFP3  
Wydajność filtracji: ≥99%  
Produkt ten jest przeznaczony do odpowiedniego uszczelnienia twarzy użytkownika przed atmosferą otoczenia oraz ochrony układu oddechowego, przeszedł normę EN149:2001+A1:2009 w celu wykazania zgodności z EHSR Rozporządzenia (UE) 2016/425. Oznakowanie CE na pojedynczej sztuce. Na wezwanie zostanie przedłożony certyfikat potwierdzający zgodność z EN149:2001+A1:2009






9. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy w celu jak najlepszego zabezpieczenia i ograniczenia przenoszenia czynników zakaźnych z personelu na pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych o podobnych wymaganiach zamawiający wymaga aby maska posiadała rozmiar minimalny: długość 17,5 cm x szerokość w zakresie 9,5- 18cm +/- 0,5 cm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga raportu z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy celem potwierdzenia parametrów maseczek?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj: Deklaracji Zgodności CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z niezależnego laboratorium potwierdzającego deklarowany poziom filtracji bakteryjnej?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** W związku z coraz częściej pojawiającymi się ofertami, które nie spełniają wymogów wyrobu medycznego, a mimo to startują w postępowaniach czy Zamawiający zgodzi się, aby Wykonawca był zobowiązany dołączyć poniższe oświadczenie: *Świadomi odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 92 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679 z późn. zm.), oświadczamy, że informacje o wyrobach medycznych, zawarte w złożonych w niniejszym postępowaniu dokumentach, w szczególności katalogach, folderach, kartach danych technicznych, fotografiach, odpowiadają stanowi faktycznemu i nie wprowadzają w błąd o którym mowa art. 8 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych.*
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga podania dokładnego numeru katalogowego produktu celem weryfikacji parametrów produktu?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga opakowania kartonowego typu dispenser, które umożliwi łatwe wyciągnięcie pojedynczej maseczki?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga, by maseczki zapakowane były w opakowanie kartonowe umożliwiające łatwe wyjęcie pojedynczej maseczki, a nie gęsto upakowane w worku foliowym?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga gramatury poszczególnych warstw minimum 17+25+17?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga ciśnienia różnicowego maksymalnie 25 Pa/cm<sup>2</sup>?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga Kart Danych Technicznych na poświadczenie spełnianych parametrów?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga maseczek typu II zgodnych z normą PN-EN 14683:2019?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga czystości mikrobiologicznej na poziomie  $\leq 30$  Cfu/g?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga, by termin ważności maseczek wynosił minimum 5 lat od daty produkcji?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby ubrania operacyjne były nieprzezroczyste i posiadały gramaturę minimum 45g/m<sup>2</sup>?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, o składzie:
  - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
  - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
  - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
  - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
  - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
  - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
  - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.







25. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet zabiegowych do angiografii, sterylny, o składzie:
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 220cm x 320cm, z dwoma otworami o średnicy 10cm, zintegrowana z transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwety
  - 1 x serweta nieprzylepna o wymiarach 100cm x 150cm
  - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
  - 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>, wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL.
  - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm.




26. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści 3 częściowy zestaw pokrowców na ramię C składający się z:
- 1) Górna część z elastyczną gumką 100 x 160cm,
  - 2) Dolna z elastyczną gumką 80 x 150cm,
  - 3) 2 taśmy przylepne 3 x 100cm
27. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego wykonany z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, serwety w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
28. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13** Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw przeznaczony do artroskopii kolana, wykonany z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, serweta w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
29. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14** Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw serwet do zabiegu cięcia cesarskiego, serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, o składzie:
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
  - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
  - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
  - 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
  - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
  - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.



30. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15** Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw serwet uniwersalnych z serwetą dolną o wymiarach 180 x 180 cm (zamiast 180 x 175 cm), oraz z serwetami bocznymi 75 x 90 cm z taśmą samoprzylepną o długości 85 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
31. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16** Czy Zamawiający dopuści obłożenie sterylne do zabiegów ginekologicznych kroczykowych, wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, o składzie:
- 1 x serweta 160/240cmx180cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10cmx15cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35x50cm
  - 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
  - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
  - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
  - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.



32. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.
33. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17** Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy obłożeń o składzie:
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
  - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
  - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
  - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
  - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.



34. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę w kształcie beretu, o rozmiarze w stanie rozciągniętym 85 x 85 cm, maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 50 x 50 cm. Osłona zakończona elastyczną gumką do stabilizacji.
35. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18.** - Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę w kształcie beretu, o rozmiarze w stanie rozciągniętym 105 x 105 cm, maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 60 x 60 cm. Osłona zakończona elastyczną gumką do stabilizacji.
36. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 20.** Czy Zamawiający dopuści osłonę przezroczystą, w kształcie walca, w rozmiarze 70 x 80 cm. Osłona zakończona elastyczną gumką do stabilizacji.
37. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 23.** - Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>.





114x150cm

38. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści maski operacyjne pakowane w kartonik?
39. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków wiązanych na troki?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-2.** Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuchy tylko w rozmiarze L i XL?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a'10 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuchy tylko w rozmiarze L i XL?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu normy EN 14126 dla oferowanych osłon na buty.
47. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści: Półmaska filtrująca FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,28 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,72 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 2,77 mbar (277 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,37 mbar ( 237 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nas, pianka uszczelniająca od strony wewnętrznej na całym obwodzie półmaski, regulowane gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Opakowanie a'5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu UE?
48. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga półmasek zgodnych z normą EN14683 umożliwiające zastosowanie w środowisku medycznych (stawka VAT 8%) typu kaczy dziób, kolor niebieski, bez zaworu?
49. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 12, 13, 16.** Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 1 poz. 12, 13, 16** – dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego chłonnego o gramaturze min. 59 g/m2 (*zamiast gramatury 60 g/m2*). Pozostałe wymagania w granicach określonych przez Zamawiającego.?
50. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do angiografii o następującym składzie i parametrach:  
1 ręcznik 30 cm x 40 cm  
1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm  
1 serweta do angiografii 227 cm x 330 cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 12 cm x 12 cm otoczonymi folią operacyjną umieszczonymi decentralnie, średnica każdego otworu 8 cm, ze zintegrowanymi pasami z przezroczystej folii PE po obu stronach serwety przeznaczonymi do okrycia pulpitu pomiarowego stołu angiograficznego. Serweta wykonana z nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną , cały zestaw zapakowany w serwetę 80cm x 100 cm stanowiącą owinięcie zestawu, z serwetą nieprzemakalną 100x150cm pakowaną oddzielnie?
51. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 6cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
52. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylne obłożenia do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego o następującym składzie i parametrach:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm  
4 ręczniki 30 cm x 40 cm





1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm  
 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm  
 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm  
 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm  
 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm  
 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm  
 1 serweta operacyjna wzmocniona w strefie krytycznej samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych  
 1 serweta operacyjna, wzmocniona w strefie krytycznej, samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm.  
 Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>

53. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do artroskopii o następującym składzie i parametrach:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
  - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
  - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
  - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
  - 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
  - 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
  - 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej.
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>
54. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12 i 13.** Czy zamawiający wymaga aby serwety operacyjne w obrębie pola operacyjnego posiadały dodatkowe łaty chłonne ?
55. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie i parametrach:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
  - 2 ręczniki do rąk 30 cm x 20 cm
  - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
  - 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm
  - 1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w okolicach jamy brzusznej wypełnionym folią chirurgiczną, otwór okała worek przechwytyjący płyny z kształtkami usztywniającymi brzóg oraz zawór do podłączenia drenu
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Ekran anestezyjologiczny wykonany z folii polietylenowej.  
Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795.
56. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do zabiegów ginekologicznych o następującym składzie i parametrach
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
  - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
  - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
  - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
  - 1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm
  - 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.





Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze laminatu 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>

57. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17.** Czy zamawiający wymaga aby serweta operacyjna z wycięciem 20 x 20 cm posiadała dodatkową łatę chłonną?
58. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej przezroczystej osłony do aparatu o średnicy 90cm w stanie rozciągniętym ?
59. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 23.** Czy Zamawiający wymaga aby worek na płyny w kształcie stożka posiadał sztywnik, co umożliwia jego swobodne modelowanie.
60. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści wycenę masek w opakowaniu a'50 sztuk z przeliczeniem ilości?
61. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?
62. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w dwóch rozmiarach: L, XL
63. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści fartuch zgodny z normą EN13795 1-3?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad: 1, 39, 60** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** masek operacyjnych w opakowaniach handlowych po 50 szt., pod warunkiem, że maski te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 50 szt. to winien zaoferować 1400 opakowań.

**Ad 2** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** czepków typu furażerka wiązanych z tyłu na troki.

**Ad 3 i 41** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1-2** czepków w opakowaniach handlowych po 100 szt., pod warunkiem, że czepki te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien zaoferować w poz. 1 - 80 opakowań, a w poz. 2 - 25 opakowań.

**Ad 4 i 61** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** fartuchów z włókniny w rozmiarze uniwersalnym.

**Ad 5 i 43** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** fartuchów z włókniny w opakowaniach handlowych po 10 szt., pod warunkiem, że fartuchy te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 10 szt. to winien zaoferować 130 opakowań.

**Ad 6** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** fartuchów foliowych w opakowaniach handlowych po 200 szt. w rolce, pod warunkiem, że fartuchy te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 200 szt. to winien zaoferować 25 opakowań.

**Ad 7** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ dla fartuchów barierowych oferowanych w **Pakiecie Nr 5 poz. 1.**

**Ad 8** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** opisanych w pytaniu masek FFP3, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad 9-22** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** masek operacyjnych spełniających wymagania SIWZ. Zamawiający nie wprowadza zmian do wymogów określonych w SIWZ dla masek operacyjnych ujętych w **Pakiecie Nr 2 poz. 1.**

**Ad 23** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** ubrań operacyjnych spełniających wymagania określone w SIWZ.

**Ad 24** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** opisanego w pytaniu sterylnego obłożenia uniwersalnego.

**Ad 25** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** zestawu serwet zabiegowych do angiografii opisanych w pytaniu

**Ad 26** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 11** zestawu pokrowców na ramię C opisanego w pytaniu



- Ad 27** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 12** zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego opisanego w pytaniu.
- Ad 28** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 13** zestawu przeznaczonego do artroskopii kolana opisanego w pytaniu
- Ad 29** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 14** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu serwet do zabiegu cesarskiego cięcia.
- Ad 30** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 15** sterylnego zestawu serwet uniwersalnych z serwetą dolną o wymiarach 180 x 180 cm (zamiast 180 x 175 cm), oraz z serwetami bocznymi 75 x 90 cm z taśmą samoprzylepną o długości 85 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zestaw posiada pozostałe elementy wymienione w SIWZ.
- Ad 31** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 16** obłożenia sterylnego do zabiegów ginekologicznych kroczykowych opisanego w pytaniu.
- Ad 32** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 17** do osobnego pakietu.
- Ad 33** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 17** sterylnego zestawu obłożeń opisanego w pytaniu.
- Ad 34** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 18** osłony na aparaturę opisaną w pytaniu.
- Ad 35** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 18** osłony na aparaturę w kształcie beretu, zakończonej elastyczną gumką do stabilizacji, o rozmiarze w stanie rozciągniętym 105 x 105 cm, maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 60 x 60 cm, pod warunkiem, że można ją założyć na aparaturę o rozmiarze: szerokość 42 cm, długość 52 cm, wysokość 15 cm, jest z gumką ściągającą, która umożliwi założenie osłony na aparaturę, a równocześnie utrzymanie osłony na niej gdy po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części aparatury, a ponadto spełniania pozostałe wymagania SIWZ.
- Ad 36** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 20** osłony na aparaturę w kształcie walca, zakończonej elastyczną gumką do stabilizacji, o rozmiarze w stanie rozciągniętym 70 x 80 cm, pod warunkiem, że można ją założyć na szybę o rozmiarze: szerokość 60 cm, wysokość 76 cm, jest z gumką ściągającą, która umożliwi założenie osłony na szybę, a równocześnie utrzymanie osłony na niej gdy po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części szyby, a ponadto spełniania pozostałe wymagania SIWZ.
- Ad 37** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 23** sterylnej serwetki porodowej opisaną w pytaniu.
- Ad 38** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** masek operacyjnych pakowanych w kartoniki, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
- Ad 40** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** czepków wiązanych na troki.
- Ad 42 i 62** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** fartuchów tylko w rozmiarze L i XL.
- Ad 44** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** fartuchów foliowych w opakowaniach po 100 szt., pod warunkiem, że fartuchy te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien zaoferować 50 opakowań.
- Ad 45** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** fartuchów tylko w rozmiarze L i XL.
- Ad 46** Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące osłon na buty oferowanych w **Pakiecie Nr 8 poz. 2**.
- Ad 47** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** półmasek FFP3 opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
- Ad 48** Zamawiający wymaga zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** półmasek spełniających wymagania SIWZ.
- Ad 49** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. : 12, 13, 16** – dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego chłonnego o gramaturze min. 59 g/m<sup>2</sup> (zamiast gramatury 60 g/m<sup>2</sup>), pod warunkiem, że zaoferowane zestawy będą spełniały pozostałe wymagania SIWZ..
- Ad 50** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** zestawu do angiografii opisanego w pytaniu.





**Ad 51** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** serwety z otworem 6 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad 52** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 12** sterylnego obłożenia do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego opisanego w pytaniu.

**Ad 53** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 13** sterylnego zestawu do zestawu do artroskopii opisanego w pytaniu.

**Ad 54** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 12 i 13** zestawów spełniających wymagania SIWZ.

**Ad 55** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 14** sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia opisanego w pytaniu.

**Ad 56** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 16** sterylnego obłożenia do zabiegów ginekologicznych opisanego w pytaniu.

**Ad 57** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 17** zestawu sterylnej obłożeń do implantacji portu naczyniowego spełniającego (w tym również serweta o wymiarach 20x20 cm) wymagania SIWZ.

**Ad 58** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 18** osłony na aparaturę w kształcie o średnicy 90 cm w stanie rozciągniętym, , pod warunkiem, że można ją założyć na aparaturę o rozmiarze: szerokość 42 cm, długość 52 cm, wysokość 15 cm, jest z gumką ściągającą, która umożliwi założenie osłony na aparaturę, a równocześnie utrzymanie osłony na niej gdy po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części aparatury, a ponadto spełniania pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad 59** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 23** serwety pod pośladki z workiem spełniającej wymagania SIWZ.

**Ad 63** Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące fartuchów barierowych oferowanych w **Pakiecie Nr 5 poz. 1**.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*





