

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia: aparat do badania odporności tabletek na ścieranie oraz kruchości, zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

Oferuję:

Model/typ:

Producent/kraj:

Lp.	Wymagania:	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)
1.	Urządzenie do badania odporności na ścieranie oraz kruchości obsługiwane z poziomu wyświetlacza dotykowego	
2.	Urządzenie wyposażone w co najmniej jedną stację pomiarową	
3.	Możliwość zamontowania drugiej stacji pomiarowej	
4.	Możliwość zamontowania wagi analitycznej	
5.	Zakres prędkości obrotowej urządzenia w zakresie 20 – 100 RPM z dokładnością +/- 1 RPM	
6.	Urządzenie powinno umożliwiać montowanie różnych typów bębnow	

7.	Urządzenie wyposażone w bęben o średnicy 30 cm z jedną łopatką nagarniającą	
8.	Możliwość zamontowania bębna o średnicy 20 cm z dwunastoma łopatkami	
9.	Możliwość zapisywania 18 ostatnich raportów z przeprowadzonych testów	
10.	Wbudowana funkcja automatycznego ubytku masy (zgodnie EP/USP)	
11.	Urządzenie wyposażone w port komunikacyjny USB umożliwiający podłączenie drukarki zewnętrznej	
12.	Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy	
13.	Urządzenie powinno mieć automatyczne opróżnianie bębnow po zakończeniu testu	
14.	Urządzenie powinno być wyposażone w nóżkę umożliwiającą ustawienie aparatu pod kątem 10 stopni	
15.	Zasilanie: 100-240V / 50-60Hz	
16.	Urządzenie posiadające oznakowanie CE	

*Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej*