

Katowice, dn. 06.02.2020.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Nr sprawy: ZP-20-001UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2019, poz.175), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ładowarkę do rękojeści umożliwiając ładowanie wyłącznie wkładu bateryjnego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 4 w następujący sposób:
Było: bakteryjnego, Jest: bateryjnego**

Pyt. 2 Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną kontrolą ssania z pojedynczym drenem łączącym o pojemności 2100 ml, kolor ciemno zielony, posiadający „szybką instrukcję” umieszczoną od frontu, przycisk do uwalniania wysokiego ujemnego ciśnienia połączony z bezigłowym portem do wypełnienia zastawki wodnej, port bezigłowy do pobierania próbek z tyłu zestawu, działanie przy „próżni” 6L/min, wbudowany mechanizm automatyczny wycieszenia bąbelkowania, półprzezroczysty dren zabezpieczony przed zaginaniem (możliwość używania zestawu w polu działania rezonansu magnetycznego), wysokość do 25 cm +/- 1 cm. Stabilny, posiada uchwyt do przenoszenia, sterylne, pakowany podwójnie, odłączany den przy samym drenażu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 3 Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wydzieli z Pak 3 pozycję 2.

Odp.: Zamawiający nie ma możliwości w postępowaniu powyżej progów unijnych wydzielenia z pakietu jednej z pozycji i utworzenia nowego pakietu dla tej pozycji. Niestety ten typ korekty nie jest możliwy zgodnie z zasadami publikacji w Dz.U. UE, gdyż dotyczy modyfikacji struktury samego dokumentu, czego nie można dokonać.

Pyt. 4 Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne w zakresie w/w pozycji? Uzasadnienie: nie wszystkie produkty, które będą zaoferowane przez Wykonawców zostały zakwalifikowane przez Wytwórcę jako wyroby medyczne – np. materiały zużywalne / eksploatacyjne - (O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg Dyrektywy nr 98/79/EU lub 93/42/EU decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o Wyrobach Medycznych) w związku z tym nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. i nie są objęte obowiązkiem posiadania deklaracji zgodności CE oraz innych dokumentów dopuszczających je do obrotu.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu rejestracji asortymentu z poz. 4 jako wyrób medyczny.

Zamawiający koryguje treść SIWZ w zakresie Rozdz. II pkt. 6 oraz Załącznika 10 „UMOWA-PROJEKT” § 2 pkt. 1 poprzez dopisanie informacji: „nie dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4”.

Pyt. 5 Pakiet nr 1 poz. 4

Prosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności zaoferowanej ładowarki z rękojeściami Dreager oraz Heine.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający koryguje treść SIWZ w zakresie Załącznika nr 10 „UMOWA - PROJEKT” poprzez dodanie do § 3 pkt. 5 - podpunktu „e) o następującej treści: „ niskiego wykorzystania ilościowego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy - podstawa prawna art. 144 ust. 5 Pzp”

Zamawiający informuje iż, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. (wyrok z dnia 4 marca 2016r., KIO 233/16)

ZP-20-001UN

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24*

Pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. To on bowiem, jako gospodarz postępowania, określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel, jaki zamierza osiągnąć, udzielając zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 kwietnia 2017r.; sygn. akt KIO 651/17).

„Przepis art. 38 ust. 1 Pzp odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wykonawca nie rozumie treści SIWZ i w celu jej zrozumienia zwraca się do zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumowanie art. 38 ust. 1 Pzp jest istotne, ponieważ przepisy Pzp nie obligują zamawiającego do obowiązku udzielania wyjaśnień, gdy wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SIWZ.

Reasumując, jeżeli z treści pisma (tzw. „wniosku”) wynika, że celem wykonawcy nie jest uzyskanie wyjaśnienia treści SIWZ, zamawiający nie odpowiada na takie pismo. Oczywiście z wyjątkiem przypadku, gdy wykonawca w piśmie żąda zmiany treści SIWZ.” Załącznik Nr 4 do SIWZ.