

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/22

Sucha Beskidzka dnia 22.02.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:
ZOZ.V.010/DZP/07/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Dotyczy Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wydzieli z ww. pakietu pozycję nr 3 i utworzy z niej oddzielny pakiet lub pozwoli na startowanie na poszczególne pozycje?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 46:

Taśmy urologiczne jednorazowe, jednorodne, sterylne, niewchłaniające, z polipropylenu monofilamentowego, do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, przeznaczone do implantacji metodą zarówno TOT jak i TVT przy użyciu prowadnic wielorazowych, z plastikową osłonką na ramionach zapobiegającą zakażeniom (brak osłonki w środku na odcinku min 1,5 cm), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości maksymalnej 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, zwężane na końcach, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

3. Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w razie wezwania do przedłożenia **próbek niesterylnych?**

Uzasadnienie

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w ww. przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odp.: Zamawiający nie wymaga w/w postępowaniu próbek. W razie wątpliwości i wyjaśnień dopuszcza próbki niesterylne.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Szczyński

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych

mgr Agnieszka Duda-Łajdyla