

COZL/DZP/AW/3411/PN-56/21

Lublin, dnia 25.06.2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Dostawa Aparatu HDR dla Brachyterapii w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn.
„Doposażenie zakładów radioterapii” – wymiana aparatów HDR na lata 2021 – 2022”

(znak postępowania: COZL/DZP/AW/3411/PN/56/21)

I. Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2019) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

SWZ, cz. V pkt 1 lit. e) SWZ, §1 ust. 3 lit. j), §2 ust. 7 lit. d) załącznika nr 3 do SWZ

Mając na uwadze, że świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego nie stanowi przedmiotu zamówienia Zamawiający proszony jest o wykreślenie z treści dokumentacji przetargowej (w tym z części V pkt 1 lit. e) SWZ, z §1 ust. 3 lit. j) oraz z §2 ust. 7 lit. d) załącznika nr 3 do SWZ) kwestii związanych ze świadczeniem usług serwisu pogwarancyjnego;

Odpowiedź: Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – strony zamienne w załączeniu stanowią integralną część niniejszego pisma.

Pytanie 2

SWZ, cz. VIII pkt 1 SWZ oraz §4 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ, załącznik nr 3 do umowy

W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Zamawiający proszony jest o jednoznaczne określenie sposobu potwierdzenia przez Wykonawcę i Zamawiającego wykonania zamówienia w części dot. dostarczenia urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia oraz umowy;

Odpowiedź: : Zamawiający jednoznacznie określił sposób potwierdzenia zamówienia w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

Pytanie 3

SWZ, cz. VIII pkt 2.1-3, §4 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ w zw. z pkt 8 (w tym pkt 8 każdej ze szczegółowych specyfikacji) załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający w celu usunięcia wszelkich wątpliwości proszony jest o ujednoclenie w całej treści dokumentacji przetargowej zasad i warunków potwierdzania wykonania prac adaptacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia;

Odpowiedź: Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – strony zamienne w załączeniu stanowią integralną część niniejszego pisma.

Pytanie 4

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §1 ust. 3 lit. j)

Mając na uwadze, że przedmiot zamówienia nie obejmuje świadczenia serwisu w okresie pogwarancyjnym Zamawiający proszony jest o wykreślenie treści w brzmieniu: „zasad świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym”;

STARSZY SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli

mgr Agnieszka Wąsiewicz

20-090 Lublin, ul. dr. K. Jaczewskiego 7, sekretariat tel.: 81 454 w.1002, 1003
fax 81 747 89 11, NIP 712 21 35 822, e-mail: cozl@cozl.pl, www.cozl.pl



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108634579



Odpowiedź: : Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – strony zamienne w załączeniu stanowią integralną część niniejszego pisma.

Pytanie 5

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §2 ust. 7 lit. d)

Mając na uwadze, że przedmiot zamówienia nie obejmuje świadczenia usług serwisu w okresie pogwarancyjnym Zamawiający proszony jest o wykreślenie w §2 ust. 7 lit. d);

Odpowiedź: Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – strony zamienne w załączeniu stanowią integralną część niniejszego pisma.

Pytanie 6

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §3 w zw. z pkt 3 lit. a) -d) załącznika nr 1 do SWZ oraz załącznikiem nr 2 do SWZ

Zamawiający proszony jest o zmianę treści §3 w ten sposób, aby podział ceny na poszczególne części był spójny z treścią pkt 3 lit. a) -d) oferty tj. załącznika nr 1 do SWZ oraz treścią kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;

Odpowiedź: Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – strony zamienne w załączeniu stanowią integralną część niniejszego pisma.

Pytanie 7

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §3 pkt 3, §4 ust. 6

W przypadku braku zmiany treści §3 Zamawiający proszony jest o wyjaśnienie jak rozumieć należy pojęcie „dostawy” mając na uwadze, że cena za sprzedaż aparatu ujęta jest w §3 pkt 1);

Odpowiedź: Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – strony zamienne w załączeniu stanowią integralną część niniejszego pisma.

Pytanie 8

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §3 pkt 3

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że pod pojęciem „serwisowanie aparatu” rozumieć należy przeglądy aparatu, o których mowa w §5 ust. 4 oraz ust. 12 Umowy;

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem „serwisowanie aparatu” rozumie przeglądy, o których mowa w § 5 ust. 4 i ust. 12 oraz naprawy gwarancyjne, o których mowa w § 5 ust. 3

Pytanie 9

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §3 pkt 3

Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, że pod pojęciem „serwisowanie aparatu” rozumie się przeglądy aparatu, o których mowa w §5 ust. 4 oraz ust. 12 Umowy to zgodnie z art. 99 ust. 1 pzp proszony jest o wyjaśnienie części przedmiotu zamówienia obejmującego „serwisowanie aparatu”;

Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 8.

Pytanie 10

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §3 w zw. z rodz. IX pkt. 3 SWZ

Zamawiający w celu usunięcia wątpliwości proszony jest o potwierdzenie, że cena brutto do zapłaty obliczona zostanie w ten sposób, że do ceny netto wskazanej w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego, o którym mowa w pkt 3 oferty, wykonawca doda stawkę podatku VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury dotyczącej tej części przedmiotu zamówienia, którego faktura dotyczy;

Odpowiedź: Sposób obliczenia ceny opisany został w części IX SWZ..

Pytanie 11

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §3 w zw. z rodz. IX pkt. 3 SWZ

Jeżeli Zamawiający nie potwierdza sposób obliczania ceny brutto do zapłaty jak wskazany powyżej, proszony jest o uzupełnienie postanowień Umowy o przedmiotowe zasady;

Odpowiedź: Sposób obliczenia ceny opisany został w części IX SWZ..

Pytanie 12

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §4 ust. 5 w zw. z cz. VIII pkt 2.1-3 SWZ, z pkt 8 (w tym pkt 8 każdej ze szczegółowych specyfikacji) załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający w celu usunięcia wszelkich wątpliwości proszony jest o ujednoczenie w całej treści dokumentacji przetargowej zasad i warunków potwierdzania wykonania prac adaptacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia;

Odpowiedź: Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – strony zamienne w załączeniu stanowią integralną część niniejszego pisma.

Pytanie 13

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §5 ust. 2

Zamawiający proszony jest o zmianę ust. 2 poprzez wykreślenie „(zarówno na urzędzenia jak i na części zamienne).” W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie przewiduje dostaw części zamiennych.

Odpowiedź: Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – strony zamienne w załączeniu stanowią integralną część niniejszego pisma.

Pytanie 14

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §5 ust. 4

Z uwagi na fakt, że przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca nie świadczy żadnych usług bezpłatnych a jedynie takie, które są objęte ustalonym z góry wynagrodzeniem oraz z uwagi na to, że bezpłatne świadczenie usług mogłoby rodzić dodatkową odpowiedzialność podatkową zarówno u Wykonawcy jak i u Zamawiającego, Zamawiający proszony jest o zastąpienie wyrazu „bezpłatnie” treścią w brzmieniu: „w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 Umowy”

Odpowiedź: Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – strony zamienne w załączeniu stanowią integralną część niniejszego pisma.

Pytanie 15

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §5 ust. 7

Zamawiający proszony jest o odstąpienie od wymogu obowiązkowego zwrotnego potwierdzenia zgłoszenia awarii za pośrednictwem faksu. Prosimy Zamawiającego o zastosowanie powiadomień za pośrednictwem poczty e-mail jako wiodącej metody dla zgłoszeń. Proponowana treść:

„7. Powiadomienie przez Zamawiającego Wykonawcy o awarii nastąpi na adres e-mail z obowiązkiem zwrotnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – strony zamienne w załączeniu stanowią integralną część niniejszego pisma.

Pytanie 16

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §5 ust. 8 w zw. z pkt 115 załącznika nr 7 do SWZ

Mając na uwadze ujednoczenie treści dokumentacji przetargowej Zamawiający proszony jest o dodanie w §5 ust. 8 po treści „24 godzin” treści w brzmieniu: „w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”; po proponowanej zmianie treść §5 ust. 8 zgodna będzie z pkt 115 załącznika nr 7 do SWZ;

Odpowiedź: Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – strony zamienne w załączeniu stanowią integralną część niniejszego pisma.

Pytanie 17

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §5 ust. 14 zdanie drugie

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w treści ust. 14 podany zostanie właściwy dla wykonawcy adres jego serwisu, a nie jak obecnie adres Zamawiającego

Odpowiedź: Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – strony zamienne w załączeniu stanowią integralną część niniejszego pisma.

Pytanie 18

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §5 ust. 15 w zw. z Załącznikiem nr 7 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt 114

Zamawiający proszony jest o wykreślenie w całości §5 ust. 15 oraz treści z punktu 114 Załącznika nr 7 „przy czym ostatni ww przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji”.

Zgodnie z zaleceniami producenta przegląd techniczny wykonywany jest wraz z wymianą źródła Ir-192. Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego określonym w punkcie 26 Załącznika nr 7, Zamawiający wymaga dostawy 8 źródeł w czasie trwania gwarancji, jedno co 3 miesiące, zatem ostatni przegląd techniczny przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony w okresie do 3 miesięcy przed zakończeniem gwarancji (zależnie od faktycznej daty wymiany źródła ustalonej z Zamawiającym). Jednocześnie, pragniemy zwrócić uwagę, iż w ramach §5 ust. 15 Zamawiający wymaga realizacji ostatniego przeglądu „w tygodniu poprzedzającym termin upływu okresu gwarancji”, natomiast w ramach punktu 114 Załącznika nr 7 „w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji”.

Odpowiedź: Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – strony zamienne w załączeniu stanowią integralną część niniejszego pisma. Zamawiający informuje iż, zmienia zapisy w pkt 114 załącznika nr 7 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia): „Wykonawca zapewni przeglądy techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww przegląd techniczny wykonany zostanie wraz z wymianą ostatniego źródła Ir-192.

Pytanie 19

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §6 ust. 9

Zamawiający proszony jest o uwzględnienie, że art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. 2020.1841 ze zm.) na warunkach i zasadach w przepisie tym określonych wprowadza zakaz potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy;

Odpowiedź: Obowiązują w tym zakresie powszechne przepisy prawa.

Pytanie 20

Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa PN /56 /2021), §6

W celu usunięcia wątpliwości Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z powodu wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19;

Odpowiedź: Obowiązują w tym zakresie powszechne przepisy prawa.

II. Działając w oparciu o zapisy art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający zmienia treść zapisów specyfikacji warunków zamówienia:

1. Zmiana SWZ w części V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1 lit. e)

Było

e) Dostarczenie wraz z aparatura medyczną instrukcji obsługi w języku polskim, paszportów technicznych, kar gwarancyjnych, dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowej eksploatacji aparatury, zasad świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym, wykazu materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy, pozostałej dokumentacji wymaganej prawem,

Jest

e) Dostarczenie wraz z aparatura medyczną instrukcji obsługi w języku polskim, paszportów technicznych, kar gwarancyjnych, dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowej eksploatacji aparatury, wykazu materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy, pozostałej dokumentacji wymaganej prawem,

2. Zmiana SWZ w części VIII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA pkt. 2.1 -3.

Było

2.1. adaptacja pomieszczeń: do dnia 11.03.2022 (podpisanie protokołu zakończenia prac adaptacyjnych wg. Wzoru Wykonawcy)

2.2. wykonanie projektu ochrony radiologicznej 31.12.2021

2.3. instalacja oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia do 31.05.2022

2.4. szkolenie dot. Właściwego użytkowania przedmiotu zamówienia, które zostaną zrealizowane do dnia 30.06.2022

Jest

2.1. adaptacja pomieszczeń: do dnia 11.03.2022 (podpisanie protokołu zakończenia prac adaptacyjnych wg. Wzoru Wykonawcy, uwzględniając zasady odbioru określone przez Zamawiającego w SWZ)

2.2. wykonanie projektu ochrony radiologicznej 31.12.2021

2.3. instalacja oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia do 31.05.2022

2.4. szkolenie dot. Właściwego użytkowania przedmiotu zamówienia, które zostaną zrealizowane do dnia 30.06.2022

3. Zmiana SWZ w części XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1.

Było

Wykonawca jest związany ofertą przez **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25.09.2021 r.

Jest

Wykonawca jest związany ofertą przez **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 02.10.2021 r.

4. Zmiana Załączników do SWZ nr :

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Strony zamienne w załączeniu

Załącznik nr 2 – Kosztorys Ofertowy – Strony zamienne w załączeniu

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy – Strony zamienne w załączeniu

5. Zmiana SWZ w części XXII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt. 1 - 2.

Było

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XXI należy złożyć w terminie **do dnia 28.06.2021 r. do godziny 09:45** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 28.06.2021 r. o godzinie 10:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin.

Jest:

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XXI należy złożyć w terminie **do dnia 05.07.2021 r. do godziny 09:45** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 05.07.2021 r. o godzinie 10:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych / Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Ciwiński

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Martyna Koziej

STARSZY SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Agnieszka Wąsiewicz

Chia