



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-83/22

Tarnów, 2022-11-28

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawę zestawu do badania EBUS 1 kpl.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy załącznika nr 5, pkt 14** - Czy zamawiający dopuści inny wlot kanału, każdy producent igieł TBNA dostarcza adaptery do tego kanału?
2. **Dotyczy załącznika nr 5, pkt 41** - Czy zamawiający zrezygnuje z wymaganej funkcji?
3. **Dotyczy załącznika nr 5, pkt 51** - Czy zamawiający dopuści obrazowanie z punktu 35 bez wymogu punktu 51?
4. **Dotyczy załącznika nr 5, pkt 62** - Czy zamawiający dopuści procesor USG bez videoprintera?
5. **Dotyczy załącznika nr 5, pkt 76** - Czy zamawiający będzie wymagał fabrycznie nowego procesora USG tj. nie wcześniej niż 2022?
6. **Dotyczy załącznika nr 5, pkt 101** - Czy zamawiający dopuści źródło światła z wbudowanymi min. 3 diodami LED?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuści również zaoferowanie Videobronchoskopu EBUS posiadającego wlot kanału biopsyjnego innego typu niż Luer, pod warunkiem możliwości użycia igieł TBNA różnych producentów.

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nossek

