



Grudziądz, dnia 04.01.2024 r.

ZP-50/24

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesiący (znak sprawy: Z/103/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesiący**” (znak sprawy: Z/103/PN/23), wpłynęło zapytanie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Zadanie nr 2

Dotyczy pozycji nr 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru:

„Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie;

z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwnych stronach wymiennika;

posiadający port do odsysania z samozamykającą czteroczęściową zastawką;

posiadający port do tlenu o stożkowym kształcie;

o przestrzeni martwej 12 ml;

o objętości oddechowej V_t - 250 - 1000 ml;

posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,40 cm H₂O

posiadający standardowe złącze 15mm

Bez lateksu, bez ftalanów

Pakowany pojedynczo,,

Produktu o poniższych parametrach:

„Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu tzw. sztuczny nos, piankowy wkład wymiennika HME.

Produkt posiadający zastawkę oddechową / do odsysania, port do podłączenia tlenu o średnicy 5mm.

Martwa przestrzeń 17ml, waga max 5g,

zakres objętości oddechowej $V_T=50-1000ml$.





Utrata wilgoci przy VT250ml - max 10,1 mg/l, przy VT500ml - 12,3 mg/l.

Długość całkowita max. 30mm, pakowany pojedynczo.

Produkt czysty mikrobiologicznie.”



Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.