



**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice  
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 28.12.2022r.

Znak: ZP.26.1.48.2022.2

**Informacja o wypełnieniu pytań oraz modyfikacji SWZ w postępowaniu pn. „Dostawa elementów próżniowego systemu pobierania krwi wraz z najmem aparatu do OB na okres 24 miesięcy dla ZZOZ w Wadowicach”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn. „Dostawa elementów próżniowego systemu pobierania krwi wraz z najmem aparatu do OB. na okres 24 miesięcy dla ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ:

**Pytanie nr 1** Jaki aparat do OB jest obecnie używany przez Zamawiającego, model, producent? Kto jest obecnie dostawcą próżniowego systemu do pobierania krwi, producent systemu lub nazwa dostawcy? Jaki jest koszt podłączenia maszyny do OB do istniejącego systemu informatycznego? Ewentualnie kontakt do firmy obsługującej system informatyczny w celu wyceny podłączenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający obecnie korzysta z aparatu SRS100/II, Vacuette. Dostawcą próżniowego systemu do pobierania krwi jest firma Eclipse. Zamawiający nie posiada wiedzy jaki jest orientacyjny koszt podłączenia maszyny do OB. do istniejącego systemu informatycznego. Zamawiający korzysta z oprogramowania firmy Marcel.

**Pytanie nr 2** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od dostaw CITO.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 3** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania faktur wraz z dostawą w zamian za przesłanie faktury pocztą bądź przesłanie faktury mailem w formacie pdf. Każdorazowo do przesyłki dołączana jest tzw. WZ gdzie wyszczególnione są dostarczone produkty wraz z ilościami.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** i modyfikuje:

1. Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, Warunki ogólne pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7. Każdorazowo faktura **lub WZ** dołączona do zamówienia (dotyczy asortymentu z tabeli B).”
2. Załącznik nr 4 do SWZ Formularz ofertowy pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14. Zobowiązuję/my się do każdorazowego dołączania faktury **lub WZ** do zamówienia (dotyczy asortymentu z tabeli B).”
3. Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy § 4 ust 1 pkt 1.2 otrzymuje brzmienie: „1.2 dołączenia do każdej dostawy faktury VAT **lub WZ** z wyszczególnieniem ilości oraz rodzaju asortymentu.”

**Pytanie nr 4** Dotyczy §4 pkt. 2 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu. Zamawiający określa czas na dostawę (max. 3 dni ) od złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia terminu dostawy aparatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 5** Dotyczy §4 ust.6 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu. Wykonawca dochowuje wszelkiej staranności aby bez opóźnień realizować zamówienie, jednakże nie ma wpływu na czynniki zewnętrzne. Oferowany asortyment to produkty ze stosunkowo krótkim terminem ważności i nie ma możliwości zabezpieczenia całego wycenianego przez Zamawiającego asortymentu celem zabezpieczenia kontraktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** i modyfikuje Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy poprzez wykreślenie zapisu § 4 ust 6.

**Pytanie nr 6** Dotyczy §4 ust. 7 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu. Na mocy Załącznika nr 1, Część I, pkt 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lutego 2016 r. ws. wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro muszą być opakowane w sposób uniemożliwiający pogorszenie ich właściwości na skutek warunków transportu i składowania, z uwzględnieniem instrukcji i informacji dostarczanych przez wytwórcę. Stwierdzić należy, że w przypadku produktów wyspecyfikowanych postępowaniu warunki te mogą zostać spełnione wyłącznie przy zachowaniu oryginalnego opakowania zbiorczego producenta. W przeciwnym wypadku, rozpakowane pojedyncze sztuki tracą certyfikat kontroli jakości i ewentualna reklamacja nie zostanie uznana.

**Odpowiedź:** Zamawiający **modyfikuje** Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy § 4 ust 6 otrzymuje brzmienie: *„6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania asortymentu w jednostkowych opakowaniach handlowych”.*

**Pytanie nr 7** Dotyczy §6 ust. 9 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podpisu elektronicznego na fakturze. Dokumenty generowane są systemowo i automatycznie wysyłane do klienta.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga podpisu elektronicznego na fakturze.

**Pytanie nr 8** Dotyczy §8 ust. 1.4 zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do 20 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 9** Dotyczy §8 ust. 1.5 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie kary dla aparatów dla których producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów.

**Odpowiedź:** Zamawiający **modyfikuje** Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy § 8 ust 1.5 otrzymuje brzmienie: *„1,5 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu bezpłatnych przeglądów okresowych analizatorów – jeśli dotyczy.”*

**Pytanie nr 10** Dotyczy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia C .Aparat do OB -wymagania minimalne punkt 7 . Czy Zamawiający przez kontrolę wewnątrzlaboratoryjną rozumie pomiar OB w krwi kontrolnej analizowanej codziennie w aparacie czy też dopuszcza inne formy kontroli dedykowane przez Producenta do oferowanego aparatu np. stały materiał kontrolny lub wbudowany system codziennej kontroli aparatu ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza inne formy kontroli dedykowane przez Producenta do oferowanego aparatu np. stały materiał kontrolny lub wbudowany system codziennej kontroli aparatu.

**Pytanie nr 11** Dotyczy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia C Aparat do OB wymagania minimalne punkt 8. Czy Zamawiający wymagając wykonywania przeglądów okresowych aparatu do OB zgodnie z zaleceniami Producenta, odstąpi od wymogu wykonywania przeglądów minimum 1 raz w roku, jeśli , zgodnie z instrukcją Producenta, aparat nie wymaga przeglądów okresowych a jedynie bieżącej, bardzo ograniczonej pielęgnacji ?

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje:

1. Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia część C. Aparat do OB – wymagania minimalne pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:

8	Wykonawca zapewni przeglądy okresowe aparatu zgodnie z wymaganiami producenta, nie rzadziej niż raz w roku <b>lub przedstawi oświadczenie producenta aparatu o braku konieczności wykonywania przeglądów.</b>
---	---

2. Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy § 2 ust 3 poprzez dodanie pkt 3.4: **”3.4 przedstawienie oświadczenia producenta aparatu o braku konieczności wykonywania przeglądów – jeśli dotyczy.”**

3. Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy § 2 ust 6 pkt 6.3 otrzymuje brzmienie: „6.3 przegląd i konserwację co najmniej 1 raz w roku w okresie obowiązywania umowy (najpóźniej do dnia 30 listopada każdego roku), jednak nie mniej, niż ilość zalecana przez producenta – **jeśli dotyczy**”

**Pytanie nr 12** Dotyczy parametrów ocenianych punkt 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację parametru ocenianego brzmiącego :„Wszystkie próbówki plastikowe” na zapis brzmiący: „Wszystkie próbówki plastikowe ( nie dotyczy OB) ”. Uzasadnienie: W przypadku oznaczeń OB próbówki szklane są rekomendowane (metoda referencyjna Westergrena pomiaru OB w szklanych kapilarach/ próbówkach) ze względu na to, iż szkło z uwagi na gładkość powierzchni zapobiega agregacji krwinek osadzaniu się ich na ściankach próbówki, a dodatkowo gwarantuje doskonałą przezierność. W przypadku próbek wykonanych z plastiku ścianki mają strukturę porowatą i chropowatą, która powoduje przyleganie krwinek, co wpływa niekorzystnie na wiarygodność wyniku. Dodatkowo próbówki szklane zapobiegają parowaniu odczynnika zapewniając prawidłową proporcję odczynnika do pobranej krwi. Z merytorycznego punktu widzenia nie istnieje żadna przesłanka predysponująca wyłącznie plastikowe próbówki, w tym do OB, do otrzymania dodatkowych punktów w parametrach punktowanych, a jedynie zmniejsza szanse innego producenta na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Ponieważ jest to parametr oceniany, nie dyskwalifikuje Wykonawców, powoduje jedynie przyznanie mniejszej liczby punktów w przypadku zaoferowania próbówki innej niż plastikowa.

**Pytanie nr 13** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację parametru punktowanego nr 2 w SIWZ brzmiącego: „Wszystkie próbówki z zamknięciem zakręcany z wyjątkiem próbówek do OB z pozycji asortymentowej nr 8” na brzmiący: „Wszystkie próbówki z zamknięciem zakręcany z wyjątkiem próbówek do OB z pozycji asortymentowej nr 8 lub wciskany (Hemogard)” i na równi punktowanie rozwiązania równoważnego w postaci bezpiecznego zamknięcia Hemogard, które zapewnia optymalną ochronę użytkownika przed kontaktem z krwią pacjenta, eliminuje efekt aerozolu przy otwieraniu oraz umożliwia ponowne zamknięcie w celu powtórnego wymieszania bądź czasowego odstawienia próbki. Uzasadnienie: Idea

zamkniętego systemu do pobierania krwi jest brak konieczności otwierania probówek celem uniknięcia kontaktu z materiałem biologicznym. W przypadku konieczności otwarcia probówki mechanizm otwarcia oferowanych przez nas probówek nie wpływa w żaden sposób na jakość pobranego materiału. Tego typu rozwiązanie jest z powodzeniem stosowane w wielu szpitalach w Polsce (m.in. WIMw Warszawie, Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy, ŚCO w Kielcach, Klinika Onkologii Gliwice, Kraków) i nigdy nie było z tego powodu żadnych reklamacji, zażaleń czy roszczeń, również w przypadku korzystania z poczty pneumatycznej. Takie rozwiązanie zmniejsza też ilość czynności manualnych, które musi wykonać pracownik laboratorium, gdyż nie wymaga dodatkowego ruchu „odkręcania”, co poprawia ergonomię pracy. Proponowana przez Zamawiającego punktacja znacznie ogranicza, a nawet dyskwalifikuje pozostałych oferentów - producentów bardzo wysokiej jakości systemów do próżniowego pobierania krwi, faworyzując ewidentnie tylko jednego wykonawcę.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Ponieważ jest to parametr oceniany, nie dyskwalifikuje Wykonawców, powoduje jedynie przyznanie mniejszej liczby punktów w przypadku zaoferowania probówki z zamknięciem Hemogard.

**Pytanie nr 14** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie lub modyfikację parametru punktowanego nr 4 w SIWZ brzmiącego: „Czas wykrzepiania standardowej próbki biochemicznej do 30 minut, na brzmiący : „Czas wykrzepiania standardowej próbki biochemicznej 30- 60 minut” ponieważ nie można zagwarantować wykrzepienia każdej, bez wyjątku próbki krwi w ciągu 30 minut, uwzględniając próbki od pacjentów leczonych doustnymi antykoagulantami, heparyną ,dializowanych itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Ponieważ jest to parametr oceniany, nie dyskwalifikuje Wykonawców, powoduje jedynie przyznanie mniejszej liczby punktów w przypadku zaoferowania probówki której czas wykrzepiania wynosi więcej niż 30 minut.

**Zmodyfikowana SWZ wraz z załącznikami stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.**

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl) pod adresem [www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice](https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice) w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 03.01.2023r.** do godz. 10:00. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 01.02.2023r.

*Pełnomocnik Dyrektora  
ds. Infrastruktury i Logistyki*

***mgr inż. Tomasz Matera***