

D/51/2023

Opole, 07.08.2023 r.

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: **Zakup szkła, drobnego sprzętu oraz jednorazowych materiałów medycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego.**

W związku z otrzymanym wnioskiem Wykonawcy, o którym mowa w art. 284 ust 1 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania dotyczącego przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1

Część nr 2 poz. 20

łapa uniwersalna półokrągła, rozchyl 0,6-9 cm Czy Zamawiający wyrazi zgodę na łapę o rozchyle od 0-80mm?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza łapę o rozchyle od 0-80 mm.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustaw modyfikuje załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.2 do SWZ, poz. 20.

Pytanie nr 2

Część nr 5 poz. 10

- Końcówki wykonane z PP do pipet automatycznych, niesterylne, 1000 szt./op., autoklawowalne: Czy Zamawiający akceptuje końcówki 0,1-10ul lub 0,5-20ul

Część nr 5 poz. 15

- Kuwety laboratoryjne, wykonane z PP, białe, zaokrąglone krawędzie i rowki, gładka powierzchnia, łatwa do czyszczenia - 375x300x75 czy Zamawiający zaakceptuje wymiary 370x310x75? - Kuweta 250x310x75 czy Zamawiający zaakceptuje o wymiarach 310x250x65?

Odpowiedź nr 2

- Zamawiający dopuszcza końcówki 0,1-10 µl lub 0,5-20 µl,

- Zamawiający dopuszcza wskazane w pytaniu wymiary kuwet.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustaw modyfikuje załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.5 do SWZ, poz. 10 i 15.

Pytanie nr 3

Część nr 7 poz. 3-9

końcówki HTL, Czy Zamawiający dopuszcza produkt równoważny kompatybilny z pipetami HTL?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny kompatybilny z pipetami HTL o wskazanych w opisie parametrach.

[Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustaw modyfikuje załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia \(SWZ\) – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.7 do SWZ, poz.3-9.](#)

Pytanie nr 4

Część nr 8 poz. 1

patyczki do wymazów- czy Zamawiający zaakceptuje długość 15 cm?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza długość 15 cm

[Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustaw modyfikuje załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia \(SWZ\) – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.8 do SWZ, poz. 1.](#)

Pytanie nr 5

Część nr 10 poz. 10

końcówki 2,5ul Czy Zamawiający zaakceptuje końcówki 0,1 - 10 ul dł.31mm?

końcówki 5-200ul Czy Zamawiający zaakceptuje końcówki 2 - 200ul dł. 53 mm?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dopuszcza końcówki o poj. 0,1 - 10 µl oraz 2 – 200 µl.

[Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustaw modyfikuje załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia \(SWZ\) – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.10 do SWZ, poz. 10.](#)

Pytanie nr 6

Część nr 16 poz.5

wąż do gazu. Czy Zamawiający akceptuje wąż śred. wewn.10 mm śred. zewn. 14 mm.

Grubość ścianki 2mm odporność na temperaturę 70 st. C ?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie dopuszcza innych parametrów niż wskazane w poz. 5 opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 16.

Pytanie nr 7

Część nr 15 poz. 2

Statyw do probówek, Czy Zamawiający akceptuje statyw o średnicy otworu 18mm?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie dopuszcza innych parametrów niż wskazane w poz. 2 opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 15.

Pytanie nr 8

Dotyczy umowy § 4

3. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości pięciu dziesiątych [0,5] procenta [%] wartości określonej w § 3 ust. 1 umowy – za każdy dzień zwłoki, a jeżeli okres zwłoki przekroczy dziesięć

[10] dni kalendarzowych, Zamawiający może od umowy odstąpić niezależnie od żądania kary umownej Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 0,2%?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę dot. kary umownej, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Działając w trybie art. 286 ust. 3 ustawy, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), celem zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na zapoznanie się z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami SWZ oraz przygotowanie oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny, tj. **przedłuża termin składania ofert** do dnia **17.08.2023** r. do godz. **10:00**, a tym samym zmienia termin otwarcia ofert na dzień **17.08.2023** r. godz. **10:30** oraz termin związania ofertą do dnia **15.09.2023** r. Odpowiednie zmiany wprowadzono do treści Rozdziału I Specyfikacji warunków zamówienia : pkt. 17.1.1, pkt. 17.2.1 oraz pkt. 15.1.

Uwzględniając powyższe, Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 6 ustawy, dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00330215/01 opublikowanego w dniu 28.07.2023 r. poprzez zmianę treści dotyczących: terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu związania ofertą.

Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającą późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski

Załączniki (uwzględniające wprowadzone modyfikacje):

- 1) SWZ
- 2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- 3) Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.2 do SWZ
- 4) Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.5 do SWZ
- 5) Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.7 do SWZ
- 6) Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.8 do SWZ
- 7) Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.10 do SWZ