



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 24.09.2024 r.

DZP-40/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa sprzętu i wyposażenia dla oddziałów szpitalnych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający przepływ 80l/min?

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający przepływ 120l/min?

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści poziom głośności 55dB?

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści butle 3 litrowe, wielorazowe, z podziałką i wyraźnie oznaczonym poziomem 2 litry?

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści panel funkcyjny w którym znajduje się pokrętło wyboru butli, pokrętło ciśnienia i manometr?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści urządzenie dostosowane do systemu wkładów jednorazowych Vacsax?

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 11, poz. 6

Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek o wysokości całkowitej 910 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający zmieni termin wykonania zamówienia dla pakietu 4 na 60 dni od dnia zawarcia umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 4 poz. 3

Czy aby otrzymać pościel najwyższej jakości, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Aktualnego Certyfikatu wystawionego przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzającego zgodność wyrobu gotowego z normą CEN/TS 14237 w zakresie Tabeli 1, oraz Raportów z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność z określonymi parametrami technicznymi, dla pozycji 1 i 3 – prześcieradła i kompletu pościeli?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 4 poz. 3

W zadaniu nr 4 poz. 3 - komplet pościeli Zamawiający wymaga tkaniny o splocie płóciennym w kolorze białym w prążki. Pościel w prążki tzw adamaszek posiada splot satynowo - atlasowy. Proszę o precyzyjne wskazanie z jakiej tkaniny ma zostać wykonana pościel.

Odp.: Tkanina zgodnie z SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że prążki dotyczą nadruku (wzoru) na pościeli.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający w poz.2 parawan podwójny-zmywalny, dopuści parawan o szerokości 200 cm? Oferowany parawan spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający w poz.3 parawan pojedynczy-zmywalny, dopuści parawan o szerokości 100 cm? Oferowany parawan spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający w poz. 7 szafa lekowa, dopuści szafę o szerokości 80 cm? Oferowany szafa spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający w poz. 7 szafa lekowa, dopuści szafę o szerokości 100 cm? Oferowany szafa spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający w poz. 12 taboret obrotowy na kółkach, dopuści taboret gdzie wysokość regulowana jest w zakresie od 47 cm do 61 cm?

Oferowany taboret spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający w poz. 13 taboret na nóżkach, dopuści taboret o regulacji wysokości na śrubie w zakresie 53,3-68,5 cm,?

Oferowany taboret spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:
Dyrektor
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie