



WSSz -NZZ – 1 / 24

Łódź, dnia 05. 01. 2024 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na zakup sprzętu medycznego do Pracowni Hemodynamiki, sprawa ZP 60/23

I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi dokonuje sprostowania opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 5. W polu „Nazwa” omyłkowo dodano opis przewodników do mierzenia FFR oraz dPR.

Opis przedmiotu zamówienia winien brzmieć następująco:

„Mikrocewniki posiadające taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F oraz mikrocewniki o średnicy końcówki 1,8F i średnicy szaftu 2,1F. Dostępne cewniki zbrojone splotem wolframowym. Dostępne długości 135 cm i 150 cm. Dostępne cewniki z polimerowym pokryciem hydrofilnym na dystalnych 60 cm szaftu. Średnica wewnętrzna szaftu 0,018”. Kompatybilne z przewodnikiem 0,014”. Dostępne cewniki z gwintowanym szaftem, pozwalającym na wkręcanie ich w trudne zmiany”

II. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi na podst. art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm) **modyfikuje treść SWZ w zakresie:**

- 1) załącznika nr 2 do SWZ Formularz cenowy, pakiet nr 5, kolumna „C” tabeli:
„Mikrocewniki do CTO: ilość sztuk 30”
- 2) pkt III.3 SWZ, który przyjmuje brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 21.02.2024r.**”

III. Na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert:**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **23.01.2024r.** do godz. **08:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.01.2024r.** o godz. **09.00.**

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ formularz cenowy

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Paweł Lipiński