



**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice

Nasz znak
SPZZOZ/26/2/22

Data
Gryfice 2022-06-08

Sprawa dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 26/22 na: „Dostawa rękawic chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach”

Zamawiający dokonuje sprostowania Wyjaśnień nr 1 z dn. 07.06.2022r., w poniższym zakresie:

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice jałowe, chirurgiczne lateksowe niechlorowane, , powierzchnia zewnętrzna teksturowana , powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem w technologii DERMASHIELD™, typowa grubość na palcu 0,25mm, typowa długość 302mm, zawartość protein $\leq 30\mu\text{g/g}$, składane dodatkowo w połowie, pozostałe parametry bez zmian?

Z:

ODP: Zgodnie z SWZ.

Na:

ODP: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie przy zachowaniu minimalnej długości rękawicy 295 mm.

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice jałowe, chirurgiczne neoprenowe, niechlorowane, , powierzchnia zewnętrzna teksturowana , powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem w technologii DERMASHIELD™ teksturowane, typowa grubość: na palcu 0,14mm, na dłoni 0,13mm, na mankiecie 0,14mm, typowa długość rękawicy 301mm, pozostałe parametry bez zmian?

Z:

ODP: Zgodnie z SWZ.



Na:

ODP: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie przy zachowaniu minimalnej długości rękawicy 300mm.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach

Piotr Sołtyński

