



SZP-EZP/270/2023

Złotów, dnia 15.12.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem **26/ZP/2023**, którego przedmiotem jest: „**Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie**”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udziela wyjaśnień w poniższy sposób:

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: Część 5 – Wyposażenie medyczne

Pytanie nr 1

Krzeseło medyczne z oparciem. Czy Zamawiający dopuści krzesło z regulacją wysokości w zakresie 62-88 cm co w bardzo małym stopniu odbiega od wymaganego 60-80 cm i nie wpływa na walory użytkowe? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **dopuszcza** krzesło o powyższych parametrach.

Pytanie nr 2

Hydrauliczny wózek transportowo-kąpielowy (wózkowanna). Czy Zamawiający dopuści wózek z hydraulicznym układem zmiennej wysokości w zakresie 52-88 cm co w bardzo małym stopniu odbiega od wymaganego 50-85 cm i nie wpływa na walory użytkowe? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **dopuszcza** wózek transportowo-kąpielowy o powyższych parametrach.

Pytanie nr 3

Hydrauliczny wózek transportowo-kąpielowy (wózkowanna). Czy Zamawiający dopuści wózek bez odbojników?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** wózka transportowo-kąpielowego bez odbojników.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 35 dni kalendarzowych?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a tym samym wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
lek. Robert Sokołowski

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861811>)

2. a/a

Sporządziła: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl