

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
TERMOMETRY I TERMOHIGROMETRY”**

W terminie określonym w art. 284 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści termohigrometr z dokładność pomiaru min. 0,3°C (w zakresie 0-50°C) i 3% (w zakresie 10-90%)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza termohigrometr o dokładności pomiaru min. 0,3°C (w zakresie 0-50°C) i min. 3% (w zakresie 10-90%). Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SWZ i zastępuje go Załącznikiem nr1 do SWZ - ZMIANA

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ następująco:

- **Rozdział IX „Termin składania ofert.” otrzymuje brzmienie:**
 1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz> do dnia **15.11.2024 r.**, do godziny **10:00**
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.11.2024 r.** o godzinie **10:05**
- **Rozdział X „Termin związania ofertą” otrzymuje brzmienie:**
 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień w którym upływa termin składania ofert.
 2. Zamawiającego wyznacza terminu związania ofertą na dzień **14.12.2024 r.**

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do SWZ – ZMIANA

W dniu 12.11.2024 r. zatwierdził:

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
z up. Waldemar Mańkowski
Za-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
WSSE w Łodzi