



LAS-160/1-PN/57-2024.AN

Rybnik, dnia 25.11.2024 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

#### W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki, w tym do zabiegów  
ablacji wraz z dzierżawa urządzeń  
(zamówienie nr LAS-160-PN/57-2024.AN)  
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 30.10.2024 r., nr 2024/S 212-661912

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi, dodatkowo zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

**Pytanie 1:** *Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3*

*Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia elektrod stymulatorowych bezsztyletowych jeżeli zostaną zaoferowane elektrody stymulatorowe sztyletowe spełniające wszystkie pozostałe wymagania?"*

**Odpowiedź 1:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 2:** *„Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4*

*Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania elektrody bipolarnej do zatoki wieńcowej w konfiguracji”*

**Odpowiedź 2:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 3:** *„Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6*

*Czy Zamawiający dopuszcza koszulkę o krzywiznie 3D w zamian za koszulkę do stymulacji LBB?"*

**Odpowiedź 3:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 4:** *„Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 11*

*Czy Zamawiający dopuszcza nóż do rozcinania koszulki bez dodatkowych regulacji?"*

#### Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

**Odpowiedź 4:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 5:** „Dotyczy Pakietu nr poz. 15

*Czy Zamawiający dopuszcza programatory o dacie produkcji starszej niż 2022 rok?”*

**Odpowiedź 5:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu z zastrzeżeniem, iż zaoferowane programatory muszą mieć możliwość wydruku parametrów badania lub zapewnienie kompatybilnej drukarki zewnętrznej. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 6:** „Pakiet 3 pozycja 12 wymogów technicznych:

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie programatorów wyprodukowanych w latach 2005-2015? Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.*

**Odpowiedź 6:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 7:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:

*„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”*

**Odpowiedź 7:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje także termin składania ofert ustalony **do dnia 02.12.2024 r. do godziny 10.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.