



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001



Wałbrzych, dnia 04.06.2019r.

DZPZ-530-Zp/28/PN-26/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawy : pojemnik do odsysania pola operacyjnego, Pojemnik do badań histopatologicznych, uchwyt monopolarny, klipsy polimerowe, igły insuflacyjne, dreny do laparoskopii, tamponada nosowa, akcesoria do neuromonitoringu, pokrowiec na aparaturę, dreny, uchwyt elektrod, trokary.”

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 7

Pytanie 1 do Pakiet nr 7 – (dot. Tamponada nosowa), jednorazowa, jednoświatłowa, ...) Czy zamawiający dopuści tamponadę nosową z powłoką Karboksymetylocelulozy pochodzenia naturalnego, pakowaną sterylnie, bakteriostatyczną, sprzyjającą gojeniu i niepodrażniającą pacjenta oraz atraumatyczną? Tamponada ze sznurkiem lub balonikiem napełnianym powietrzem w strzykawce a nawet z kanalikiem do odsysania wydzieliny. Opakowanie 10 szt.

Odp. Wymagamy tamponady ze sznurkiem szer. 2,0 cm, dł. 8 cm, gr. 1,5 cm .

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stęka