

## Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOWYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

## Zestaw nr 1

**Dotyczy:** postępowania nr 5B10.291.1.105.2024.AK na: **Dostawę łaźni wodnej z cyrkulacją dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.**

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania, przesłany przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	<b>Dotyczy; Załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf</b> Pytamy Zamawiającego czy dopuści łaźnię wodną o stabilność temperatury wynoszącej 0,03°C przy 37°C?	Zamawiający nie dopuszcza zmian w opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 6 do SWZ). Jak największa stabilność temperaturowa jest ważna do przeprowadzenia eksperymentów przewidzianych we wniosku grantowym.
2.	<b>Dotyczy; Załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf</b> Pytamy Zamawiającego czy dopuści łaźnię wodną o pojemniku łaźni wykonanym z stali nierdzewnej?	Zamawiający nie dopuszcza zmian w opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 6 do SWZ). Polipropylen z którego powinna być wykonana łaźnia jest dużo lżejszy niż stal nierdzewna. Wpływa to na wagę całego urządzenia. Lżejsze urządzenie będzie można łatwo przemieścić z miejsca na miejsce w zależności od potrzeb w danym czasie i planowanych eksperymentów.

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem,  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY  
ds. zamówień publicznych

mgr Artur Karczewski