



EZ.272.022.2022

Wrocław, dnia 10.11.2022r.

EZ/875/22

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy preparatów do żywienia, płynów do infuzji i irygacji wraz z dzierżawą pomp. (sygnatura sprawy: **EZ/584/305/22**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ:

Pytanie 1

„pakiet 1, pozycja 5:

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości pomp do żywienia dojelitowego z 51 do 15. Zamawiający złożył zapotrzebowanie na zestawy do żywienia dojelitowego przy użyciu pomp na poziomie 11 700 sztuk na 36 miesięcy.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zestaw powinien być stosowany przez max 24 godziny. Stąd 1 pompa przy użyciu 230 zestawów umożliwi żywienie pacjentów przez 230 dni. Przez pozostały czas pompy nie będą użytkowane. W przypadku dostarczenia 51 pomp Zamawiający powinien zabezpieczyć ponad 50 000 zestawów do podaży, co pozwalało by na optymalne wykorzystanie pomp. W związku z powyższym użyczenie 51 pomp wydaje się na stan naszej wiedzy nieuzasadnione. „

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Zadania 1 poz. 5 „Formularza cenowego” zał. nr 2 stanowiącego integralną część SWZ.

Pytanie 2

„pakiet 3, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści dietę kompletną do żywienia dojelitowego dla pacjentów krytycznie chorych poddawanych ciągłej terapii nerkozastępczej, polimeryczną, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

„pakiet 6, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści dietę Protifar w opakowaniu puszka 225 g? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie ilości zamawianych opakowań.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Po przeliczeniu ilość zamawianych opakowań wyniesie 532,00.

Pytanie 4

„Zadanie 24:

Czy zamawiający dopuszcza produkt równoważny w wygodnym do stosowania opakowaniu 125g, co w przeliczeniu daje w sumie 56 opakowań?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 5

„Zadanie 7:

Czy zamawiający dopuszcza produkt równoważny w proszku w wygodnych jednorazowych saszetkach 25g zawierający po wymieszaniu z 200ml wody około 50 kcal/100ml, bezreszkowy, o niskiej osmolarności, zawierający węglowodany i elektrolity do stosowania u pacjentów przed dużymi zabiegami operacyjnymi?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 6

„Do §10 ust. 3 wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to rażąca stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający określił wymagania w §10 ust. 3 Zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy II” i go nie zmienia.

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Pytanie 7

„Do §12 ust. 1 lit. d) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy w taki sposób, aby wynosiła ona 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

Załącznik Nr 3 do SWZ „Wzór umowy II” §12 ust. 1 ppkt d)

Było:

d) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Jest:

d) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie 8

„Do §16 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z art. 552 k.c.: „... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający określił wymagania w §16 Zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy II” i go nie zmienia.

Pytanie 9

„Dotyczy załącznika nr 3a: Czy Zamawiający w § 11 ust. 5 umowy wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymagania w §11 ust. 5 Zał. nr 3a do SWZ „Wzór umowy I” i go nie zmienia.

Pytanie 10

„Dotyczy § 8 ust. 4 wzoru umowy zał. 3a: Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie stawka podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymagania w §8 ust. 4 Zał. nr 3a do SWZ „Wzór umowy I” i go nie zmienia.

Pytanie 11

„Dotyczy załącznika nr 3a: Wnosimy o zmianę zapisu § 3 ust. 13 umowy, tak aby ilość przedmiotu umowy była zrealizowana minimum na poziomie 50 %. Zamawiający przed ogłoszeniem postępowania ma obowiązek prawidłowo oszacować wartość oraz ilość przedmiotu zamówienia. Skoro Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania przedmiotu umowy na poziomie minimum 30%, oznacza to że nie dochowano należytej staranności podczas przygotowywania postępowania, a wymagane ilości poszczególnych produktów są mocno zawyżone.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający precyzyjnie określił w § 3 ust. 13 zał. nr 3a do SWZ „Wzór umowy I”, że ograniczenie pełnej ilości przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto. Wobec powyższego obligatoryjna wartość procentowa realizacji umowy nie może być mniejsza niż 70%.

Pytanie 12

„Dotyczy załącznika nr 3a § 15 ust. 1 punkt d: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

Załącznik Nr 3a „Wzór umowy I” §15 ust. 1 ppkt d)

Było:

d) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Jest:

d) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie 13

„Dotyczy załącznika nr 3 § 12 ust. 1 punkt d: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

Załącznik Nr 3 „Wzór umowy II” §12 ust. 1 ppkt d)

Było:

d) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Jest:

d) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie 14

„Dotyczy załącznika nr 3: Wnosimy o zmianę zapisu § 3 ust. 14 umowy, tak aby ilość przedmiotu umowy była zrealizowana minimum na poziomie 50 %. Zamawiający przed ogłoszeniem postępowania ma obowiązek prawidłowo oszacować wartość oraz ilość przedmiotu zamówienia. Skoro Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania przedmiotu umowy na poziomie minimum 30%, oznacza to że nie dochowano należytej staranności podczas przygotowywania postępowania, a wymagane ilości poszczególnych produktów są mocno zawyżone.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający precyzyjnie określił w § 3 ust. 14 zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy II”, że ograniczenie pełnej ilości przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto. Wobec powyższego obligatoryjna wartość procentowa realizacji umowy nie może być mniejsza niż 70%.

Pytanie 15

„Dotyczy załącznika nr 3: Czy Zamawiający w § 4 ust. 5 umowy wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymagania w §4 ust. 5 Zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy II” i go nie zmienia.

Pytanie 16

„Dotyczy § 7 ust. 4 wzoru umowy zał. 3: Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie stawka podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymagania w §7 ust. 4 Zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy II” i go nie zmienia.

Pytanie 17

„Dotyczy Zad. 12 poz.5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania worka 3-komorowego do wklucia centralnego z roztworem aminokwasów z tauryną?

Tauryna jest aminokwasem warunkowo niezbędnym dla: pacjentów krytycznie chorych 4, pacjentów po-operacyjnych 5, pacjentów urazowych lub z sepsą 6,7, pacjentów w trakcie radio- lub chemioterapii 8. Ma działanie immunomodulujące 2,3, , może też mieć wpływ na cholestazę u pacjentów po-operacyjnych 1,5. Jest silnym przeciwutleniaczem podczas stresu katabolicznego 9.

1. Cooper A et al. J Pediatr Surg. 1984 Aug; 19(4): 462-6, 2. Stapleton PP et al. JPEN 1998; 42-48, 3. Redmond HP et al. Nutrition 1998; 14: 499-604, 4. Vermeulen M et al. Clin. Nutr. Suppl. 2009; 4(2), 5. Wang WY. JPEN 1991; 15: 294- 297, 6. Paauw JD. Am J Clin Nutr. 1990 Oct; 52(4): 657- 60, 7. Chiarla C et al. J Nutr. 2000 Sep; 130(9): 2222-7, 8. Desai TK et al. Am J Clin Nutr. 1992 Mar; 55(3): 708-11. 9.Podstawy żywienia klinicznego, wyd.II polskie,284”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu

Pytanie 18

„Dotyczy Zad. 12 poz. 5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania worka 3-komorowego do wklucia centralnego zawierającego wymaganą ilość azotu , węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz z 4-składnikową emulsją tłuszczową zawierającą kwasy omega 3 ?

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Dożylna podaż kwasów tłuszczowych omega-3 w żywieniu pozajelitowym przynosi istotne korzyści kliniczne: pozwala zmniejszyć ilość zakażeń (do 40%)* i skrócić czas pobytu pacjenta na OIT (o 1,95 dnia)* oraz w szpitalu (2,14 dnia)*, zmniejsza też ryzyko wystąpienia sepsy (56%)*porównaniu ze standardowym żywieniem pozajelitowym, co niesie ze sobą wymierne korzyści finansowe dla placówki .

***Efektywność omega-3-kwasów tłuszczowych w żywieniu pozajelitowym w warunkach szpitalnych: przegląd systematyczny wraz z analizą badań naukowych – omówienie artykułu „Efficiency of fatty omega-3-fatty acids in parenteral nutrition in hospital conditions”, autor:*

Stanisław Kłęk Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu

Pytanie 19

„Dotyczy Zad. 14 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu typu butelka szklana?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu

Pytanie 20

„Dotyczy Zad. 18 poz. 2 i 3: Z racji tego, iż poniższe objętości płynów (100 ml i 250 ml) służą często jako rozpuszczalnik leków, czy Zamawiający ma na myśli zaoferowanie w zad. 18 poz. 2 i 3. opakowań z płynem infuzyjnym, które w Charakterystyce Produktu Leczniczego mają zapisaną informację o jałowości dwóch portów: portu do infuzji i portu do dostrzyknięć co gwarantuje sterylność portów, bezpieczeństwo użytkowania, skraca czas przygotowywania leków do podaży oraz zmniejsza dla szpitala koszty użytkowania opakowań z płynami infuzyjnymi?”

Odpowiedź: Zamawiający nie określił ww. wymogu dotyczącego portów w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 2 „Formularz cenowy” do SWZ dla pozycji 2 i 3 Zadania 18 w związku z tym Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 21

„Dotyczy Zad.15 pozycja 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści produkt o stężeniu 20% w opakowaniu szklanym?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 22

„Dotyczy Zad. 3 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści dietę o niskiej zawartości błonnika 0,64g na 100ml – Fresubin Intensive?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 23

„Dotyczy SWZ rozdział VII pkt. 1 ppkt. D (wykaz przedmiotowych środków dowodowych): prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia potwierdzającego, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia potwierdzającego, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP dla wskazanych pozycji części przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokonuje modyfikacji treść SWZ, a mianowicie:

Rozdział VII pkt 1 ppkt d)

Było:

d) aktualne na dzień składania ofert potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy pozycji 5-10 Zadania 1, wszystkich pozycji Zadania 23) wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SWZ zgodnie z załącznikiem nr 8) do SWZ;

Jest:

d) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy pozycji 5-10 Zadania 1, wszystkich pozycji Zadania 23) wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SWZ zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Pytanie 24

Dotyczy Zad. 12 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 3-komorowego worka z zawartością kwasów omega-3, który posiada zarejestrowane wskazania do stosowania u dzieci od 2. roku życia i dorosłych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu

Pytanie 25

„Zadanie 2 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety zawierającej 19 g/ 100 ml węglowodanów? Dieta spełnia pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 26

„Zadanie 11

Z uwagi na wskazanie preparatów o różnym stężeniu, bardzo proszę o rozgraniczenie ilości stosownie do procentowości roztworu, aby zapewnić porównywalność ofert.

Preparat zawierający mniejszą ilość substancji czynnej może mieć niższą cenę, ale jednocześnie będzie zachodziła konieczność zwiększonego zużycia preparatu w celu uzyskania takiego samego efektu terapeutycznego.

Tylko określenie przez Zamawiającego konkretnego stężenia zapewni możliwość rzetelnego porównania cen złożonych ofert.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Opis przedmiotu zamówienia przygotowany jest z zachowaniem zasady należytej staranności.

Pytanie 27

„Zadanie 13

Z uwagi na wskazanie preparatów o różnym stężeniu, bardzo proszę o rozgraniczenie ilości stosownie do procentowości roztworu, aby zapewnić porównywalność ofert.

Preparat zawierający mniejszą ilość substancji czynnej może mieć niższą cenę, ale jednocześnie będzie zachodziła konieczność zwiększonego zużycia preparatu w celu uzyskania takiego samego efektu terapeutycznego.

Tylko określenie przez Zamawiającego konkretnego stężenia zapewni możliwość rzetelnego porównania cen złożonych ofert.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Opis przedmiotu zamówienia przygotowany jest z zachowaniem zasady należytej staranności.

Pytanie 28

„Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie nr 16, 17, 18 i 21 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki. Koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek, co przy ilościach podanych przez Zamawiającego może stanowić realną oszczędność. Ponadto worki w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 29

„Czy zamawiający w pakiecie 21 wymaga aby płyn wieloelektrolitowy był pozbawiony cytrynianów ponieważ wlew 1 litra płynu infuzyjnego zawierającego 3mmol/l antykoagulantu cytrynianowego zwiąże 4,5 mmol zjonizowanego wapnia- czyli praktycznie cały wapń zjonizowanego osocza, co finalnie może prowadzić do wystąpienia zaburzeń krzepnięcia.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 30

„1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy produktów będących przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie określonym w § 3 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy; poczynwszy od dnia następującego po upływie terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z obowiązkami wynikającymi z § 3 ust. 2 umowy,

b) w wysokości 0,1% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wskazanych w § 3 ust. 11, 12 i 13, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy poczynwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania,

c) w wysokości 0,2% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja poczynwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy,

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec

Sprawdziła: Ewa Kupis



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

d) w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

Załącznik Nr 3 “Wzór umowy II” §12 ust. 1

Było:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy produktów będących przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie określonym w § 3 ust. 2, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z obowiązkami wynikającymi z § 3 ust. 2 umowy,
- b) w wysokości 0,1% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wskazanych w § 3 ust. 11, 12 i 13 począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania,
- c) w wysokości 0,2% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy,
- d) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Jest:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy produktów będących przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie określonym w § 3 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy; począwszy od dnia następującego po upływie terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z obowiązkami wynikającymi z § 3 ust. 2 umowy,
- b) w wysokości 0,1% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wskazanych w § 3 ust. 11, 12 i 13, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania,
- c) w wysokości 0,2% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy,
- d) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Załącznik Nr 3a “Wzór umowy I” §15 ust. 1

Było:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy produktów będących przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy począwszy od dnia następującego po upływie terminu wynikającymi z § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 i 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy.
- b) w wysokości 0,1% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wskazanych w § 3 ust. 11 i 12 i 16 począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania,

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY ŚLĄSK



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

- c) w wysokości 0,2% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy,
- d) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Jest:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy produktów będących przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy począwszy od dnia następującego po upływie terminu wynikających z § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 i 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy umowy do dnia zrealizowania dostawy.
- b) w wysokości 0,1% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wskazanych w § 3 ust. 11 i 12 i 16, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania,
- c) w wysokości 0,2% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy,
- d) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie 31

„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Faktury przesyłane są do Szpitala za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania i taka droga jest jedyną dopuszczalną przez Szpital ścieżką wysyłki faktur elektronicznych.

Pytanie 32

„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z „...dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu) lub faksu” na „...od dnia uznania reklamacji”.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymagania w §4 ust. 5 Zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy II” i go nie zmienia.

Pytanie 33

„Pytanie dotyczy ZADANIA NR 12. – formularz cenowy – załącznik 2 SWZ

Wnosimy o sprostowanie określonej w zakresie ZADANIA nr 12 „dawki / jednostki miary” podanej do wyceny dla wykonawców.

W toku postępowania Zamawiający określił, dochowując wszystkich wymaganych przepisami ustawy PZP warunków, opis przedmiotu zamówienia w sposób transparentny, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Opis – określony w kolumnie nr 2 w załączniku nr 2 Formularz cenowy - jednoznacznie precyzuje, jakiego rodzaju worków / opakowań oczekuje Zamawiający – objętość worków w podanych przedziałach.

Dla zachowania spójności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia (kol. 2), a dawką/jednostką wymaganą (kol. 6) prosimy o rozszerzenie, w zakresie pojemności worków, opisu w kolumnie 6 tj. „Dawka / wielkość op.j”, o opis jak w kol. 2 - opis przedmiotu zamówienia.”

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatów zawierających tą samą ilość tej samej substancji czynnej i odżywczej w tej samej postaci zgodnie z opisanymi przedziałami objętości worka. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ „Formularz cenowy” kolumna 6 „Dawka / wielkość op.j. Wykonawca wskazuje objętość zaoferowanego worka w kolumnie 18 zał. 2 do SWZ „Formularz Cenowy”.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), a mianowicie:

1) Rozdział V pkt 1:

Było:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Jest:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

2) Rozdział VII – dodanie do pkt 2 zapisów ppkt e)

e) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, a także określonych w Rozdziale V pkt 2B SWZ o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz określonych w Rozdziale V pkt 2A SWZ o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ.

3) Rozdział VIII pkt 3

Było:

Zamawiający żąda od wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów (oprócz formularza JEDZ):

- a) oświadczenia, każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.369) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór załącznik nr 8 do SWZ).

Jest:

Zamawiający żąda od wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów (oprócz formularza JEDZ) dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 SWZ oraz oświadczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

4) Rozdział VIII pkt 4

Było:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust 4 Pzp).

Jest:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust 4 Pzp) - dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ.

5) Rozdział XV pkt 1 ppkt f)

Było:

f) Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 10 do SWZ),

Jest:

f) Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 10 do SWZ),

6) Rozdział XV pkt. 1 ppkt g)

Było:

g) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), na

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 11 do SWZ) (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ).

Jest:

g) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 11 do SWZ) (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ).

7) Rozdział XV pkt. 14:

Było:

14. Z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, wskazanym w pkt 1 ppkt. g) i h) niniejszego rozdziału Zamawiający wskazuje, że po stronie Wykonawcy (odpowiednio jeśli dotyczy) leży obowiązek aktualizacji oświadczeń dotyczących wykazu podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega – wskazania, czy Wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do aktualizacji ww. oświadczeń w przypadku wszelkich zmian w ww. zakresie.

Jest:

14. Z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, wskazanym w pkt 1 ppkt. f) i g) niniejszego rozdziału Zamawiający wskazuje, że po stronie Wykonawcy (odpowiednio jeśli dotyczy) leży obowiązek aktualizacji oświadczeń dotyczących wykazu podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega – wskazania, czy Wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do aktualizacji ww. oświadczeń w przypadku wszelkich zmian w ww. zakresie.

8) Rozdział XXX - Załącznika nr 10

Było:

Załącznik nr 10 Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa.

Jest:

Załącznik nr 10 Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa oraz z art. 5k Rozporządzenia 833/2014.

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



9) Rozdział XXX - Załącznika nr 11

Było:

Załącznik nr 11 Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ)

Jest:

Załącznik nr 11 Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa oraz z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ)

10) Rozdział XXX - dodanie Załącznika nr 14

Załącznik nr 14 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, a także określonych w Rozdziale V pkt 2B SWZ o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz określonych w Rozdziale V pkt 2A SWZ o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

11) Rozdział XXIII pkt. 1- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

Było:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Część przedmiotu zamówienia	Kryteria oceny ofert				OGÓŁEM
	Cena	Pozacenowe kryteria oceny ofert			
	Ranga (R _c) %	Kryterium	Punktacja	Max	
Zadanie 1- 4	70,00 pkt.	Dodatkowe parametry techniczne	Dodatkowe parametry techniczne	30,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 5 - 30	100,00 pkt.	-	-	100,00 pkt.	100,00 pkt.

Jest:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis





Część przedmiotu zamówienia	Kryteria oceny ofert				OGÓŁEM
	Cena	Pozacenowe kryteria oceny ofert			
	Ranga (R _c) %	Kryterium	Punktacja	Max	
Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 12	70,00 pkt.	Dodatkowe parametry techniczne	Dodatkowe parametry techniczne	30,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 5 – 11 Zadanie 13-30	100,00 pkt.	-	-	100,00 pkt.	100,00 pkt.

12) Rozdział XXIII pkt. 1.2 - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

Było:

1.2 Wartość punktowa pozacenowych kryteriów oceny ofert zostanie obliczona w następujący sposób:

Kryterium nr 2 - Dodatkowe parametry techniczne – wartość punktowa dodatkowych parametrów obliczona zostanie zgodnie z „Formularzem cenowym” opracowanym do pozycji asortymentowych Zadania 1-4, stanowiącego integralną część niniejszej SWZ.

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi obligatoryjne – ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Za dodatkowe parametry techniczne Wykonawca może otrzymać dla Zadania 1-4 maksymalną liczbę punktów wskazaną w tabeli powyżej, zgodnie ze szczegółową punktacją w „Formularzu cenowym”.

Brak wykreślenia, bądź nieprawidłowe wykreślenie kolumny 19 „Formularza cenowego” - „tak/nie***” odnoszące się do wykazania spełnienia paramentów dodatkowych, spowoduje nie przyznanie przypisanych im punktów w danym zadaniu.

Wskazanie w „Formularzu cenowym” spełnienia parametru dodatkowego – odpowiedź „tak” – traktowane będzie jako oświadczenie podlegające odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

Jest:

1.2 Wartość punktowa pozacenowych kryteriów oceny ofert zostanie obliczona w następujący sposób:

Kryterium nr 2 - Dodatkowe parametry techniczne – wartość punktowa dodatkowych parametrów obliczona zostanie zgodnie z „Formularzem cenowym” opracowanym do pozycji asortymentowych Zadania 1-4 oraz Zadania 12, stanowiącego integralną część niniejszej SWZ.

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi obligatoryjne – ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Za dodatkowe parametry techniczne Wykonawca może otrzymać dla Zadania 1-4 oraz Zadania 12 maksymalną liczbę punktów wskazaną w tabeli powyżej, zgodnie ze szczegółową punktacją w „Formularzu cenowym”.

Brak wykreślenia, bądź nieprawidłowe wykreślenie kolumny 19 „Formularza cenowego” - „tak/nie***” odnoszące się do wykazania spełnienia paramentów dodatkowych, spowoduje nie przyznanie przypisanych im punktów w danym zadaniu.

Wskazanie w „Formularzu cenowym” spełnienia parametru dodatkowego – odpowiedź „tak” – traktowane będzie jako oświadczenie podlegające odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

13) W związku ze zmianą kryteriów oceny dla Zadania 12 zmianie ulega pkt 1. „Oferta wykonawcy” załącznik nr 1 do SWZ oraz „Formularz cenowy” załącznik nr 2 do SWZ w zakresie Zadania 12, zgodnie z załącznikami do niniejszego pisma.

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

14) Załącznik Nr 3 do SWZ "Wzór umowy II" §7 ust. 2

Było:

Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez cały czas obowiązywania umowy.

Jest:

Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres 12 miesięcy.

15) Załącznik Nr 3a do SWZ "Wzór umowy I" §8 ust. 2

Było:

Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez cały czas obowiązywania umowy.

Jest:

Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres 12 miesięcy.

Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być realizowany

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża **termin składania i otwarcia ofert do dnia 22.11.2022r.**, miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia **19.02.2023r.** Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Załącznik:

1. Zał. nr 1 Oferta wykonawcy – po modyfikacji
2. Zał. nr 2 Formularz cenowy – po modyfikacji
3. Zał. nr 3 Wzór umowy II – Po modyfikacji
4. Zał. nr 3a Wzór umowy I – Po modyfikacji
5. Zał. nr 10 Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa oraz z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 – po modyfikacji
6. Zał. nr 11 Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa oraz z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ) – po modyfikacji
7. Zał. nr 14 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, a także określonych w Rozdziale V pkt 2B SWZ o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz określonych w Rozdziale V pkt 2A SWZ o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis



DOLNY ŚLĄSK

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl