

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/102/20

Sucha Beskidzka, dnia 18.01.2021r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.( ZOZ.V.010/DZP/102/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 1:**

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy – implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterem ramionami, **o wysokości 8 cm**, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 46:**

20 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczonych do implantacji metodą zarówno załonową jak i przezasłonową, jednorodnych, niewchłaniających, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, (brak osłonki w środku na odcinku min 1,5 cm), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870  $\mu\text{m}$ , grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi taśmy cięte laserowo, zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**3. Dotyczy zapisów SIWZ:**

Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia na wezwanie Zamawiającego próbek do **Pakietu numer 2 i 46** lub o możliwość zaoferowania próbek niesterylnych.

**Odp. Zamawiający nie wymaga próbek do w/w postępowania.**

Z poważaniem

  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
Marcin Białkowski

Kierownik  
Działu Zarządzania  
Publicznych