



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa materiałów różnych**”.

Pytanie 1 Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści wielowarstwowe prześcieradło o następujących parametrach:

- wymiary całkowite 100 x 200 cm;
- wymiary rdzenia chłonnego – 50 x 180 cm (choć prześcieradło na całości jest pokryte chłonną pulpą z superabsorbentem pochłaniającym płyny);
- chłonność min. 4500 ml;
- nośność 150 kg / 1 min.;
- masa całkowita 272 g = gramatura 123,6 g/m kw.;
- wyrób medyczny klasy I

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii noworodków w formie jednoczęściowego paska, który optymalnie można dopasować, łąząc go z tyłu główki pacjenta i dodatkowo regulując położenie okularków na twarzy pacjenta przy pomocy drugiego punktu mocowania na czole nad oczami. Obie zakładki do mocowania zarówno z tyłu główki jak i na czole pacjenta zespolone są z paskiem specjalną ultradźwiękową techniką, co sprawia że nie ma na pasku zgrubień i twardych elementów i tym samym zminimalizowane jest ryzyko pojawienia się odcisków na główce pacjenta. Podkładka chroniąca oczy jest tak zaprojektowana, aby uniknąć nacisku i zapewnić maksymalną ochronę dla oczu.

1 op. = 20 szt.; w trzech rozmiarach. Nie zawierającego lateksu i ftalanów. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji, każdy rozmiar oznaczony innym kolorem:

Pediatryczne (large) - ob. głowy 32-38cm (+/- 2cm), kolor czerwony
dla wcześniaków (medium) 26-32 cm (+/- 2cm), kolor zielony
mikro (small) 20-26cm (+/- 2cm); kolor niebieski

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 Pakiet 9 poz.1

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający o następujących parametrach:

- wymiary: 110 x 220 cm;
- kolor: zielony/niebieski
- z przeszyciami zapobiegającymi przemieszczaniu się warstw koca;
- zewnętrzne warstwy wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m kw.;
- warstwa wewnętrzna – mieszanina poliestrowo-wiskozowa o gramaturze min. 60 g/m kw.;



- indywidualnie pakowany, możliwość podgrzewania w temperaturze max 40 st. C.
- Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, zgodny z MDR.

Prosimy o odstępnie wymogu odporność termiczna $>0,03\text{m}^2\text{K/W}$.

Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych zapewniając racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 Pakiet 9 poz.1

Czy Zamawiający dopuści koc w kolorze niebieskim i zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 Pakiet 9 poz.2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80 x 210 cm dwuwarstwowe, wykonane z podfoliowanej celulozy (celuloza 24 g/m² + folia 13 mikronów.) wzmocnione 48 nitkami z barierą ochronną na każdym długim boku, o chłonności 310ml? Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, zgodny z MDR.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 Pakiet 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści podkład pod pacjenta w kolorze białym w rozmiarze 100 cm x 220 cm, strefa absorpcyjna min. 50 cm x 180 cm, absorpcja 4500 ml? Skład: 5 warstwowy z pulpą celulozową i superabsorbentem (SAP), Bibułka 13,5 g/m², włóknina 20 g/m², włóknina na spodzie 45 g/m², PE 18 g/m², 34 g SAP. Podkład przepuszczający powietrze, jednorazowy, do ochrony łóżek i kozetek. Nadaje się do użycia w ambulansach, oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii i salach operacyjnych. Dolna warstwa przepuszczająca powietrze zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry i pomaga regulować temperaturę ciała. Podkład mocny, nośność do 150 kg. Zawiera zarówno pulpę celulozową, jak i polimer SAP, który zatrzymuje ciecz jeszcze szybciej i utrzymuje powierzchnię w suchości, zapewniając wygodę. Zastosowane rozwiązania minimalizują nieprzyjemne zapachy. Ponadto podkład ma uszczelnione krawędzie (margines uszczelniający min. 5 cm), aby zapewnić optymalną ochronę przed przeciekaniem, a pokryta miękką włókniną powierzchnia zwiększa komfort użytkownika. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z MDR.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 Pakiet 1 poz.1

Proszę o dopuszczenie masek wykonanych z trzech warstw włókniny o gramaturze 25 g/m² każda.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie 8 Pakiet 1 poz.4

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy bez dodatkowej warstwy antypoślizgowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 9 Pakiet 1 poz.5

Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartuchów będących ŚOI.

Pytanie 10 Pakiet 1 poz.5

W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego.

Pytanie 11 Pakiet 1 poz.5

Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartuchów będących ŚOI. Zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów chirurgicznych będących wyrobem medycznym.

Pytanie 12 Pakiet 1 poz.5

Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

Odpowiedź: Fartuchy będą używane do celów medycznych.

Pytanie 13 Pakiet 1 poz.5

Proszę o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny o gramaturze 30 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 14 Pakiet 1 poz.5

Proszę o dopuszczenie fartucha tylko z zewnętrznymi trokami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie 15 Pakiet 1 poz.6

Proszę o dopuszczenie fartucha tylko z zewnętrznymi trokami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 SWZ

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 17 Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maski trójwarstwowe każda warstwa o gramaturze 25g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 50 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 19 Pakiet 1 poz.2,3

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowane a 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 20 Pakiet 1 poz.2,3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian



Pytanie 21 Pakiet 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu pakowane a 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 22 Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy 53 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 23 Pakiet 1 poz.5,6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy sterylne ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 24 Pakiet 1 poz.5,6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMMMS?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 25 Pakiet 1 poz.5

Czy Zamawiający dopuści długi rękaw zakończony ściągaczem poliestrowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 26 Pakiet 1 poz.6

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepyłającej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach o gramaturze 40 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 27 Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści tylko jeden kolor zielony ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 28 Pakiet 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści kolor zielony?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 29 Pakiet 3 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160 x 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie 30 Pakiet 3 poz.3

Czy Zamawiający dopuści tylko jeden kolor- zielony ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 31 Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rozmiary: poszwa 160 cm x 210 cm, poszewka 70 cm x 80 cm, prześcieradło 160 x 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 32 Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rozmiary: poszwa 160 cm x 200 cm, poszewka 70 cm x 80 cm, prześcieradło 160 x 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 33 Pakiet 3 poz.4,5

Czy Zamawiający dopuści kolor zielony?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 34 Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści:

Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa.

Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej.

Wymiar całkowity 225 cm x 101cm

Rdzeń chłonny 200 cm x 50 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 35 Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści: Podkład higieniczny na stół operacyjny. Jednorazowy, niepylny, nie uczulający. Podkład wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni bez zagięć, pikowań i przeszyć.

Rozmiar: 101cm x 225cm

Rozmiar rdzenia chłonnego: 50cm x 225cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 36 Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia zestawu - wraz z prześcieradłem chłonnym na stół operacyjny dodatkowo miękka jednorazowa serweta , rozmiar 102cm x 152 cm (udźwig do 150 kg)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie 37 Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści Koszula dla położnic - zakładana przez głowę, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonywanie badań lub karmienie noworodków. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków. Wykonana z miękkiej, miłej w dotyku chłonnej włókniny typu Spunlace (wiskozowo poliestrowej), kolor biały, 55g.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 38 Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 110cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 39 Pakiet 5

Czy Zamawiający oczekuje aby dołożenie brakującej próbki krwi było możliwe w czasie 3 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 40 Pakiet 6 poz.3-7

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3-7 pojemniki wykonane z polistyrenu (PS)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 41 Pakiet 6 poz.6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 42 Pakiet 6 poz.8

Czy Zamawiający dopuście wycenę za op.=1000 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 8 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 43 Pakiet 6

Czy Zamawiający wymaga: w pozycji 1 Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 15-30ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys \varnothing 37- \varnothing 31 x 44 mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała, bez etykiety?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 15ml bez etykiety. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 44 Pakiet 6

Czy Zamawiający wymaga w pozycji 2: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 100-150ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys \varnothing 58- \varnothing 52x80 mm wykonany z polipropylenu ze



szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała, bez etykiety?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 100-120ml bez etykiety. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 45 Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści w poz 3: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 200-250ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) $\varnothing 65 - \varnothing 59 \times 100$ mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 46 Pakiet 6

Pozycja 4: Czy Zamawiający wymaga: pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 500 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) $\varnothing 117,5 - \varnothing 100,5 \times 80,6$ mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 47 Pakiet 6

Pozycja 5: Czy Zamawiający wymaga: pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 1000 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) $\varnothing 132,5 - \varnothing 105,2 \times 131,2$ mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 48 Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 6: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 2300 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) $\varnothing 174,7 - \varnothing 145,5 \times 157,4$ mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 49 Pakiet 6

Pozycja 7: Czy Zamawiający wymaga: pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 5000 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø225,0 - Ø194,0 x 187,0 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 50 Pakiet 6, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na wycinki histopatologiczne o poj. 150 mm z pokrywką na wcisk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 51 Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 1 –prześcieradło włókniny polipropylenowej, jednostronnie laminowaną folią PE, nieprzemakalne, w rolce -przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 52 Pakiet 4

Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego z jakiego surowca mają być wyprodukowane prześcieradła w pozycji nr 2? Czy Zamawiający wymaga prześcieradeł wykonanych ze 100% celulozy czy z makulatury?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania prześcieradeł wykonanych z makulatury.

Pytanie 53 Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 2 –prześcieradło długości rolki 80 metrów przeliczeniem do pełnych rolek? Wówczas będzie to 9375 rolek.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 54 Pakiet 1, poz.1

czy zamawiający dopuści gramaturze jednej warstwy min. 25 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie 55 Pakiet 1, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 56 Pakiet 1, poz.2-3,4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 57 Pakiet 1, poz.5

czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 58 Pakiet 1, poz.5

Czy Zamawiający oczekuje produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu medycznego. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 59 Pakiet 1, poz.5

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 60 Pakiet 1, poz.5

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

Mankiet 5 cm

Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 61 Pakiet 1, poz.6

czy zamawiający dopuści fartuch zakończony mankietem ze ściągaczem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



Pytanie 62 Pakiet 3, poz.1

czy zamawiający dopuści wyłącznie kolor niebieski ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 63 Pakiet 3, poz.1

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 64 Pakiet 3, poz.3

czy zamawiający dopuści prześcieradło 210 cm x 130 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 65 Pakiet 3, poz.3

Czy zamawiający dopuści kolor wyłącznie niebieski??

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 66 Pakiet 3, poz.1,3

Czy zamawiający wydzieli poz.1,3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 67 Pakiet 1, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 68 Pakiet 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązana na troki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny - 25g/m²+ 25g/m² + 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie 69 Pakiet 1, poz.2

Czy Zamawiający dopuści czepek z wstawką przeciwpotną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 70 Pakiet 1, poz.3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 71 Pakiet 1, poz.5,6

Czy Zamawiający oczekuje fartuchów sterylnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje fartuchów sterylnych. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 72 Pakiet 1, poz.5,6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza fartuchów sterylnych. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 73 Pakiet 1, poz.5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 74 Pakiet 1, poz.5

Czy Zamawiający dopuści długi rękawa zakończony ściągaczem poliestrowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 75 Pakiet 1, poz.5

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 76 Pakiet 1, poz.5

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny tylko w rozmiarze L?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie 77 Pakiet 1, poz.6

Czy Zamawiający dopuści wzmocniony fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 78 Pakiet 1, poz.6

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony tylko w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 79 Pakiet 1, poz.6

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny podfoliowany na całej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 80 Pakiet 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii o następujących właściwościach i rozmiarach:

- Zapewniają optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła
- Doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom
- Odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii
- Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka
- Dostępne w 3 rozmiarach S, M, L
- Bez lateksu
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier/folia

S	200 – 280 mm
M	240 – 340 mm
L	300 – 400 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 81 Pakiet 3, poz.1

Czy Zamawiający dopuści pościel tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 82 Pakiet 3, poz.1

Czy Zamawiający dopuści pościel o składzie: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z



SWZ.

Pytanie 83 Pakiet 3, poz.2

Czy Zamawiający dopuści poszwę w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 84 Pakiet 3, poz.2

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 85 Pakiet 3, poz.2-3, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 86 Pakiet 3, poz.3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 87 Pakiet 3, poz.3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x240cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 88 Pakiet 3, poz.4-5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 89 Pakiet 2, poz.2

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym (długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, gdyż zadane pytanie nie dotyczy pakietu nr 2 w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 90 Pakiet 3, poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, gdyż zadane pytanie nie dotyczy pakietu nr 3 w przedmiotowym postępowaniu.



Pytanie 91 Pakiet 3, poz.2

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający w kolorze zielono/niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, gdyż zadane pytanie nie dotyczy pakietu nr 3 w przedmiotowym postępowaniu

Pytanie 92 Pakiet 4, poz.1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w roli perforowane co 38cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 93 Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla położnic wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 94 Pakiet 9, poz.1

Czy Zamawiający dopuści termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru 80g/m², z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 210 cm, waga 300g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 95 Pakiet 9, poz.2


Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne w rozmiarze 80x210cm, wzmocnione 48nitkami, dwuwarstwowe: warstwa celulozy 23g/m² + folia 17g/m², kolor biały?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 96 Pakiet 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści jednoczęściowe okulary do fototerapii o opisie:

- Jednoczęściowe
- Szybkie i wygodne założenie
- Możliwość kilkukrotnej zmiany pozycji
- Wygodne zapięcie na rzepy
- Możliwość dostosowania rozmiaru
- Jednorazowego użytku
- Pakowane indywidualnie



Obwód głowy [cm]:

S – max do 31 (20-31); szerokość paska – 1,5cm; szerokość opaski na oczy – 2,7cm

M – max do 35 (25-35); szerokość paska – 2cm; szerokość opaski na oczy – 3,6cm


L – max do 40 (30-40); szerokość paska – 2,5cm; szerokość opaski na oczy – 4,5cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 97 Pakiet 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści dwuczęściowe okulary do fototerapii o opisie:

- Dwuczęściowe
 - Szybkie i wygodne założenie
 - Możliwość kilkukrotnej zmiany pozycji
 - Wygodne zapięcie na rzepy
 - Możliwość dostosowania rozmiaru
 - Jednorazowego użytku
- Pakowane indywidualnie



- obwód głowy 24-26 cm (dł. osłonki ok. 9,2 cm) / szerokość części na oczy: 2,8cm /

- obwód głowy 26-30 cm (dł. osłonki ok. 12,3 cm) / szerokość części na oczy: 3,5cm

- obwód głowy 30-37 cm (dł. osłonki ok. 16,8 cm) / szerokość części na oczy: 4,5cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 98 Pakiet 9, poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „odporność termiczna >0,03m² K/W”?



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 99 Pakiet 9, poz.1

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający wykonany z trzech warstw: dwie warstwy zewnętrzne z włókniny polipropylenowej (flizelina) o gramaturze 30 g/m² i jednej warstwy wewnętrznej z włókniny poliestrowej o gramaturze 60 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 100 Pakiet 9, poz.1

Czy Zamawiający dopuści koc o wymiarach 110x210?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 101 Pakiet 9, poz.1

Czy Zamawiający dopuści koc w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 102, dotyczy projektu umowy

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości opisanej powyżej. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie 103, dotyczy projektu umowy

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.



Pytanie 104, dotyczy projektu umowy

Prosimy o modyfikację zapisów § 10 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 105, dotyczy formularza asortymentowo-cenowego

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

Odpowiedź: Numer katalogowy (o ile dotyczy) należy wpisać w kolumnie: „ nazwa własna/kod” w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 106, dotyczy projektu umowy

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 10, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 107, dotyczy projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości



listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 108, Pakiet 6, poz.3

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 pojemnika wykonanego z PP na wycinki chirurgiczne ze szczelnym zamknięciem "na wcisk" o poj. 190 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 109, Pakiet 6, poz.3

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 pojemnika wykonanego z PP na wycinki chirurgiczne ze szczelnym zamknięciem "na wcisk" o poj. 366 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 110, Pakiet 6, poz.3

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 pojemnika wykonanego z PP na wycinki chirurgiczne ze szczelnym zakręcanym zamknięciem o poj. 200 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 111, Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści okularki renomowanej firmy Natus: bez klejowe, zapinane na rzep na potylicy, wykonane z delikatnego materiału typu Velcro? Nie zawierają silikonu, o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza przed zsuwaniem, posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na ułożenie okularków na główce dziecka. Okularki zapewniają 99,9% ochronę oczu przeciwko promieniom UV, co potwierdzają niezależne badania. Dostępne w trzech rozmiarach:

- noworodki, obwód głowy 30-38 cm, szerokość opaski 56 mm, kolorystyczny identyfikator rozmiaru,
- wcześniaki, obwód głowy 24-33 cm, szerokość opaski 46 mm, kolorystyczny identyfikator rozmiaru,
- mikro, obwód głowy 20-28 cm, szerokość opaski 46 mm, kolorystyczny identyfikator rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 112, Pakiet 9, poz.1

Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowany produkt był zgodny z wymogami MDR – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017r., pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Tak jak w poz. nr 2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie 113, Pakiet 7, poz.1

Czy Zamawiający oczekuje aby zaofferowany produkt był zgodny z wymogami MDR – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017r. pozostałe wymogi zgodne z SWZ. Tak jak w pakiecie nr 9.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 114

Czy Zamawiający dopuści sygnalizację HYPO, HI, KETONE, które pojawiają się w glukometrze H+?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 115

Czy Zamawiający dopuści możliwość przechowywania pasków i płynów kontrolnych w zakresie temperatur 2-30 stopni Celsjusza, którymi to zakresami charakteryzują się paski i płyny kontrolne H+?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

RNF
ds. Zamówień Publicznych

Magdalena Adamczyk

INSPEKTOR
ds. Zaopatrzenia Medycznego

mgr Karolina Romanowska

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia / Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak